



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
CNPJ: 92.406.057/0001-03
E-mail: prefeitura@altoalegre.rs.gov.br
Fone: (54) 3382-1122. (54) 996350289

TERMO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Eu, Daltro Cardoso, Secretário de Saúde, venho através deste solicitar a autorização para realização abertura de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Justifica-se a aquisição de equipamentos a serem utilizados para realizar os atendimentos dos usuários da Unidade Básica de Saúde do município de Alto Alegre/RS.

Tal aquisição se faz necessário para garantir aos usuários do Sistema único de Saúde – SUS um atendimento básico e essencial durante a assistência de saúde prestada, já que é obrigação do Poder Público garantir essa oferta de serviços e a cobertura assistencial dos programas de saúde, cuja falta pode significar interrupção no tratamento e até a falta de atendimento de emergência, causando transtorno em alguns casos, devendo sua disponibilização ser garantida a toda a população que utiliza a saúde municipal.

A maioria das intervenções em saúde envolve o uso de equipamentos podendo ser determinante para obtenção de resultado favorável para os pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde, portanto é imperativa a aquisição de tais itens de forma a garantir a manutenção da unidade referida nessa justificativa.

De tal modo, o objeto que se pretende licitar é imprescindível para a qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual, minimamente a Unidade Básica de Saúde não consegue operacionalizar atendimentos aos usuários.

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Alto Alegre/RS, como se vê dos itens, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3913, 3914, 3915, 1646 e 3815 daquele documento.

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a demanda da Secretaria de Saúde.

Neste sentido, segue descritivo:

Item	Objeto	Unidade	Quant
1	Aparelho amalgamador digital: voltagem: bivolt (110v / 220v). Tampa protetora transparente. Atinge 4.200 rpm (+/-10%). Potência do motor: 40 w. Nível de ruído: menos de 65db (a). Dimensões aproximadas (c x a x l): 260 x 140 x 230 mm.	Un	1
2	Aparelho gerador de correntes excitomotoras: equipado com 11 tipos de correntes excitomotoras tens, fes, highforce, russa, mediumforce, softforce, interferencial 2000hz e 4000hz, galvânica, microgalvânica, e mens. Com 4 canais independentes de controle de intensidade. Com 51 protocolos pré-programados e a possibilidade de cadastrar protocolos individuais.	Un	1
3	Barra espaldar: madeira maciça, tamanho aproximadamente: 2,3 m altura x 90 cm largura x 50 cm profundidade; peso máximo suportado: 135 kg	Un	1
4	Câmara escura de revelação radiográfica para odontologia: dimensões aproximadas: 230mm (altura), 340mm; (comprimento) e 230mm (largura); corrente: 40 MA; luz led: 6000 candela; bateria: 9 V. Acompanha 4 reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e água)	Un	2
5	Fotopolimerizador odontológico sem fio: Caixa c/ 1 fotopolimerizador, 1 base, Bateria. Acessórios: 1 ponteira de Polimerização de fibra ótica de 8mm	Un	2

	+ 1 Ponteira de clareamento de 3 dentes + 1 ponteira de clareamento de 1 dente. Luz fria (azul) gerada por led de alta Potência; bateria removível; maior vida Útil do equipamento; acompanha duas baterias removíveis; enquanto uma bateria está sendo utilizada no emitter c, a outra fica acoplada na base de carga; 3 programações de uso; Contínuo: potência máxima ao longo de todo o funcionamento; rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 6 seg., permanecendo logo após com sua potência máxima; pulsado: luz com potência máxima pulsante com intervalo		
6	Kit 5 faixas elásticas theraband	Kit	5
7	Kit acadêmico com micromotor, contra ângulo e peça reta: contra ângulo we-56 t (1:1) botão de pressão para troca de brocas. Diâmetro da cabeça: Ø 10.1 mm. Uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (iso 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min ⁻¹ . Conexão do motor de acordo com o padrão: iso 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm. Peça reta he-43 t (1:1) uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (iso 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min ⁻¹ . Conexão do motor de acordo com o padrão: iso 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm. Micromotor a ar am-20 e bc spray externo. Velocidade de até 25.000 rpm. Sem luz, conexão borden 2(3). Para peça de mão reta e contra ângulo.	Kit	2
8	Kit de exercícios contendo: 10 cones demarcatórios furados com 5 níveis (coloridos), 5 barreiras desmontáveis, 5 mini bandeiras de sinalização, 10 pratos demarcatórios coloridos, 12 argolas de agilidade, 1 escada de agilidade rígida, kit 5 faixa band para treino intensidade escalonadas	Kit	1
9	Kit exercitador e incentivador respiratório para terapia respiratória, fisioterapia e fonoaudiologia (01 exercitador, 01 mangueira com bocal e 01 shaker classic) material – acrílico, dimensões do skaker: 5,5x4,5x6,5 cm; dimensões do exercitador e incentivador respiratório – 14,2x13,5 cm; peso aprox. 182g	Kit	10
10	Medidor de fluxo expiratório peak flow adulto e infantil: fabricado em material de alta resistência e durabilidade possibilitando acurácia nos exames. Possui marcadores coloridos para demarcação das zonas de risco e conforto. Possui escala ats de 60 a 900 l/m. Calib - medidor de fluxo expiratório peak flow adulto: fabricado em material de alta resistência e durabilidade possibilitando acurácia nos exames. Possui marcadores coloridos para demarcação das zonas de risco e conforto. Possui escala ats de 60 a 900 l/m. Calibrado individualmente. Deverá acompanhar 80 bocais descartáveis, livres de látex. Reutilizável.	Un	10
11	Prancha scoop de resgate tipo colher, dimensões: 214x42x7 cm, feita em liga de alumínio de alta resistência, acompanha 2 alças de pacientes; comprimento ajustável de acordo com a altura do paciente; fácil de bloquear e desbloquear; suporta até 160kg;	Un	1
12	Ultrassom para fisioterapia: frequência de 1 mhz e 3 mhz, potência de 21w. Aplicador ergonômico e que é à prova d'água com uma área efetiva de radiação (era) de 7cm2. Com 24 protocolos pré-programados e possibilidade de programar 9 personalizados; modos de emissão: contínua e pulsada	Un	1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
CNPJ: 92.406.057/0001-03
E-mail: prefeitura@altoalegre.rs.gov.br
Fone: (54) 3382-1122. (54) 996350289

As dotações orçamentarias serão as seguintes:

Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica

Elemento: 3390.30.36.00.00.00 Material Hospitalar

Elemento: 4490.52.08.00.00.00 Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos

RV: 4500

RV:4011

RV: 4090

Projeto/Atividade: 2014 REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL

Elemento: 4490.52.08.00.00.00 Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos

RV:0015

Alto Alegre, 21 de julho 2025

