



TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM

PROCESSO Nº 003/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde do Município, com alocação de recursos federais, através do Fundo Nacional da Saúde (FNS), PROPOSTA Nº 12123.735000/1210-01.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais disposições legais aplicáveis à espécie e ainda, considerando:

- a) A supremacia da Administração Pública na condução de procedimentos licitatórios em sua instância;
- b) Os questionamentos apresentados por empresas interessadas em participar do processo e em consulta a Secretaria da Saúde, solicitante do referido item;
- c) A necessidade de ter mais tempo para promover novos estudos a respeito do item questionado e a extrema necessidade por parte da administração municipal em adquirir os materiais;
- d) A solicitação, da Secretaria solicitante, a exclusão do referido lote para promover novos estudos para posteriormente abrir novo processo licitatório para esse item, para não haver danos ao erário público e para julgamento objetivo do certame licitatório e para atender aos fins propostos.
- e) Considerando a extrema necessidade por parte da administração municipal em adquirir os materiais;
- f) Estar presente a necessidade de resguardar o interesse público;
- g) Considerando a conveniência e oportunidade;



DECIDE,

CANCELAR, o lote nº 03: MONITOR SINAIS VITAIS: MONITOR DE SINAIS VITAIS; TELA TF LCD 8" 800X600; EXIBIÇÃO EM TELA DE: INFORMAÇÕES DO PACIENTE, ALARMES FISIOLÓGICOS E TÉCNICOS, DADOS NUMÉRICOS DE PARÂMETROS, CURVAS, DADOS DE ARMAZENAMENTO E INTERFACES EXTERNAS, DATA E HORA, STATUS DO USO DA BATERIA, E REDE;- INDICADORES: ALARMES, REDE ELÉTRICA, STATUS DA BATERIA, E BIP DE QRS; - INTERFACES DE PONTUAÇÃO DE AVISO (PROTOCOLOS): MEWS / EWS / NEWS;- ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS COM TRÊS NÍVEIS DE PRIORIDADE/GRAVIDADE COM LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS;- ALARMES FUNCIONAIS PARA SENSORES E CABOS SOLTOS OU MAL CONECTADOS, BATERIA, REDE, ETC; - SISTEMA DE AUTO TESTE E SOFTWARE EM PORTUGUÊS;- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; - INTERFACES: USB, OTG, RJ-45; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Fica **MANTIDA a DATA E HORÁRIO** estabelecidos para abertura da licitação;

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital;

Barra do Rio Azul, RS, 16 de janeiro de 2023.

Prefeito Municipal.