

Ao

EXCELENTÍSSIMO PREGOEIRO

Ref. MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL – RS

PROCESSO Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

A empresa NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.786.296/0001-00, com sede à Av. Maringá 1214 – Bairro Emiliano Pernetá – CEP 83.324-442 – Pinhais/PR, representada neste ato por seu (sua) sócio(a) gerente Sr. (a). Fabricio Simão da Silva, brasileiro (a), casado, profissional da área de administração, portador (a) do RG nº 6.010.622-3 e do CPF n.º 024.438.519-07, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor recurso contra inabilitação da recorrente.

RECURSOS CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proferida no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**, aberta por este órgão, pelos motivos de fato e de direito a seguir.

DOS FATOS

Sucedê que, após a análise da proposta apresentada pelo licitante, a Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa - **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 42.650.279/0001-07**, ocorre que a empresa citada acima não traz com clareza o modelo ofertado, e o mesmo não atende aos descritivo do edital conforme demonstraremos a seguir.

Itens 02 - trazem o descritivo no edital,

Foco Auxiliar: Foco cirúrgico auxiliar com cúpula em LED;

Possuir Controle de Intensidade Luminosa e Temperatura de Cor com mínimo de 65.000 LUX Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa localizada na cúpula. Campo operatório ajustável na manopla estéril, fabricada em alumínio, retirável e autoclavável. Sistema de emergência com bateria auto recarregável, que

possibilita iluminação de emergência em caso de falta de energia, permitindo que a cúpula permaneça acesa. Grau de Proteção IP54;

A empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI., ofertou a Marca MEDPEJ – Modelo FL 2000;

Conforme o manual disponível no portal da ANVISA;

Modelos que a fabricante possui;

Foco Cirúrgico - Marca MEDPEJ – Modelo FL 2000

A empresa arrematante manteve o descritivo original do edital não informando que seu equipamento não atende aos pontos abaixo;

- O código do equipamento ofertado não tem sistema de emergência.
- Segundo o manual da MEDPEJ (PAG. 9 – O GRAU IP 54 É ITEM ACESSÓRIO)

1.1 – Componentes opcionais		
• Cabeçote IP54 FL-2000		38.385.0888
2- Classificação do equipamento		
Classificação conforme ABNT NBR IEC 60601-1		
Proteção contra choque elétrico	Tipo: Equipamento de classe I Com aterramento para proteção. Grau: Não possui Parte aplicada.	
Proteção contra a penetração nociva de materiais particulados e de líquidos	IP54 – Cabeçote protegido contra poeira e contra projeção d'água (opcional). IP20 – Gabinete principal e cabeçotes protegidos contra objetos sólidos estranhos de Ø de 12,5 mm e maior; não protegido contra gotas d'água.	
Modo de operação	Operação Contínua.	
Grau de segurança de aplicação em presença de mistura anestésica inflamável com o ar, oxigênio ou óxido nitroso	Equipamento não adequado ao uso na presença de gases anestésicos inflamáveis.	
Grau de segurança de aplicação na presença de ambiente rico em oxigênio	Equipamento não adequado ao uso na presença de ambiente rico em oxigênio.	
Tipo de equipamento e instalação	Equipamento móvel – Podendo ser movido de um local para outro, entre os intervalos de sua utilização, sendo suportado por suas próprias rodas ou pés.	

7

- O modelo ofertado é detalhado “**FL 2000**”, tal modelo é genérico segundo a informação existente no manual (pag 10) O item fl 2000 pode possui várias configurações com potencia luminosa de 31.000 a 16000 lux dependendo da configuração.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

• Especificações Técnicas

TABELA 1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	POTÊNCIA TOTAL DO EQUIPAMENTO (W)	POTÊNCIA POR CABEÇOTE (W)	POTÊNCIA (VA)	ILUMINÂNCIA (lx)	ALIMENTAÇÃO POR CABEÇOTE (Vcc)	FUSÍVEIS DA REDE (2X POR EQUIPAMENTO)
Foco auxiliar FL-2000 ALP3	16,5	9	22	31.000	15	Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP3E	18	9	24	31.000	15	Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP4	19,5	12	26	37.000	15	Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP4E	21	12	28	37.000	15	Vidro 5X20 mm T 2AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP5	22,5	15	30	43.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP5E	24	15	32	43.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP6	25,5	18	34	49.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V

Foco auxiliar FL-2000 ALP6E	27	18	36	49.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP7	28,5	21	38	55.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP7E	30	21	40	55.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP8	31,5	24	42	61.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP8E	33	24	44	61.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP9	34,5	27	46	67.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP9E	36	27	48	67.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP10	37,5	30	50	70.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V
Foco auxiliar FL-2000 ALP10E	39	30	52	70.000	15	Vidro 5X20 mm T 3,15AL, 250V

TABELA 1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CONTINUAÇÃO)

MODELOS	POTÊNCIA TOTAL DO EQUIPAMENTO (W)	POTÊNCIA POR CABEÇOTE (W)	POTÊNCIA (VA)	ILUMINÂNCIA (lx)	ALIMENTAÇÃO POR CABEÇOTE (Vcc)	FUSÍVEIS DA REDE (2X POR EQUIPAMENTO)
Foco auxiliar FL- 2000 ALM12	40	35	54	100.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM12E (7Ah)	43	35	56	100.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM12E/AL D12E	45	35	59	100.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM24	62,5	50	76,5	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM24E/ALD24E	115	50	130	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM48	62,5	50	76,5	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM48E/ALD48E	115	50	130	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM96	62,5	50	76,5	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V
Foco auxiliar FL- 2000 ALM96E/ALD96E	115	50	130	160.000	15	Vidro 5X20 mm T 5AL, 250V

NOTA: *A Iluminância (lx) é dada a uma distância de 1000 mm com a temperatura de cor em 4650 K.

- Iluminância da luz verde (ENDO) a 1000 mm de distância:
Cúpula com 24 LEDS principais e 40 LEDS verde auxiliares: 450 – 550 lx.

d. Modelo informado não possui a informação de ajuste de temperatura de cor.” (Pág. 11 **NOTA:** *A Iluminância (lx) é dada a uma distância de 1000 mm com a temperatura de cor em 4650 K.)

Tal informação do modelo é de total importância para o órgão comprador para que ao final seja adquirido o produto solicitado conforme termo de referência, onde a empresa acima não apresenta de forma clara com o intuito de dificultar o entendimento técnico da prezada comissão de licitação.

DO DIREITO

A decisão da ilustre Comissão é insustentável, senão vejamos:

A Lei 8.66/93 estabelece que:

"Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

DOS PEDIDOS

Solicitamos que a prezada Comissão de Licitação realize as diligências necessárias para a comprovação da veracidade do produto/modelo solicitando a empresa que formalize qual modelo esta ofertando, caso contrário estará sujeita a adquirir um equipamento que não atenderá as necessidades do órgão requisitante.

Caso ofertado seja o modelo **Marca MEDPEJ – Modelo FL 2000**, o mesmo não atende o edital em sua luminosidade e sendo assim solicitamos a sua desclassificação).

DOS PEDIDOS

Solicitamos que a prezada Comissão de Licitação reavalie sua decisão e desclassifique a empresa **LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**. como arrematante do **ITEM 02**.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Pinhais, 27 de fevereiro de 2023.

Next Medical Com. e Repres. de Prod. Médicos Ltda.

Fabricio Simão da Silva.

C.P.F.: 024 438 519-07

R.G. 6.010.622-3