



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**  
**DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022**

Ao(s) Nove dia(s) do mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Dois, às Nove Horas, nas dependências da , sito à PRACA 13 DE ABRIL, 371, nesta cidade de CAMPOS BORGES, reuniu-se a CHAIANE NIEDERAUER MURATT, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 11158 de 04/01/2021, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 62/2022, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 25/2022. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES**

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FABIO ELIAS LEAL	00773083952
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GABRIEL LARSEN BORDIN	03082019064
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	TAYNARA LOPES PEREIRA	03916821059
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	DYONATAN BARBOSA DE SOUZA	02662478063

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS**

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FABIO ELIAS LEAL	Rio do Sul - SC
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GABRIEL LARSEN BORDIN	SANTA ROSA - RS
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	TAYNARA LOPES PEREIRA	Cachoeirinha - RS
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	DYONATAN BARBOSA DE SOUZA	Agronômica - SC

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

**Item: 1 - CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABEIS, com as seguintes características mínimas: GABINETE EXTERNO – Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO – Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de 5 (cinco) gavetas deslizantes com contra portas em acrílico. ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas de LED com acionamento automático na abertura da porá, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TERMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da umidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA – Vertical de vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R – 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO – Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Dsiplay em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação,**





Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS  
BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31  
Setor de Licitações

sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. ALARMES- Temperatura abaixo de 2º. C, temperatura alta acima de 8º. C (ou programável pelo usuário) falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 2º.C e 8º. C, com ponto fixo em 4º. C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. SISTEMA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS - Através de conversor 12 volts (CC) para 110/220 volts (AC), mantendo todas as funções eletro - eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para ate 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para bateria selada. PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento. CAPACIDADE INTERNA - 420 litros. DIMENSOES EXTERNAS - 196 alt x 72 larg x 64,4 prof (cm). DIMENSOES INTERNAS - 128 alt x 57,3 larg x 52,3 prof (cm). FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 HZ. REGISRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001. GARANTIA - 12 meses.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  
Proposta Inicial: 17.200,000  
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 4803 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Proposta Inicial: 14.000,000  
Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 13.600,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 13.300,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 13.000,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 12.600,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 12.200,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 11.800,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 11.400,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 11.000,000

Empresa: 5340 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME  
Proposta Inicial: 17.200,000  
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 4805 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA  
Proposta Inicial: 17.000,000  
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 13.800,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 13.464,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 13.167,000
Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 12.800,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 12.400,000





**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 12.000,000
Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 11.600,000
Lance Verbal Nº: 8	Valor do Lance: 11.200,000

**Item: 2 - MACA COM ELEVAÇÃO HIDRAULICA, com as seguintes características mínimas: LEITO:** Confeccionado em material radio-transparente, com gavetas e porta chassi, estruturado com tubo de aço carbono, para choque para proteção de parede, ganchos de fixação de dreno, suporte de soro e suporte de soro e suporte de cilindro para oxigênio em aço inoxidável. **BASE:** Confeccionada em tubo de aço carbono, revestida com material termoplástico de alta resistência. **COLUNA DE ELEVAÇÃO:** Confeccionada em chapa de aço carbono. **MOVIMENTO DO LEITO:** Obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos *flawler*, *semi flower*, *sentado*, *cardíaco*, *flexão*, *trendelemburg* e *reverso de trendelemburg*. **MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO:** Comandos, obtidos através de coluna hidráulica, acionada por pedais. **GRADES LATERAIS:** Confeccionadas em tubo de aço inoxidável, com balaustres em tubo de aço inoxidável, com sistema empilhável e engate rápido. **RODIZIOS:** Giratórios de 5", sendo todas com freios. **OPCIONAL:** 5ª roda retrátil através de pedal ou fixa. **ACABAMENTO:** Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. **DIMENSOES:** Dimensão interna: 1,88 x 0,59 m (C x L), Dimensão Externa: 2,15 x 0,78 m (C x L), Altura Mínima: 0,65 m e Max: 0,95 m (A). (Dependendo do tamanho do rodízio as alturas sofrem alterações). **CAPACIDADE:** 220 Kg.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 12.920,960	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 12.790,000

A empresa ALTERMED MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, foi a única a cotar o ITEM 02 e cotou acima da referência, porém para não frustrar o ITEM se aceitara, pois a empresa vencedora alegou que as medias de preços da referência eram de equipamentos não condizentes com o pedido no edital. Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguintes licitantes com os respectivos itens:

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS**

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, TERMOLABELS, com as seguintes características mínimas: GABINETE EXTERNO – Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO – Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de 5 (cinco) gavetas deslizantes com contra portas em acrílico. ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas de LED com acionamento automático na	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,00	11.000,00000	11.000,00



Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS  
BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31  
Setor de Licitações

<p>abertura da porá, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TERMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 70 mm. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da umidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA – Vertical de vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R – 134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO – Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. ALARMES- Temperatura abaixo de 2° C, temperatura alta acima de 8° C (ou programável pelo usuário) falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO – Entre 2° C e 8° C, com ponto fixo em 4° C, ou programável pelo usuário. REGISTRADOR DE TEMPERATURA – Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas,</p>			
--	--	--	--





Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS  
BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31  
Setor de Licitações

<p>apresentadas no display de processos. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA – Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR – Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. SISTEMA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRICA 24 HORAS – Através de conversor 12 volts (CC) para 110/220 volts (AC), mantendo todas as funções eletro – eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para ate 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para bateria selada. PHASELOG – Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento. CAPACIDADE INTERNA – 420 litros. DIMENSOES EXTERNAS – 196 alt x 72 larg x 64,4 prof (cm). DIMENSOES INTERNAS – 128 alt x 57,3 larg x 52,3 prof (cm). FUNCIONAMENTO – BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 HZ. REGISRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001. GARANTIA – 12 meses.</p>				
---	--	--	--	--



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

<p>2 - MACA COM ELEVAÇÃO HIDRAULICA, com as seguintes características mínimas: LEITO: Confeccionado em material radio-transparente, com gavetas e porta chassi, estruturado com tubo de aço carbono, para choque para proteção de parede, ganchos de fixação de dreno, suporte de soro e suporte de soro e suporte de cilindro para oxigênio em aço inoxidável. BASE: Confeccionada em tubo de aço carbono, revestida com material termoplástico de alta resistência. COLUNA DE ELEVAÇÃO: Confeccionada em chapa de aço carbono. MOVIMENTO DO LEITO: Obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos flawler, semi flower, sentado, cardíaco, flexão, trendelemburg e reverso de trendelemburg. MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO: Comandos, obtidos através de coluna hidráulica, acionada por pedais. GRADES LATERAIS: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável, com balaustres em tubo de aço inoxidável, com sistema empilhavel e engate rápido. RODIZIOS: Giratórios de 5", sendo todas com freios. OPCIONAL: 5ª roda retrátil através de pedal ou fixa. ACABAMENTO: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. DIMENSOES: Dimensão interna: 1,88 x 0,59 m (C x L), Dimensão Externa: 2,15 x 0,78 m (C x L), Altura Mínima: 0,65 m e Max: 0,95 m (A). (Dependendo do tamanho do rodízio as alturas sofrem alterações). CAPACIDADE: 220 Kg.</p>	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00	12.790,00000	12.790,00
---	--	------	--------------	-----------

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**




**ADRIANA PETRI DA COSTA**  
**Pregoeiro**  
Portaria Nº 11.807, de 08 de abril de 2022

**EQUIPE DE APOIO**

JANINHA FATIMA C. SOUZA  
Equipe de Apoio

MONICA O. GALVAGNI  
Equipe de Apoio

**RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

<b>Nome da Empresa</b>	<b>Representante</b>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	FABIO ELIAS LEAL 
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GABRIEL LARSEN BORDIN 
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	TAYNARA LOPES PEREIRA 
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	DYONATAN BARBOSA DE SOUZA 