



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Registro por Outro Órgão nº 8/2026, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: PHOENIX LUFERCO LTDA - 30323					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Autoclave horizontal marca Luferco, modelo 39209, capacidade de 200 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, dimensões internas A 41 X L 41 X P 120 cm e dimensões externas A 171 X L 72 X P 178 cm, elaborado com base nas normas ABNT, NBR e ISO vigentes, atendendo também a NR-13, registrado e aprovado pela ANVISA. A câmara interna em formato retangular, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, com acabamento polido sanitário brilhante. A câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Ambas câmaras testadas hidrostaticamente, conforme norma NR 13 e possui isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada. 02 (duas) portas, barreira com abertura e fechamento por meio de volante central, sendo as portas fabricadas em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante, comandada por volante central, com fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, com trava de segurança mecânica, colocada no interior do eixo central das portas, impedindo a sua abertura quando houver pressão na câmara interna; Potência de 18 KW; Tensão de funcionamento de 380 V Trifásico, com funcionamento através de gerador elétrico acoplado; possui uma bomba de água para o abastecimento do gerador de vapor, e um controle de nível de forma automática com eletrodos; O sistema de Vácuo dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré-vácuo e secagem, com potência elétrica de 1,5 HP 380 V/60 Hz trifásica; possui manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna; possui manômetro indicativo para pressão na câmara externa / gerador de vapor; possuir sensores de temperatura tipo PT-100; possui transmissores de pressão; O comando automático microprocessado eletrônico, com 8 programas de esterilização programável ou pré definidos e selecionáveis pelo usuário. Possui válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho; possui uma válvula manual para limpeza e para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência; possui um Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna; A estrutura do gabinete montado em armação de	145.500,00000	145.500,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			cantoneiras SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura esmalte; O Revestimento externo em chapas de aço inoxidável com acabamento escovado; Acessórios: 01 carro interno de carga de material em aço inoxidável, com prateleira em tamanho compatível com a câmara interna, fornecido junto com o equipamento; 02 carro externo, fabricado em aço inox, com rodízios, para transporte do carro interno; Fabricante: Phoenix Luferco Ltda.		
			Total dos Produtos		145.500,00

A partir da presente data, abre-se o prazo recursal de dois dias úteis, para eventual interposição de recursos acerca da presente decisão.

Fortaleza dos Valos, 19 de Agosto de 2026

JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS
Presidente da Comissão