



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

Ao(s) Quatro dia(s) do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezenove, às Nove Horas, nas dependências da Centro Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a João Eduardo Hermes de Campos, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 10454 de 15/02/2023, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 24/2019, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 8/2019. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME	Giancarlo da Silva Colombro	76917860000
Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME	DOUGLAS eRNESTO tALGATT	01981209077
Leistung Equipamentos Ltda	Ney Roberto August da Rocha	18472427072
LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME	Eduardo Djovani Borchardt	75039559020
Maxi Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	Ismael Filippi Agazzi	02680375076
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME	Elvis Medeiros de Oliveira	99406063034
Taiur Schumacher	Vianeí Carlos Andreola da Silveira	52969304015
V VRIBAS VIEIRA ME	Volmar Ribas Vieira	50263811972

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME	Giancarlo da Silva Colombro	Cachoeirinha - RS
Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME	DOUGLAS eRNESTO tALGATT	Barão de Cotegipe - RS
Leistung Equipamentos Ltda	Ney Roberto August da Rocha	Jaraguá do Sul - SC
LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME	Eduardo Djovani Borchardt	Palmeira das Missões - RS
Maxi Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	Ismael Filippi Agazzi	Barão de Cotegipe - RS
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME	Elvis Medeiros de Oliveira	Cruz Alta - RS
Taiur Schumacher	Vianeí Carlos Andreola da Silveira	Giruá - RS
V VRIBAS VIEIRA ME	Volmar Ribas Vieira	Passo Fundo - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Ventilador eletrônico multiprocessado - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: tela gráfica no mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

intra/extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: adultos pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa, volume total máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente que permita ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; de fácil montagem, limpeza e esterilização; sistema de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo com compensação de altitude; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico; entrada de bateria externa de 12V DC; bateria interna recarregável com duração mínima de 900 min. Contendo os seguintes acessórios: Uma fonte alimentação 110/220 W; uma mangueira O2; um braço articulado c/ 3 segmentos; um pedestal para uso ambulatorial, com rodízios; um suporte para ambulância; um suporte para maca; um circuito paciente - sem dreno - adulto/pediátrico, em silicone; um circuito paciente - sem dreno - neonatal, em silicone.

Empresa: 27811 - Leistung Equipamentos Ltda	
Proposta Inicial: 18.700,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 17.776,680

Empresa: 27510 - V VRIBAS VIEIRA ME	
Proposta Inicial: 20.300,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 18.232,500

Item: 2 - Autoclave 12 litros- - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: capacidade 12 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no mínimo 11 sistemas de segurança; operação automática, com indicação de ciclo através de display de cristal liquido; sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura; tecla de emergência; sistema eletrônico que interrompa o ciclo de esterilização; termostato; válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide; válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de silicone para vedação da porta; dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de borracha antideslizantes; desaeração automática; despressurização automática; secagem extra; potência de 1100 W, voltagem 220; temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de mínima de 121°C tempo total de esterilização até 30 min, contendo, no mínimo, os seguintes acessórios: 02 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas, fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. Dimensões mínimas da câmara: diâmetro 21,6 cm X profundidade 33,3 cm. Medidas externas aproximadas: largura 33,3 cm X altura 33 cm x profundidade 46 cm.

Empresa: 27230 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 3.298,960	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 27176 - CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME	
Proposta Inicial: 2.390,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.271,990

Empresa: 27183 - Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME	
Proposta Inicial: 3.800,000	



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 26781 - LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME

Proposta Inicial: 3.860,000

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 23230 - Maxi Distribuidora de Produtos Hosp Ltda

Proposta Inicial: 3.750,000

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 27510 - V VRIBAS VIEIRA ME

Proposta Inicial: 2.980,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: 2.330,250

Item: 3 - Autoclave 21 - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: capacidade 21 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no mínimo 11 sistemas de segurança; operação automática, com indicação de ciclo através de display de cristal líquido; sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura; tecla de emergência; sistema eletrônico que interrompa o ciclo de esterilização; termostato; válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide; válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de silicone para vedação da porta; dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de borracha antideslizantes; desaeração automática; despressurização automática; secagem extra; potência de 1600 W, voltagem bivolt; temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de mínima de 121°C tempo total de esterilização até 30 min, contendo, no mínimo, os seguintes acessórios: 03 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas, fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. Dimensões mínimas da câmara: diâmetro 25 cm X profundidade 43 cm. Medidas externas aproximadas: largura 38 cm X altura 39 cm x profundidade 60 cm.

Empresa: 27230 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Proposta Inicial: 3.298,860

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: Não deu lance

Lance Verbal Nº: 2

Valor do Lance: Não deu lance

Lance Verbal Nº: 3

Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 27176 - CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME

Proposta Inicial: 2.790,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1

Valor do Lance: 2.652,000

Lance Verbal Nº: 2

Valor do Lance: 2.521,000

Lance Verbal Nº: 3

Valor do Lance: 2.396,520

Empresa: 27183 - Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME

Proposta Inicial: 3.900,000

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 26781 - LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME

Proposta Inicial: 3.929,000



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 23230 - Maxi Distribuidora de Produtos Hosp Ltda

Proposta Inicial: 3.929,000

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 27510 - V VRIBAS VIEIRA ME

Proposta Inicial: 3.090,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.720,000
--------------------	---------------------------

Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 2.585,700
--------------------	---------------------------

Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 2.457,970
--------------------	---------------------------

Item: 4 - Aparelho Eletrocardiograma 12 canais ECG - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: aquisição mínima de 12 derivações, com bateria inclusa, com múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1, 3, 6 e 12 canais, sensibilidade 5, 10, 20, automática (I~aVF: 10, v1~V6:5) mm/mV, velocidade de impressão mínima de 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, Filtros: AC (50/60Hz, - 20dB ou melhor); Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor); Da Linha de base (0,1Hz, -3dB ou melhor); Passa baixo (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz; Tela LCD de 2 linhas, com indicador de sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão e de derivação de ritmo, Indicador LED de qualidade de sinal e alimentação elétrica e bateria (inclusa), dados do paciente com identificação, nome, idade, sexo, altura e peso; mediadas básicas frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixo P-R-T.; papel térmico A4; detecção de eletrodo solto, beep da QRS; Alimentação corrente alternada ou bateria recarregável (inclusa); tensão de alimentação: 100 – 240V, frequência 50/60Hz, autonomia da bateria de aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático; Conexão com PC através de interface RS-232 e LAN RJ-45 ou adaptador USB; Conformidades: Classe I e energizado internamente, tipo BF a prova de desfibrilação; Acessórios: cabo paciente 10 vias, quatro eletrodos de membro tipo clip, seis eletrodos precordiais, gel para eletrodo, cabo de alimentação, papel térmico para impressão, um CD manual de operação, software interno de análise e interpretação automática de ECG; Carro de transporte, EKGViewer Software, bateria>2 horas.

Empresa: 27230 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Proposta Inicial: 6.469,360

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

Empresa: 27176 - CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME

Proposta Inicial: 9.108,000

Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 27183 - Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME

Proposta Inicial: 9.000,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 6.300,000
--------------------	---------------------------

Empresa: 27510 - V VRIBAS VIEIRA ME

Proposta Inicial: 7.384,850

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

Item: 5 - Tablet com as especificações mínimas a seguir: memória de 8 GB, tela 9,6", wi-fi – android, 4,4, processador dual core, câmera de 5MP, memória expansível até 128 MB

Empresa: 27183 - Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME
Proposta Inicial: 1.190,000
Observação: Fornecedor não classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 26781 - LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME	
Proposta Inicial: 1.048,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 27532 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	
Proposta Inicial: 874,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Empresa: 27812 - Taiur Schumacher	
Proposta Inicial: 874,500	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - Ventilador eletrônico multiprocessado - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: tela gráfica no mínimo de 5", volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte intra/extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: adultos pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: VCV (assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, fluxo contínuo, controles diretos para volume corrente, frequência e sensibilidade assistida; alarmes de pressão inspiratória alta e baixa,	Leistung Equipamentos Ltda	1,00	17.776,68000	17.776,68



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

<p>volume total máximo e mínimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos gráfico de pressão por tempo; misturador de ar ambiente que permita ajuste da FIO2; leitor de fluxo inspiratório integrado ao equipamento; de fácil montagem, limpeza e esterilização; sistema de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo com compensação de altitude; tecla stand by que interrompe as funções do ventilador; botão de ciclo manual, que determina o início do ciclo respiratório; silenciador de alarme por 60 segundos; controle de PEEP eletrônico; entrada de bateria externa de 12V DC; bateria interna recarregável com duração mínima de 900 min. Contendo os seguintes acessórios: Uma fonte alimentação 110/220 W; uma mangueira O2; um braço articulado c/ 3 segmentos; um pedestal para uso ambulatorial, com rodízios; um suporte para ambulância; um suporte para maca; um circuito paciente - sem dreno - adulto/pediátrico, em silicone; um circuito paciente - sem dreno - neonatal, em silicone.</p>				
<p>2 - Autoclave 12 litros- - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: capacidade 12 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no mínimo 11 sistemas de segurança; operação automática, com indicação de ciclo através de display de cristal líquido; sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura; tecla de emergência; sistema eletrônico que interrompa o ciclo de esterilização; termostato; válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide; válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de silicone para vedação da porta; dispositivo com sistema de segurança contra abertura</p>	<p>CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME</p>	<p>3,00</p>	<p>2.271,99000</p>	<p>6.815,97</p>



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

<p>acidental da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de borracha antideslizantes; desaeração automática; despressurização automática; secagem extra; potência de 1100 W, voltagem 220; temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de mínima de 121°C tempo total de esterilização até 30 min, contendo, no mínimo, os seguintes acessórios: 02 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas, fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. Dimensões mínimas da câmara: diâmetro 21,6 cm X profundidade 33,3 cm. Medidas externas aproximadas: largura 33,3 cm X altura 33 cm x profundidade 46 cm.</p>				
<p>3 - Autoclave 21 - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: capacidade 21 L; tanque e bandeja em aço inox; com, no mínimo 11 sistemas de segurança; operação automática, com indicação de ciclo através de display de cristal líquido; sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura; tecla de emergência; sistema eletrônico que interrompa o ciclo de esterilização; termostato; válvulas de sobre-pressão; válvula solenoide; válvula de sub-pressão anti-vácuo; anel de silicone para vedação da porta; dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta; conjunto de fusíveis elétricos; pés de borracha antideslizantes; desaeração automática; despressurização automática; secagem extra; potência de 1600 W, voltagem bivolt; temperatura (durante o ciclo da esterilização) programável de mínima de 121°C tempo total de esterilização até 30 min, contendo, no mínimo, os seguintes acessórios: 03 bandejas em aço inox, 01 suporte bandejas,</p>	<p>CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME</p>	<p>1,00</p>	<p>2.396,52000</p>	<p>2.396,52</p>



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

<p>fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. Dimensões mínimas da câmara: diâmetro 25 cm X profundidade 43 cm. Medidas externas aproximadas: largura 38 cm X altura 39 cm x profundidade 60 cm.</p>				
<p>4 - Aparelho Eletrocardiograma 12 canais ECG - com capacidade mínima, conforme especificações a seguir: aquisição mínima de 12 derivações, com bateria inclusa, com múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1, 3, 6 e 12 canais, sensibilidade 5, 10, 20, automática (I~aVF: 10, v1~V6:5) mm/mV, velocidade de impressão mínima de 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, Filtros: AC (50/60Hz, -20dB ou melhor); Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor); Da Linha de base (0,1Hz, -3dB ou melhor); Passa baixo (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz; Tela LCD de 2 linhas, com indicador de sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão e de derivação de ritmo, Indicador LED de qualidade de sinal e alimentação elétrica e bateria (inclusa), dados do paciente com identificação, nome, idade, sexo, altura e peso; mediadas básicas frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixo P-R-T.; papel térmico A4; detecção de eletrodo solto, beep da QRS; Alimentação corrente alternada ou bateria recarregável (inclusa); tensão de alimentação: 100 – 240V, frequência 50/60Hz, autonomia da bateria de aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático; Conexão com PC através de interface RS-232 e LAN RJ-45 ou adaptador USB; Conformidades: Classe I e energizado internamente, tipo BF a prova de desfibrilação; Acessórios: cabo paciente 10 vias, quatro eletrodos</p>	<p>Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME</p>	<p>1,00</p>	<p>6.300,00000</p>	<p>6.300,00</p>



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS
Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

de membro tipo clip, seis eletrodos precordiais, gel para eletrodo, cabo de alimentação, papel térmico para impressão, um CD manual de operação, software interno de análise e interpretação automática de ECG; Carro de transporte, EKGViewer Software, bateria>2 horas.				
5 - Tablet com as especificações mínimas a seguir: memória de 8 GB, tela 9,6", wi-fi – android, 4,4, processador dual core, câmera de 5MP, memória expansível até 128 MB	MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	10,00	874,50000	8.745,00

Dando prosseguimento, a Empresa Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda , através de seu representante Ismael Filipi Agazzi, manifestou intenção de interpor recurso, em relação ao Item 3 do Edital, alegando que o modelo ofertado pelos concorrentes, não atende as exigências do Edital. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

João Eduardo Hermes de Campos
Pregoeiro
Portaria Nº 10454 de 15/02/2023

EQUIPE DE APOIO

Jacinto Luis Ferreira de Andrade
Zelador

Marcos Alves dos Santos-
Vigilante

KERLI MARANGON DE MELLO
Telefonista Rural

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ALTERMED MAT. MED. HOSP. LTDA	
CMED Serviços Técnicos e Distribuidora Ltda ME	Giancarlo da Silva Colombro
Delta Shop Distr. Prod. Hosp. Ltda ME	DOUGLAS eRNESTO tALGATT
Leistung Equipamentos Ltda	Ney Roberto August da Rocha
LEO I. DE CASTRO E CIA LTDA.-ME	Eduardo Djovani Borchardt
Maxi Distribuidora de Produtos Hosp Ltda	Ismael Filippi Agazzi
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA -	Elvis Medeiros de Oliveira



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS
VALOS

Rua Rubert, 900
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

ME	
Taiur Schumacher	Vianeí Carlos Andreola da Silveira
V VRIBAS VIEIRA ME	Volmar Ribas Vieira