

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura de Frederico Westphalen

Prefeitura de Frederico Westphalen

Pregão Eletrônico - 30/2026

Resultado da Adjudicação

Item: 0002 - FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE HEMOCOMPONENTES Características: O equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, sem uso e não sendo aceito equipamento descontinuado. Deve ter capacidade aproximada de 300 litros. Sendo destinado à conservação de sangue e seus componentes, para atendimento às necessidades da unidade de saúde. Preferencialmente conforme especificações mínimas a seguir: deve ser um freezer vertical, de uso hospitalar/laboratorial, especificamente destinado ao armazenamento de hemocomponentes, com faixa de temperatura de operação: entre -30°C e -40°C (ou inferior), com estabilidade e uniformidade térmica, com controle de temperatura, microprocessado, com ajuste digital e leitura em display externo, com sistema de alarme: visual e sonoro para variação de temperatura, falha de energia, porta aberta e sensor, com sistema de segurança: bloqueio de painel e/ou senha de acesso, contar com registro de temperatura: sistema de data logger - Valor Referência: R\$ 20.797,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B.R. SILVA LTDA (43.172.124/0001-67)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	Conforme edital	Elber	1,00	20.797,50

Item: 0003 - AR CONDICIONADO Características: O item deve possuir preferencialmente as seguintes características mínimas: o aparelho de ar-condicionado deve ser do modelo Split Hi-Wall, capacidade nominal de 9.000 BTU/h, ciclo frio e quente, novo, de primeiro uso, destinado à climatização de ambientes internos. Tipo Split Hi-Wall, composto por unidade evaporadora e condensadora. Ciclo frio e quente. Alimentação elétrica bivolt automático. Com tecnologia inverter. Classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO, com selo de eficiência energética. Controle remoto sem fio com display digital, deve contar com baixo nível de ruído, compatível com ambientes administrativos, ter filtro de ar lavável e removível, manual de instruções em língua portuguesa, deve ser um produto novo, sem uso anterior, acondicionado em embalagem original de fábrica. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricação e de funcionamento - Valor Referência: R\$ 1.922,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA (46.198.080/0001-32)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	9000 BTUs	Hisense	2,00	3.700,00

Item: 0004 - COMPUTADOR (DESKTOP- AVANÇADO) Características: o equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser da linha corporativa, de alto desempenho. Deve ser novo, sem uso anterior, com garantia e suporte técnico, processador: preferencialmente com no mínimo 8 (oito) núcleos físicos e 16 threads, frequência base mínima de 2.5 GHz (ou superior), Cache mínimo de 12 MB, com desempenho equivalente ou superior a gerações recentes de mercado corporativo. Memória RAM: mínimo de 16 GB DDR4 ou DDR5, expansível a pelo menos 64 GB, mínimo de 2 slots disponíveis. Armazenamento: unidade SSD NVMe com capacidade mínima de 512 GB, velocidade compatível com padrão PCIe Gen3 ou superior, possibilidade de expansão para HDD/SSD adicional. Placa-mãe e chipset: Chipset compatível com o processador ofertado, suporte a virtualização por hardware, mínimo de 2 portas SATA adicionais livres. Vídeo: controladora gráfica integrada ou dedicada básica, com suporte a 2 monitores simultâneos, resolução mínima Full - Valor Referência: R\$ 5.446,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Sandro Vilmar Pires Me (09.253.952/0001-91)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	DT02	DEUTEL	3,00	9.900,00

Item: 0005 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (copiadora, scanner e fax opcional) Características: O equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, destinado ao atendimento das demandas administrativas, contemplando funções de impressão, cópia e digitalização, deve ter tecnologia de impressão: laser ou LED monocromática (ou colorida, se aplicável), funções: impressão, cópia e digitalização (scanner), resolução de impressão: aproximada de 600 x 600 dpi, alimentador automático de documentos (ADF): obrigatório, impressão frente e verso (duplex): automática, conectividade: USB 2.0 e rede Ethernet (RJ-45) e/ou Wi-Fi, compatibilidade: sistema operacional Windows. Formatos suportados: A4, Carta e ofício (quando aplicável). Scanner: colorido, com resolução óptica mínima de 600 dpi. Painel de controle: LCD ou touchscreen. Software/Drivers: incluídos ou disponibilizados pelo fabricante. Condições de fornecimento: equipamento novo, sem uso anterior. Garantia mínima de 1 - Valor Referência: R\$ 1.996,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GLOBALBID COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.495.996/0001-04)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	M7105DW	Pantum	2,00	3.500,00

Item: 0006 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA Características: O equipamento é destinado à aferição de peso e altura de pacientes adultos em unidades de saúde, conforme as seguintes especificações técnicas mínimas: deve ser para uso profissional, sua estrutura deve ser fabricada preferencialmente em aço carbono ou material de igual ou superior resistência, com pintura eletrostática ou acabamento anticorrosivo, com plataforma antiderrapante, de fácil higienização, com capacidade



aproximada de pesagem de 200 kg, com divisão (resolução) de, no máximo, 100 g, estadiômetro acoplado, com faixa de medição mínima de 95 cm a 200 cm, graduação de 0,5 cm ou melhor, display digital de fácil visualização, com indicação de peso em quilogramas (kg), função de zeragem automática e desligamento automático ou manual, alimentação por meio de fonte bivolt automática (100–240 V), pés reguláveis para nivelamento, produto com registro ou cadastro na ANVISA, equipamento aprovado e certificado pelo INMETRO, conforme r - Valor Referência: R\$ 1.370,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (68.886.605/0001-65)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	PPLS200 30X30	PROPRIA	2,00	1.696,00

Item: 0008 - CAIXA TÉRMICACaracterísticas: O item deve ter as seguintes especificações aproximadas mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, deve ter capacidade nominal de 60 à 100 litros, preferencialmente com rodas, fabricada em material plástico de alta resistência (polietileno ou material equivalente), possuir isolamento térmico em espuma de poliuretano ou tecnologia equivalente, garantindo elevada eficiência na conservação da temperatura, tampa articulada ou removível com fechamento seguro, alças laterais resistentes para transporte, superfície interna lisa, de fácil higienização, Material atóxico, resistente à umidade, impactos e intempéries, cor clara ou outra conforme disponibilidade do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 1.589,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Rossi Produtos Hospitalares Ltda. (00.072.182/0001-06)	Adjudicado em: 16/09/2026 - 11:39:41 - Por: ORLANDO GIRARDI	EVEREST	EVEREST	2,00	2.000,00

Demais Lotes / Itens do Processo

Item 0001 - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE Características: O equipamento deve ter preferencialmente as seguintes especificações mínimas: ser novo, sem uso e não sendo aceito equipamento descontinuado, sua estrutura deve ser confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, de alta resistência, com movimentação elétrica, por meio de atuadores elétricos silenciosos, com acionamento por controle remoto com fio ou dispositivo equivalente, com ajustes independentes ou simultâneos das posições de encosto, assento e apoio para pernas, permitindo as posições sentada, reclinada e leito, capacidade mínima de carga de 180 kg, com apoio de cabeça ajustável, estofamento confeccionado em espuma de densidade preferencialmente D33, revestido em courvin, resistente, de fácil higienização e desinfecção, na cor a ser definida pelo contratante, apoios de braços anatômicos, estofados em courvin, com regulagem de altura e/ou abertura, sendo pelo menos um deles articulável para fac - Valor Referência: R\$ 1.385,19

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
1	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE Características: O equipamento deve ter preferencialmente as seguintes especificações mínimas: ser novo, sem uso e não sendo aceito equipamento descontinuado, sua estrutura deve ser confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, de alta resistência, com movimentação elétrica, por meio de atuadores elétricos silenciosos, com acionamento por controle remoto com fio ou dispositivo equivalente, com ajustes independentes ou simultâneos das posições de encosto, assento e apoio para pernas, permitindo as posições sentada, reclinada e leito, capacidade mínima de carga de 180 kg, com apoio de cabeça ajustável, estofamento confeccionado em espuma de densidade preferencialmente D33, revestido em courvin, resistente, de fácil higienização e desinfecção, na cor a ser definida pelo contratante, apoios de braços anatômicos, estofados em courvin, com regulagem de altura e/ou abertura, sendo pelo menos um deles articulável para fac	R\$ 1.385,19	Fracassado

Item 0007 - CARRO MACA PARA OBSERVAÇÃOCaracterísticas: O equipamento deve ter as seguintes especificações preferencialmente mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, com estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável, leito fixo, estofado em espuma densidade D33, revestido em courvin, com cabeceira com regulagem de inclinação por sistema mecânico (cremalheira ou similar), com grades laterais metálicas rebatíveis ou escamoteáveis, com sistema de travamento, rodízios de, no mínimo, 5 polegadas, com giro de 360°, sendo pelo menos dois dotados de freios independentes, capacidade mínima aproximada de carga de 150 kg, com suporte para soro em aço inox ou com encaixe para instalação de suporte removível, dimensões aproximadas: comprimento entre 1,90 m e 2,10 m, largura entre 0,60 m e 0,80 m, altura entre 0,75 m e 0,90 m, admitindo-se variação de ±10%, acompanhada de colchão compatível com as dimensões do leito, produto novo, - Valor Referência: R\$ 1.508,33

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



CARRO MACA PARA OBSERVAÇÃOCaracterísticas: O equipamento deve ter as seguintes especificações preferencialmente mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, com estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou aço inoxidável, leito fixo, estofado em espuma densidade D33, revestido courvin, com cabeceira com regulagem de inclinação por sistema mecânico (cremalheira ou similar), com grades laterais metálicas rebatíveis ou escamoteáveis, com sistema de travamento, rodízios de, no mínimo, 5 polegadas, com giro de 360°, sendo pelo menos dois dotados de freios independentes, capacidade mínima aproximada de carga de 150 kg, com suporte para soro em aço inox ou com encaixe para instalação de suporte removível, dimensões aproximadas: comprimento entre 1,90 m e 2,10 m, largura entre 0,60 m e 0,80 m, altura entre 0,75 m e 0,90 m, admitindo-se variação de ±10%, acompanhada de colchão compatível com as dimensões do leito, produto novo,

R\$ 1.508,33

Fracassado

Item 0009 - MESA AUXILIAR HOSPITALARCaracterísticas: O item deve ter as seguintes especificações aproximadas mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, deve ser uma mesa auxiliar modelo hospitalar, destinada ao apoio das atividades assistenciais em unidades de saúde, para acondicionamento e transporte de materiais, medicamentos e instrumentais durante procedimentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares, sua estrutura confeccionada em aço inoxidável, com tampo e prateleira inferior em aço inoxidável, lisos, com bordas elevadas ou acabamento que impeça a queda de materiais, estrutura reforçada, com capacidade para suportar, no mínimo, 30 kg distribuídos uniformemente, dotada de 4 (quatro) rodízios giratórios de, no mínimo, 2 polegadas, sendo pelo menos 2 (dois) com sistema de freio. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre 60 e 80 cm, Largura: entre 40 e 50 cm, Altura: entre 80 e 90 cm. Com acabamento sem arestas cortantes, superfícies lisas e de fácil higienização, Produto novo, sem uso anterior, - Valor Referência: R\$ 378,99

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
9	MESA AUXILIAR HOSPITALAR Características: O item deve ter as seguintes especificações aproximadas mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, deve ser uma mesa auxiliar modelo hospitalar, destinada ao apoio das atividades assistenciais em unidades de saúde, para acondicionamento e transporte de materiais, medicamentos e instrumentais durante procedimentos clínicos, ambulatoriais e hospitalares, sua estrutura confeccionada em aço inoxidável, com tampo e prateleira inferior em aço inoxidável, lisos, com bordas elevadas ou acabamento que impeça a queda de materiais, estrutura reforçada, com capacidade para suportar, no mínimo, 30 kg distribuídos uniformemente, dotada de 4 (quatro) rodízios giratórios de, no mínimo, 2 polegadas, sendo pelo menos 2 (dois) com sistema de freio. Dimensões aproximadas: Comprimento: entre 60 e 80 cm, Largura: entre 40 e 50 cm, Altura: entre 80 e 90 cm. Com acabamento sem arestas cortantes, superfícies lisas e de fácil higienização, Produto novo, sem uso anterior,	R\$ 378,99	Fracassado

 ORLANDO GIRARDI

Autoridade Competente

