

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		2,00	UN	MONITOR MULTIPARÂMETRO Características: Equipamento deve ser novo, de primeiro uso, microprocessado, portátil ou de bancada, preferencialmente com tela colorida em tecnologia LCD ou TFT de, no mínimo, 10 polegadas, apresentação simultânea de curvas e valores numéricos dos parâmetros monitorados. Deve contar com no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros: eletrocardiograma (ECG) com, no mínimo, 3 e 5 derivações, frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), saturação periférica de oxigênio (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI), temperatura (TEMP), com pelo menos 2 canais. Deve contar com medição automática, manual e em intervalos programáveis da pressão arterial não invasiva. Alarmes audiovisuais ajustáveis para todos os parâmetros monitorados, com limites configuráveis pelo usuário. Memória para armazenamento de tendências gráficas e tabulares por, no aproximadamente, 72 horas. Bateria interna recarregável com autonomia aproximada de 2 horas de funcionamento contínuo. Alimentação elétrica bivolt automático (100–240 V, 50/60 Hz). Interface em língua portuguesa ou com possibilidade de seleção do idioma português. Deve possuir sistema de proteção contra desfibrilação e interferências eletrocirúrgicas. Permitir visualização de, no aproximadamente, 6 curvas simultâneas (conforme configuração do equipamento). Possuir indicadores visuais e sonoros de alarmes: técnicos e fisiológicos. O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo: 01 cabo de alimentação, 01 cabo paciente para ECG (3 ou 5			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				vias), 01 sensor reutilizável de SpO2 para adulto, 01 manguito adulto para PNI, 01 mangueira para PNI, 01 sensor de temperatura reutilizável, bateria interna instalada, manual de operação em português. O equipamento deve ter registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Deve atender às normas técnicas aplicáveis da série ABNT NBR IEC 60601 (ou versões vigentes), referentes à segurança elétrica e desempenho de equipamentos eletromédicos. O fabricante ou fornecedor deverá apresentar declaração de assistência técnica autorizada no território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. Serão aceitos equipamentos que atendam integralmente às especificações mínimas descritas, sendo permitidas características superiores às exigidas, desde que não comprometam a compatibilidade, funcionalidade ou finalidade do equipamento.			
2		2,00	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Características: O equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, sem uso e não sendo aceito equipamento descontinuado, destinada à esterilização de materiais e instrumentais por vapor saturado sob pressão. Deve ser preferencialmente do modelo autoclave horizontal de mesa; com capacidade nominal de no mínimo 60 litros; câmara interna confeccionada em aço inoxidável resistente à corrosão; gabinete com acabamento resistente e de fácil higienização; funcionamento por vapor saturado sob pressão; controle			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				eletrônico por microprocessador; painel digital ou display para programação e acompanhamento dos ciclos; programação automática dos ciclos de esterilização; temperatura de esterilização compatível com os padrões de mercado (121°C e/ou 134°C); sistema de secagem automática ao final do ciclo; reservatório de água incorporado ou sistema de alimentação de água conforme projeto do fabricante; dispositivos de segurança, incluindo válvula de segurança, sistema de bloqueio da porta durante a pressurização, proteção contra sobretemperatura e sobrepressão; porta com sistema de fechamento seguro; alimentação elétrica bivolt automático; indicação visual e/ou sonora das etapas do ciclo e das condições de operação; equipamento fornecido com bandejas ou suportes internos compatíveis com sua capacidade; manual de operação em língua portuguesa; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; assistência técnica autorizada no território nacional; equipamento em conformidade com a legislação vigente aplicável, acompanhado dos certificados e registros exigidos pelos órgãos competentes. Condições de fornecimento: o equipamento deverá ser entregue novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, manual de instruções, certificado de garantia e demais documentos técnicos exigidos. O fornecedor será responsável pela entrega, instalação, testes de funcionamento e orientação básica para operação do equipamento.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3		11,00	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNERE FAX OPCIONAL) Características: O equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, de primeiro uso, destinado ao atendimento das demandas administrativas, contemplando funções de impressão, cópia e digitalização, deve ter tecnologia de impressão: laser ou LED monocromática (ou colorida, se aplicável); funções: impressão, cópia e digitalização (scanner); resolução de impressão: aproximada de 600 x 600 dpi; alimentador automático de documentos (ADF): obrigatório; impressão frente e verso (duplex): automática; conectividade: USB 2.0 e rede Ethernet (RJ-45) e/ou Wi-Fi; compatibilidade: sistema operacional Windows. Formatos suportados: A4, Carta e ofício (quando aplicável). Scanner: colorido, com resolução óptica mínima de 600 dpi. Pannel de controle: LCD ou touchscreen. Software/Drivers: inclusos ou disponibilizados pelo fabricante. Condições de fornecimento: equipamento novo, sem uso anterior. Garantia mínima de 12 (doze) meses on-site ou conforme padrão do fabricante. Fornecimento de cabos, manuais e acessórios necessários ao pleno funcionamento. Assistência técnica autorizada no território nacional. Entrega única ou conforme cronograma estabelecido no edital. Observações: a proposta deverá incluir todos os custos de transporte, instalação (se exigida) e tributos. O equipamento deverá atender integralmente às normas técnicas brasileiras aplicáveis.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4		1,00	UN	FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE HEMOCOMPONENTES Características: O equipamento deve ter as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, sem uso e não sendo aceito equipamento descontinuado. Deve ter capacidade aproximada de 300 litros. Sendo destinado à conservação de sangue e seus componentes, para atendimento às necessidades da unidade de saúde. Preferencialmente conforme especificações mínimas a seguir: deve ser um freezer vertical, de uso hospitalar/laboratorial, especificamente destinado ao armazenamento de hemocomponentes, com faixa de temperatura de operação: entre -30°C e -40°C (ou inferior), com estabilidade e uniformidade térmica; com controle de temperatura, microprocessado, com ajuste digital e leitura em display externo; com sistema de alarme: visual e sonoro para variação de temperatura, falha de energia, porta aberta e sensor; com sistema de segurança: bloqueio de painel e/ou senha de acesso; contar com registro de temperatura: sistema de data logger ou similar, com memória interna e/ou exportação de dados. Já sua construção interna deve ser em aço inoxidável ou material de fácil higienização, resistente à corrosão; o isolamento térmico preferencialmente em poliuretano de alta densidade. Porta: com vedação em borracha magnética e fechamento hermético. Refrigeração sistema por compressor hermético, com gás refrigerante ecológico (livre de CFC). Sistema de circulação de ar: preferencialmente forçado garantindo uniformidade térmica. Capacidade aproximada de 300 litros ou superior). Painel			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 6 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				externo: com indicação contínua da temperatura interna. Deve ter rodízios ou pés niveladores: para fácil movimentação e estabilidade. Tensão: bivolt. Assistência técnica: rede autorizada no território nacional e garantia mínima de 12 meses. A entrega deve ser única, no endereço indicado pela contratante. O equipamento deve ser novo, sem uso anterior. Garantia mínima de 12 (doze) meses contradeitos de fabricação. Instalação e treinamento operacional, quando aplicável, inclusos no fornecimento. Manual técnico em língua portuguesa. O equipamento é essencial para o armazenamento adequado de hemocomponentes, garantindo a manutenção da cadeia de frio, a preservação da integridade biológica dos produtos sanguíneos e a segurança transfusional dos pacientes.			
5		8,00	UN	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Características: O equipamento deve ter preferencialmente as seguintes especificações mínimas: deve ser novo, sem uso anterior e pertencer à linha corporativa, com garantia e suporte técnico, equipamento novo, sem uso anterior, acondicionado em embalagem original do fabricante. Processador com, no mínimo, 8 núcleos físicos e frequência compatível com aplicações corporativas, apresentando desempenho equivalente ou superior às gerações atuais destinadas ao mercado empresarial. Memória RAM de, no mínimo, 16 GB, padrão DDR4 ou superior, expansível conforme projeto do fabricante. Unidade de armazenamento interno SSD NVMe com capacidade mínima de 512 GB. Tela LED de, no mínimo, 15,6 polegadas, resolução Full HD			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 7 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				(1920 x 1080) ou superior, com tratamento anti-reflexo. Placa gráfica integrada ao processador ou dedicada, compatível com as atividades administrativas e aplicações de produtividade. Interfaces mínimas: 2 (duas) portas USB 3.0 ou superior; 1 (uma) porta USB-C; 1 (uma) saída HDMI; 1 (uma) entrada para fone de ouvido e microfone (combo) ou interfaces equivalentes. Conectividade: rede sem fio Wi-Fi compatível com o padrão IEEE 802.11ac ou superior; Bluetooth versão 5.0 ou superior. Webcam integrada em alta definição (HD 720p ou superior). Microfone e alto-falantes integrados. Teclado padrão ABNT2 (Português Brasil), com teclado numérico integrado. Touchpad multitoque. Bateria de íons de lítio ou tecnologia equivalente, com autonomia compatível para uso corporativo. Fonte de alimentação bivolt automática (100–240 V, 50/60 Hz). Sistema operacional Microsoft Windows 11 Professional 64 bits, licenciado e instalado de fábrica, ou versão superior disponível no momento da entrega. Equipamento acompanhado de todos os cabos, carregador e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou por rede de assistência técnica autorizada, abrangendo peças, mão de obra e suporte técnico. Durante o período de garantia, eventuais defeitos deverão ser sanados sem ônus para a Administração. O equipamento deverá atender às normas brasileiras aplicáveis de segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética. Todos os componentes deverão ser			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 8 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				compatíveis entre si e fornecidos pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos reconicionados, remanufaturados ou usados. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de manuais, certificados de garantia e demais documentos exigidos pelo fabricante. O fornecedor deverá assegurar que o produto ofertado seja de linha normal de produção, em fabricação na data da entrega e com disponibilidade de peças de reposição pelo período mínimo previsto na legislação aplicável.			
6		2,00	UN	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Características: Deve ser um compressor de ar odontológico isento de óleo, novo, sem uso anterior, destinado ao fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos, com funcionamento adequado para consultórios e unidades de atendimento odontológico. Compressor de ar odontológico com tecnologia isenta de óleo (oilfree), garantindo fornecimento de ar limpo e livre de contaminação por lubrificantes. Deve ser um reservatório de ar com tratamento interno anticorrosivo e capacidade mínima compatível com uso odontológico. Vazão mínima adequada para atendimento de consultório odontológico. Pressão de trabalho compatível com equipamentos odontológicos, com faixa aproximada de operação preferencialmente entre 6 e 8 bar. Motor elétrico bivolt automático, com proteção contra sobrecarga. Baixo nível de ruído, adequado sendo para instalação em ambiente clínico odontológico. Com sistema de acionamento automático por pressostato. Deve ter filtro de ar e sistema de drenagem do			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 9 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				reservatório. Deve atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao equipamento. O item deve acompanhar manual de operação em português, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao funcionamento. O equipamento deverá ser entregue novo, acondicionado adequadamente, acompanhado de nota fiscal, garantia mínima conforme legislação vigente, assistência técnica autorizada e suporte para instalação/orientação inicial de funcionamento, quando solicitado.			
7		2,00	UN	FORNO DE MICROONDAS Características: O forno de micro-ondas deve ser novo, de primeiro uso tendo as seguintes especificações mínimas do equipamento: ser um forno de micro-ondas doméstico ou de uso institucional, com capacidade interna mínima de 30 litros, potência mínima de 800 W, alimentação elétrica: bivolt automática, frequência aproximada de 60 Hz, display digital para visualização e controle das funções, painel de controle eletrônico com teclas ou comandos de fácil operação, função de descongelamento, temporizador com programação de tempo, prato giratório interno removível (incluso), luz interna, dispositivo de segurança/trava de proteção, gabinete em material resistente, com acabamento adequado e de fácil higienização, cor e design compatíveis com equipamentos de linha branca, manual de instruções em língua portuguesa, produto acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deverá ser entregue devidamente acondicionado, em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 10 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				acessórios necessários ao seu funcionamento, sem qualquer ônus adicional para a Administração			
8		8,00	UN	SONAR FETAL DOPPLER Características: O item deve ser um sonar fetal Doppler portátil, destinado à detecção, monitoramento e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal. Devendo conter as seguintes características mínimas: o item deve ser do modelo portátil, com tecnologia Doppler ultrassônico para detecção dos batimentos cardíacos fetais, com frequência nominal da sonda de 2 MHz (aceitando variação de $\pm 10\%$), faixa de detecção fetal a partir de aproximadamente 10 a 12 semanas de gestação, com alto-falante integrado para reprodução do som, controle de volume, saída para fone de ouvido, display digital para indicação da frequência cardíaca fetal (BPM), faixa de medição mínima de 50 a 240 BPM, alimentação por pilhas alcalinas, baterias recarregáveis ou bateria interna recarregável, desligamento automático ou sistema de economia de energia, indicador de carga da bateria ou nível de energia. Deve vir acompanhado, preferencialmente de frasco de gel para ultrassom (quando fornecido pelo fabricante) ou compatível com gel condutor de uso médico. Manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses. O equipamento deverá possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável, e atender às normas técnicas e regulamentações vigentes para equipamentos médicos			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 11 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				comercializados no Brasil. O equipamento deverá ser entregue novo, sem uso, em sua embalagem original, acompanhado de todos os acessórios indispensáveis ao seu pleno funcionamento, manual de operação em português e certificado de garantia.			
9		3,00	UN	MACA GINECOLÓGICA Características: O item deve ser novo, sem uso, destinada ao atendimento de pacientes em consultas e procedimentos ginecológico. Deve possuir preferencialmente as características mínimas: sua estrutura deve ser fabricada em MDF de alta resistência de mínimo de 15mm, revestira internamente e externamente em fórmica, deve ser dividida em três partes (cabeceira, assento e perneira), com acabamento em pintura ou revestimento melamínico de fácil higienização e resistência à umidade, leito estofado, com espuma de densidade 28 ou superior para conforto da paciente, revestido em courvin ou material sintético impermeável, lavável, resistente à ação de desinfetantes e de fácil limpeza, encosto com regulagem de inclinação por meio de sistema mecânico, permitindo diferentes posições para atendimento, com suporte para pernas (perneiras) acolchoadas, com regulagem de altura e abertura, fixadas em hastes metálicas resistentes, deve duas portas e três gavetas, confeccionado em material resistente e de fácil remoção para higienização, escada com, no mínimo, dois degraus, estrutura resistente e superfície antiderrapante, com capacidade mínima de carga de 150 kg, deve contar com suporte para rolo de lençol de papel para mesa			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 12 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Dimensões aproximadas: comprimento: entre 1,70 m e 1,90 m, largura: entre 0,55 m e 0,70 m, altura: entre 0,75 m e 0,90 m. Deve ter bordas arredondadas e acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes. Produto novo, sem uso, com manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. Será aceita maca ginecológica que atenda integralmente às especificações mínimas descritas, admitindo-se pequenas variações dimensionais que não comprometam sua funcionalidade, ergonomia, segurança, resistência e finalidade de uso.			
10		4,00	UN	AR CONDICIONADO Características: O item deve possuir preferencialmente as seguintes características mínimas: o aparelho de ar-condicionado deve ser do modelo SplitHi-Wall, capacidade nominal de 9.000 BTU/h, ciclo frio e quente, novo, de primeiro uso, destinado à climatização de ambientes internos. Tipo Split Hi-Wall, composto por unidade evaporadora e condensadora. Ciclo frio e quente. Alimentação elétrica bivolt automático. Com tecnologia inverter. Classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO, com selo de eficiência energética. Controle remoto sem fio com display digital, deve contar com baixo nível de ruído, compatível com ambientes administrativos, ter filtro de ar lavável e removível, manual de instruções em língua portuguesa, deve ser um produto novo, sem uso anterior, acondicionado em embalagem original de fábrica. Garantia			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 13 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				mínima de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricação e de funcionamento, com assistência técnica autorizada no território nacional. O equipamento deverá atender integralmente às normas técnicas da ABNT, às regulamentações do INMETRO e demais legislações aplicáveis, devendo ser entregue acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.			
11		20,00	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Características: O item deve possuir preferencialmente as seguintes características mínimas: ser destinada ao atendimento das necessidades dos serviços odontológicos, devendo o equipamento ser novo, de primeiro uso, atender às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e possuir registro válido, quando aplicável. Seu acionamento por botão (pushbutton) para troca de brocas, com sistema de irrigação com spray triplo, rolamentos em cerâmica ou tecnologia equivalente, rotação máxima de, no mínimo, 300.000 rpm, encaixe tipo Borden (2 furos), compatível com os equipamentos existentes na unidade, ou conforme padrão adotado pelo órgão, corpo confeccionado em aço inoxidável ou material de alta resistência, autoclavável, com baixo nível de ruído e vibração, cabeça de tamanho padrão, balanceamento que proporcione conforto ergonômico ao operador, esterilizável em autoclave, conforme recomendações do fabricante, garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O produto deverá ser entregue			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 14 de 14

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificado de garantia e demais documentos exigidos pela legislação vigente.			
12		20,00	UN	CONTRA ÂNGULO (caneta de baixa rotação) Características: O item deve possuir preferencialmente as seguintes características mínimas: deve ser um contra-ângulo de baixa rotação odontológico, destinado ao atendimento das necessidades dos serviços de odontologia da unidade, compatível com micromotor pneumático padrão ISO. Relação de transmissão 1:1, sistema de encaixe tipo INTRA, conforme padrão ISO, cabeça de tamanho padrão, fixação da broca por trava (pushbutton ou anel giratório), rotação máxima compatível com micromotor de baixa rotação, corpo confeccionado em aço inoxidável ou material de alta resistência à corrosão, rolamentos de alta precisão, esterilizável em autoclave a, no mínimo, 135 °C, funcionamento silencioso, com baixo nível de vibração, produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Serão aceitos equipamentos de qualidade equivalente ou superior às especificações descritas, desde que plenamente compatíveis com a finalidade de uso e atendam às normas técnicas e sanitárias vigentes.			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor