

 > [Editais](#)

Edital nº 48/2025

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 07/10/2025

Local: Frederico Westphalen/RS **Órgão:** MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Unidade compradora: 1 - MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 07/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/10/2025 16:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/10/2025 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 87612917000125-1-000104/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Emendas Parlamentares (Proposta 11708221000124012, Proposta 11708221000124013, Proposta 11708221000124014, Proposta 11708221000124017, Proposta 11708221000124019, Proposta 19830008, Proposta 44550010) e Portaria SES 1098/2023

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens

Arquivos

Histórico

1	CRONÔMETRO Características: O equipamento deve ser novo, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos descontinuados Cronômetro de mão. Contagem até: 23 h, 59 minutos e 59 segundos. Resolução do cronógrafo: 1/100 segundos. Alimentação: 1 pilha LR 44. Dimensões aproximadas: 62 x 19 x 79 mm. Funções: Relógio, cronógrafo, Função dois tempos, Calendário, Alarme programado, Função alarme de hora, Sistema de exibição de 12 e 24h, Cordão para transporte, resiste a respingos d'água.	13	Sigiloso
2	ESCADA DE 2 (DOIS) DEGRAUS Características: Deve ser fabricada em ferro, para uso ambulatorial - fabricada com tubo $\frac{3}{4}$, chapa 18, pintura eletrostática a pó, degrau com borracha antiderrapante, pés antiderrapantes, suporta carga de até 110 kg, cor branca.	4	Sigiloso
3	OTOSCÓPIO SIMPLES Características: Otoscópio simples, portátil, fabricado em metal, novo, sem uso, em linha de produção e não descontinuado. Deve possuir cabeça com conexão tipo baioneta, lente removível tipo lupa com ampliação mínima de 4x, sistema vedado para otoscopia pneumática e reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz. Acompanha cabo metálico compatível com 2 pilhas médias (tipo C) e espéculo permanente autoclavável. Deve incluir 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava tipo baioneta, nos tamanhos 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm e 9,0 mm, todos autoclaváveis. Deve ser fornecido com estojo para acondicionamento e transporte. A fonte de luz de LED, com boa luminosidade e vida útil mínima de 5.000 horas. O equipamento deve possuir registro ou notificação válida junto à ANVISA e garantia mínima de 12 (doze) meses.	2	Sigiloso
4	SUPORTE PARA SORO Características: Deve ser fabricado em aço inox, material de alta durabilidade e resistência à corrosão, ter quadripé (X) em ferro fundido, com acabamento em pintura epóxi, Possuir rodízios e 5 pés com capa protetora em polímero facilitando a mobilidade do equipamento, Que seja portátil e com regulagem de altura para se adequar às necessidades do paciente, de fácil montagem e desmontagem, que tenha suporte para frascos de soro de diferentes tamanhos.	20	Sigiloso

AUTOMÁTICO Características:
Desfibrilador Externo Automático (DEA), novo, sem uso, em linha de produção e não descontinuado. O equipamento deve possuir operação com botão único e tecnologia com inteligência artificial para diagnóstico preciso das condições do paciente, com indicação automática da necessidade de choque, impedindo o acionamento acidental. Deve ser compacto, com dimensões aproximadas de 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg. Deve contar com orientação por voz e por indicadores visuais em tela LCD ou LED, realizar choque bifásico e possuir grau de proteção mínimo IP56. Deve registrar eventos e sons ambientes para análise posterior, realizar autodiagnóstico das funções e da bateria, e contar com software para conexão e gerenciamento de dados via PC (conexão USB). Deve ser equipado com baterias recarregáveis e/ou não recarregáveis, de fácil substituição ("plug and play"). Versão PRO com ajuste de carga de até 360 joules. Acompanha cabo de

Exibir:

5

1-5 de 63 itens

Página:

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.


O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>
 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.