

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		3,00	UN	<p>Sonar- Detector Fetal de Mesa com Display Placa eletrônica com componentes SMD. São utilizados para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER.</p> <p>Descrição:</p> <p>Possui três modos de funcionamento:</p> <p>Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.</p> <p>Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos.</p> <p>Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos.</p> <p>- Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição.</p> <p>- Saída para fone de ouvido e gravador de som.</p> <p>- Filtro minimizador de interferência durante a utilização.</p> <p>- Alimentação por energia elétrica.</p> <p>- Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas:</p> <p>ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003.</p> <p>Especificações:</p> <p>- Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.</p> <p>- Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%.</p> <p>- Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz.</p>			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				- Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. - Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. - Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). - Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9). - Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. - Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. - Peso líquido: 1,8Kg. - Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. - Potencia: 32 VA/ 15W. - Potencia ultrassônica: 5mh/cm². Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: 01 – DF 7000 D 01 – Transdutor 2MHZ 01 – Fone para ouvido 01 – Frasco de gel 01 – Cabo de alimentação 01 – Manual de instruções.			
2		4,00	UN	Sonar- Detector Fetal Portátil Profissional Digital Possui três modos de funcionamento: • Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. • Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<ul style="list-style-type: none">• Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Especificações: Display LCD Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10% Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potência ultrassônica: 5mh/cm² Potência máxima de consumo 2VA Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm Peso líquido: 320gr. Possui quatro modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Modo quatro: Iluminação do display. Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição. Garantia: 2 anos Conteúdo da Embalagem: DF 7001 D Gel ultrassônico 50g Manual de instruções *MANUAL DE INSTRUÇÃO VEM NO CD* Alça para transporte Bolsa para armazenamento Bateria de Alcalina (não recarregável).			
3		7,00	UN	Kit didático simulação do parto e amamentação Descrição: kits didáticos contém: 1 régua de dilatação de MDF 1 medidor gástrico com 4 medidas 1 mama didática com anatomia interna 1 régua com 6 mamas lúdicas 1 pelve 1 avental com mamas didáticas (bordado simples) 1 saco gestacional e 1 útero com 1 placenta com cordão umbilical com imã 1 bebê com boca aberta e olhos fechados, com coto umbilical e articulação de bebê reborn,			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				com 50 centímetros pensando aproximadamente 1.100kg •Altura: 0.30 cm •Largura: 0.25 cm •Comprimento: 0.37 cm •Peso: 3 g			
4		7,00	UN	Balança Médica Antropométrica Digital Especificações técnicas: - Tensão automática "Full Range" (110/220v); - Capacidade de pesagem 200kg; - Plataforma em chapa de aço carbono 1020; - Pannel em policarbonato de alta resistência; - Régua antropométrica; - Piso Antiderrapante; - Pés antiderrapantes em borracha sintética; - Sistema de pesagem eletromecânico; - Plataforma: 28,5 x 37 cm. Altura do piso até o topo do sistema de réguas: 135 cm; - Garantia de Fábrica: 18 meses.			
5		16,00	UN	Camisola com Abertura Traseira- Tecido 180 fios. Largura: 1.40 cm •Comprimento: 1.20 cm •Peso: 500 g •Cor: Branca			
6		15,00	UN	Cadeira para Escritório. - Assento: Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura, revestimento de vinil preto. -- Mecanismo: Mecanismos Sincron com 4 estágios de regulagem e travamento daposição desejada do encosto, ou relax livre. Ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. - Pistão: A gás- Regulagem da cadeira . - Base: Base giratório com aranha em alumínio			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				com cinco hastes de aço. - Regulagem: Altura do assento, inclinação do encosto com travamento, regulagem dos braços e regulagem do apoio lombar. - Braço: Braço SL em polipropileno com 7 posições de regulagem de altura feita por botão. - Rodízio: Rodízio em PU de 50 mm de diâmetro.			
7		1,00	UN	Adipômetro / Plicômetro Científico Digital Descrição: -Chassis em alumínio e revestimento em epóxi, pesando aproximadamente 210 g. -Cabo e ponteiros (fixas), em nylon technyl, caixa em >ABS< e uma placa com display digital alimentada por bateria de 3 V (CR2032). -Liga e desliga automaticamente. -Botão para travar/destravar o display digital. Especificações: -Sensibilidade: 0,1 mm •-Amplitude: 75 mm •-Pressão: 9,6g/mm2 •-Dimensões: 286 mm x 148 -mm •-Peso: 210 g			
8		1,00	UN	Estadiômetro de Bolso Descrição: - Trena métrica com leitura de ambos os lados da lâmina escalonada, - Quatro peças de alumínio naval que são o suporte da trena métrica, - Régua delimitadora, - Nivelador, - Régua de solo. - Para a utilização: conectam-se as três			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				primeiras através de dois sistemas "parafuso/borboleta" formando o conjunto superior. De onde parte a "lâmina duplamente escalonada" que irá conectar-se com régua de solo; - Comprimento: 3 m.			
9		30,00	UN	Balança Digital para até 180 kg Descrição: -Capacidade: 180 kg -Sistema Digital -Desliga Automaticamente -Indicador de Carga de Bateria -Visor branco de fácil leitura -Indicador de sobrecarga -Superfície antiderrapante -Display moderno de matriz de pontos -Tecnologia de ligação: Início rápido -Superfície elegante com estrutura de azulejos mate Especificações Técnicas -Modelo: GS 235 -Alimentação: 3 pilhas AAA de 1,5 V -Cor: Transparente -EAN: 4211125757328 -Garantia: 60 meses Dimensões e Peso -Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 300X300X21 mm -Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 325x320x40 mm; -Peso do produto sem embalagem: 1,48 kg; -Peso do produto com embalagem: 1,74 kg.			
10		1,00	UN	Balança Pediátrica Digital Anatômica Descrição: -Capacidade Máxima: 20 kg;			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				-Botões Auto On e Auto Off; -Precisão: 0,01Kg; -4 sensores de manometro de auto precisão; -Função de Reset; -Função de Tara; -Indicador de Bateria; -Função de Bloqueio automático; -Alimentação: 2 Pilhas AAA incluídas.			
11		1,00	UN	MONITOR CARDIACO Monitor Multiparamétrico Parâmetros na configuração básica: • ECG; • SPO2; • Curva plestimográfica de SPO2; • Frequência cardíaca pelo ECG; • Pulso cardíaco pelo oxímetro; • Pressão Arterial PNI Sistólica, Diastólica e Média; • FR - Frequência respiratória; • Temperatura - Canal 1; • Temperatura - Canal 2; • Curva de tendência PNI; • Curva de tendência ECG; • Curva de tendência SPO2; • Curva de tendência de pulso; Configuração: Adulto e infantil; Principais características: • 5 tipos de interfaces diferentes que podem exibir formas de onda dos parâmetros (ECG, RESP e SPO2), valores numéricos dos parâmetros (ECG, RESP, TEMP, PNI e SPO2), gráficos de tendências (FC, FR, SPO2, PNI, TEMP), além de tela com caracteres grandes;			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
--

 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<ul style="list-style-type: none"> •Análise para 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia; •Exibe todas as formas de onda de um ECG completo em uma única tela; •12,1” Tela LED colorida, interface idiomas (Inglês e Português); •Conclusão de todas as operações por teclas e botões; •Modo de medição PNI: Manual, AUTO e STAT; •8 canais sincronizados de forma de onda; •Fonte de energia bivolt; •Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. <p>Acessórios inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 bateria de lítio embutida; • 01 cabo de ECG com 5 vias; • 01 braçadeira PNI reutilizável; • 01 cabo extensor de PNI; • 01 sensor de temperatura. <p>* Garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação.</p>			
12		1,00	UN	Kit de medidor de glicose com tiras ACCU-CHEK ACTIVE Descrição: 1 monitor; 1 lancetador; 10 lancetas; 10 tiras; 1 bateria 3V-CR2032; 1 estojo para transporte; 1 manual de instruções.			
13		20,00	UN	Oxímetro De Dedo Medidor Portátil			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 10

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Descrição: -Possui aferição, com aplicação de dedo, de SpO2 (oxigênio no sangue) e frequência cardíaca de alta precisão; -Cor: Preta; -Recurso: Portátil; -Alimentação: Pilha.			
14		10,00	UN	Kit Esfigmomanômetro e Estetoscópio Descrição: Kit Esfigmomanômetro + Estetoscópio- Aparelho de Pressão Adulto. Esfigmomanômetro verificado e aprovado pelo Inmetro, com manguito e pêra em Pvc, braçadeira em nylon e fecho em velcro. - Estetoscópio é indicado para a ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. Completo, com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor