

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 7

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		2,00	UN	<p>Autoclave horizontal de Mesa ( até 75 litros):  220W  Câmara de esterilização em aço inoxidável;  Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos;  Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial;  Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado;  Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização;  Não necessita de tubulação para drenagem de água;  Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos;  Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor;  Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;  Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;  Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção;  Mais de 16 dispositivos de segurança.  Autoclave horizontal digital 75 litros;  Dimensões externas: 44 x 50 x 92 cm (l x h x f);  Dimensões internas: 36 de diâmetro x 74 de fundo;  Peso 55 kg;</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 2 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Potencia 5000W.			
2		1,00	UN	<p>Balança anttopométrica adulto para obesos:                      Balança Eletrônica Adulto W 300 A (40 x 50) LED                      Capacidade 300 kg, divisões de 50g;                      Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m;                      Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura,                      Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência;                      Estrutura em aço carbono;                      Cor branca;de pintura em esmalte PU;                      Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;                      Função TARA até a capacidade máxima de pesagem.                      Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;                      01 ano de garantia;                      Assistência técnica em todo território nacional.                      Opcionais: Saída RS232 p/ PC ou impressoras.</p>			
3		1,00	UN	<p>Balança antropometrica infantil:                      Balança eletrônica, gabinete em ABS injetado e berço em INOX, possui pés reguláveis garantindo conforto e segurança nas pesagens de bebês e recém-nascidos.                      Display de LED de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.                      As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema informatizado através da interface</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 7

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth) opcional, ou, através da interface serial RS232, ao terminal de dados que permite imprimir etiquetas com informações sobre a pesagem. Também pode ser adquirida com cabo com presilhas tipo jacaré para alimentação por bateria veicular externa de 12V.			
4		1,00	UN	Aquisição de eletrocardiógrafo digital portátil: Especificações Básicas: Eletrocardiógrafo Deve realizar a impressão na forma de módulo para instalação externa em computadores Permite a monitorização em tempo real, gravação contínua, aquisição, impressão, análise e arquivamento de traçados de ECG, sempre em 12 derivações simultâneas. Adequado para eletrocardiografia de rotina ou exames especiais: análise de marcapassos, análise de arritmias (Mini-holter), estudo de resposta de drogas, cardio- estimulação transesofágica, Tilt Test, atendimento externo ou móvel e outros. Software: Para livre instalação em qualquer número de computadores, compatível com WINDOWS 7, WINDOWS VISTA 32 bits, Home Basic, Home Premium, Business ou Ultimate, ou WINDOWS XP 32 bits, Home ou Professional. Monitorização: Em 12 janelas separadas, numa única janela com todos os traços simultâneos ou uma derivação numa única janela. 12 derivações simultâneas em tempo real (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6); indicação impressa no registro de: data,			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN  
CNPJ: 87.612.917/0001-25  
SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 7

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna ; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Vista ou XP 32 bits; necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, transferência de registros da memória para o PC, impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computadores; características de segurança conforme a norma técnica ABNT NBR IEC 60601-2-25;com cabo de paciente, 6 eletrodos precordiais, 4 eletrodos de membro, cabo de interconexão com o PC, manuais em português para instalação e utilização do aparelho e do software para PC e registro ANVISA. REGISTRO no Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Sob no 10265690026. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE do INMETRO/BRTUV - LICENÇA N.º P-414 - Normas ABNT/NBR/IEC 60601-1/60601-1-2/60601-2-25. FABRICADO sob as certificações ISO 9000, ISO 13485 e Boas Práticas de Fabricação ANVISA.</p>			
5		1,00	UN	<p>Foco de luz auxiliar LED bivolt base 5 pés com rodízios; Base com 5 pés com rodízios, dando maior estabilidade;</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 7

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Foco de Luz LED, Maior luminosidade; Regulagem de altura, Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; Disponível na cor Branca; Pintura epoxi de alta resistência; Bivolt - 110/220V; Baixo consumo de energia; Peso: 3kg; Procedência: Nacional.			
6		3,00	UN	Otoscópio Convencional: - Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; - Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz; - Cabeça com conexão tipo baioneta; - Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x; - Sistema vedado para otoscopia pneumática; - Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias); - Espéculo permanente autoclavável; - Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional; - Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; - Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. ACESSÓRIOS : - 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias (Pilhas não inclusas); - 01 Lâmpada Halógena de 2,5V; - 05 espéculos permanentes de calibres diferente (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm);			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**  
**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 6 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				- 01 estojo para acondicionamento.			
7		1,00	UN	<p>Estetoscópio adulto:</p> <p>Características:</p> <p>Possui dois tipos de auscultadores;</p> <p>Um auscultador fechado com membrana de plástico rígido (diafragma): usado para detectar sons de baixa frequência com maior distinção;</p> <p>Um auscultador aberto usado para localizar com maior precisão os sons obtidos;</p> <p>Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado;</p> <p>ângulo em metal cromado</p> <p>Tubo em Y de PVC;</p> <p>Para de olivas em PVC;</p> <p>Mola em aço cromado;</p> <p>Auscultador com anel isolante;</p> <p>Certificação ISO 9001;</p> <p>Certificação ISO 13485;</p> <p>Cor preto.</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p>01 estetoscópio;</p> <p>01 par de olivas;</p> <p>01 membrana de plástico rígido;</p>			
8		1,00	UN	<p>Ventilador de parede 03 pás:</p> <p>Controle de Velocidade no Capacete: Controle deslizante de velocidade no capacete do aparelho.</p> <p>Grade em Aço: Mais segurança e durabilidade.</p> <p>Hélices em Plástico de Engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor.</p> <p>Oscilação Horizontal: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente.</p> <p>Regulagem de Inclinação: Ajustada de acordo</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN  
CNPJ: 87.612.917/0001-25  
SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 7 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				com a necessidade. Acompanha Chave CCV: Chave de controle deslizante de velocidade. Características: Consumo de Energia: 3,04kWh/mês; Cor: Preto; Dimensões: 61.000 x 63.000 x 17.000 CM; Grade: 600mm; Hélice: 521mm; Peso: 2,5 Kg; Potência: 147W; Rotação: 1200 RPM; Vazão: 0,96m³/s; Voltagem: 220V.			
<b>TOTAL</b>							

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
 Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor