



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão Presencial nº 23/2013, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA - 92464					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	1,00	UN	VENTILADOR ELETRONICO, MICROPROCESSADO, PARA APLICAÇÃO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ADULTOS, INFANTIS E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS, NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. CICLADO A TEMPO COM VOLUME CONSTANTE, COM VOLUME CORRENTE DE 100 ML A 1500 ML (CEM A UM MIL E QUINHENTOS MILILITROS), COM MODOS VENTILATORIOS DE IPPV, CPAP E SIMV. - VOLUME MINUTO DE 1 A 25 L/MIN (UM A VINTE E CINCO LITROS POR MINUTO). - PRESSÃO INSPIRATORIA MÁXIMA DE 20 A 60 CMH ₂ O (VINTE A SESENTA CENTÍMETROS DE ÁGUA). - PEEP DE 1 A 15 CMH ₂ O (UM A QUINZE CENTÍMETROS DE ÁGUA) COM AJUSTE CONTINUO. - SENSIBILIDADE MENOR QUE 4 L/MIN (QUATRO LITROS POR MINUTO). - CONCENTRAÇÃO DE O ₂ DE 60 A 100% (SESENTA A CEM POR CENTO). RELAÇÃO I:E DE 1:3 A 2:1 (UM POR TRÊS A DOIS POR UM) COM AJUSTE CONTINUO. - FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 40 (CINCO A QUARENTA) RESPIRAÇÕES POR MINUTO, COM AJUSTE CONTINUO. - ALARME AUDIOVISUAL PARA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS, LIMITE SUPERIOR DE PRESSÃO, FORNECIMENTO DE GASES E VAZAMENTOS, DE APNEIA E FALTA DE ENERGIA E BATERIA. INDICAÇÃO DIGITAL, EM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, DE TEMPO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO, DA RELAÇÃO I:E, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E PRESSÃO MEDIA DAS VIAS AÉREAS. - 01 BALAO DE TESTE. - 01 CIRCUITO COMPLETO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL ESTERELIZÁVEL EM SOLUÇÃO QUÍMICA, GÁS OU VAPOR. - BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) HORAS E CONEXÃO A VEÍCULOS DE 11 A 30 VCC (ONZE A TRINTA VOLTS CORRENTE CONTINUA). - PARA OPERAÇÃO EM REDE ELÉTRICA 127/220 V (CENTO E VINTE E SETE / DUZENTOS E VINTE VOLTS) - 60HZ (SESENTA HERTZ) COM PLUGUE DE 03 (TRÊS) PINOS. - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ETC. INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO, 01 (UM)	24.500,00000	24.500,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			<p>KIT SENSORES DE FLUXO ADULTO/INFANTIL/NEONATO AUTOCLAVAVEL, 01 (UM) FONTE ELÉTRICA 12V COM CONECTOR 04 VIAS, 01(UM) CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO 1,2 M AUTOCAVAVEL, 01 (UM) EXTENSÃO DE 02 - DISS X2 - 2M 01 BALAO TESTE 01 ENVELOPE COM TRÊS FILTROS AMBIENTE 01 MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO 01 BALAO ADULTO, FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE OPERAÇÃO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SER CONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO DE MANUAL (IS) DE MANUTENÇÃO (SERVIÇO) ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SER CONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEM ÔNUS ADICIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS, - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, AUTORIZADA, INDICAR EMPRESA RESPONSÁVEL E RESPECTIVO(S) ENDEREÇO(S). O LICITANTE ARREMATANTE DEVERÁ ENVIAR TODOS OS CATÁLOGOS E MATERIAL(IS) ILUSTRATIVO(S), REFERENTE(S) AO(S) MODELO(S) OFERTADO(S), COMPROVANDO OS ITENS EXIGIDOS DESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ORIGINAL(S) OU EM COPIA COLORIDA. - NÃO SERÃO CONSIDERADAS PROPOSTAS QUE FOREM CÓPIA FIEL DESTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. OS PROPONENTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE MENCIONAR NA PROPOSTA TODOS OS ITENS SOLICITADOS. O(S) ITEM(NS) NÃO INFORMADO(S) SERA(AO) CONSIDERADO(S) COMO NÃO ATENDIDO(S). - OS DADOS TÉCNICOS DEVERÃO SER COMPROVADOS POR CATALOGO OU FOLHA DE DADOS OFICIAL DO FABRICANTE, INDICAR MARCA E PRAZO DE GARANTIA.</p>		
Total dos Produtos					24.500,00

Empresa: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 5107					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Veículo 0 (Zero) Km, tipo furgão, teto alto para transformação em ambulância ano e modelo 2013, na cor branca, motor a combustível tipo Diesel, com potência mínima de 127 CV, turbinado intercooler com injeção eletrônica, direção hidráulica, freios a disco nas 4 (quatro) rodas, aros no mínimo 16, tanque de combustível com capacidade mínima de 80 litros, conta-giros, relógio digital, vidros elétricos originais de fábrica, travas elétricas das portas originais de fábrica, ar-condicionado para motorista (cabine) original de	89.334,00000	89.334,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			fábrica no mínimo na frente, parede divisória com janela entre compartimento de carga e cabine, comprimento mínimo de 5,55 m (metros), altura mínima de 2,45 m (metros), largura mínima de 1,80 m (metros), distância mínima entre eixos de 3,70 m (metros), capacidade mínima do vão de carga 12 m ³ , porta lateral corredeira, portas traseiras sem vidros com abertura mínima de 270° (Graus), freios ABS, freios a disco nas quatro rodas, AIRBAG para o motorista, faróis de neblina, retrovisores elétricos, banco do motorista com regulagem de altura, faróis com regulagem interno elétrico de altura, protetor do motor e caixa, garantia mínima de 12 meses e demais equipamentos exigidos por lei.		
Total dos Produtos					89.334,00

Empresa: TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA - 92284					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	1,00	UN	<p>TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO EM UTI.NEONATAL E ADULTO</p> <p>DESCRIÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, laminadas em moldes já com o formato da parte interna da carroceria e com reforços laterais de perfis de aço com tratamento anti-corrosivo, revestimento nas portas no mesmo material, isolamento termo-acústica do compartimento de carga em isopor tipo P2 de alta densidade com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade.- REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com no mínimo 10 mm de espessura, revestido em chapas de alumínio lavrado, com no mínimo 1.5 milímetros de espessura. Vedação dos cantos com cola poliuretânica automotiva de forma a permitir vedação total contra a entrada de umidade ou pó.- DIVISORIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Com abertura para passar uma pessoa.- JANELAS: Instalação de janela com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e jateados e três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidadeDuas janelas nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a da porta lateral.Janela de comunicação na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente. <p>-MACA RETRÁTIL: Instalação de maca com pernas retráteis e cabeceira regulável, em conformidade com a norma da</p>	35.000,00000	35.000,00



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			<p>ABNT/NBR/14561:2000, construída totalmente em alumínio, com rodízios giratórios, colchonete revestido em material de fácil limpeza, engate rápido de fixação na ambulância e 03 cintos de segurança sendo o da cabeceira com três pontas para melhor fixação do paciente, com dois anos de garantia. (COM DOIS ANOS DE GARANTIA).</p> <p>-CADEIRA DE RODAS: Instalação de cadeira de rodas dobrável construída totalmente em alumínio, assento e encosto em material lavável e de alta resistência.</p> <p>-POLTRONA PARA ENFERMEIRO (a): Instalação de uma poltrona reclinável com revestimento em courvin automotivo na cor verde clara, com cintos de segurança do tipo abdominal na parte frontal da maca.</p> <p>A base da poltrona será giratória com regulagem a cada 45 graus, e possuirá também regulagem de distancia (para frente e para trás), com engate rápido tipo alavanca.</p> <p>-ARMÁRIOS: Conjunto modular de armários confeccionados em compensado de pinho naval revestido em fórmica texturizada, interna e externamente de alto padrão de acabamento, todas as bordas possuirão proteção de emborrachada para servir de proteção contra choques e os cantos são arredondados em perfis de alumínio, de forma a evitar cortes no caso de choque. Todos os tampos alem da proteção de borracha possuirão ressalto a fim de evitar a queda de objetos durante o deslocamento do veiculo.</p> <p>Na lateral direita entre a traseira do veiculo e a porta lateral será instalado um conjunto de armários, com cantos arredondados em perfis de alumínio, sendo um destes para alocação de cilindro de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro, terá ainda portinhola em acrílico transparente de forma a permitir o acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio.</p> <p>Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com cantos arredondados em perfis de alumínio, com portas corredeças em acrílico, balcão superior para fixação a alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância. Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com dois compartimentos e portas corredeças em acrílico transparente.</p> <p>A lateral esquerda possuirá banco tipo baú, com cantos arredondados em perfis de alumínio, com assento inteiriço e três encostos com apoio de cabeça individuais, todos revestidos em courvim com costuras reforçadas. A tampa deste banco possuirá dois amortecedores um em cada lateral. Na parte lateral deste banco com acesso pela porta traseira, o mesmo possui uma porta para acondicionamento da prancha de</p>		



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			<p>imobilização.</p> <p>Completando a lateral esquerda entre o banco baú e a divisória da cabine será instalado um armário com prateleiras para acondicionamento de materiais e equipamentos de uso da ambulância além de lixeira embutida tipo tulha com tampo superior nas características já descritas anteriormente, com cantos arredondados em perfis de alumínio.</p> <p>-SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas, firmemente presos a carroceria do veículo.</p> <p>-CILINDRO DE OXIGENIO 3.5m³ (21 LTS): Cilindro de 3.5m³ (padrão white martins) para oxigênio, fixado no suporte acima descrito.</p> <p>- EQUIPAMENTOS DE OXIGENACÃO: Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio, régua de oxigenação instalada na lateral esquerda e acoplada ao painel de comando, com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara.</p> <p>Será fornecido ainda maleta contendo um conjunto portátil de oxigenação com cilindro de 0,6 metros cúbicos e ainda com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara.</p> <p>- SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro e sangue, confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição.</p> <p>-CORRIMÃO: Instalacao de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo.</p> <p>-PRANCHA DE IMOBILIZACÃO: Fornecimento de prancha de imobilização com cintos de fixação, confeccionada em compensado naval, com espessura de 15 mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis longitudinais de reforço na parte inferior.</p> <p>-FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis de embarque, sendo um na porta corredeja lateral e dois sob as portas traseiras.</p> <p>-SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO: Sinalizador tipo barra de luzes com 02 rotativos e sirene eletrônica de três tons, construído com perfis de alumínio extrudado e módulos das lentes em policarbonato.</p> <p>-SINALIZACÃO LATERAL ESTROBOSCOPICA: Sinaleiras laterais com lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 90 flashes por minuto, e lentes acrílicas nas cores brancas e vermelhas, sendo três em cada lateral e duas nas portas traseiras.</p> <p>- PINTURA A GRAFISMO EXTERNO: A adesivação externa será conforme os padrões da</p>		



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
RUA JOSE CANELLAS, 258
C.N.P.J. 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			licitante, com adesivos em vinil. - PAINEL CENTRAL ELÉTRICO: Instalação de painel central elétrico, localizado na lateral direita acima da bancada lateral, confeccionado em material plástico branco (injetado) com tomadas e teclas iluminadas de acendimento, e régua de oxigenação incorporada. - BATERIAS ADICIONAIS: Instalacao de duas baterias adicional com capacidade de 100 AH, ligada em paralelo com a original do veiculo de forma que possa estar sendo ligada ao alternador. - INVERSOR DE VOLTAGEM: Instalacao de inversor de voltagem com capacidade de 1000 Watts, de forma a converter a energia 12 V da bateria adicional em 110/220 V alimentando assim os pontos de energia do painel que necessitem voltagem diferente de 220 V. - VENTILADOR EXAUSTOR 12 VOLTS: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts no teto do veiculo para circulação e renovação do ar no compartimento do paciente. - ILUMINACÃO INTERNA: Instalação de 06 luminárias embutidas e incandescentes com duas intensidades de luz, no compartimento do paciente, com tecla de acendimento no painel de comando de forma a ligar de duas em duas luminárias. Serão instaladas ainda sobre a maca, no teto do veículo, duas luminárias dicróicas com focos direcionáveis. - AR CONDICIONADO : Ar condicionado veicular com duas caixas evaporadoras de comandos individuais, no compartimento do paciente, instalada sobre a cabine do motorista. - ADAPTAÇÃO DA INCUBADORA NEONATAL Adaptação de espera para fixação de incubadora Neonatal com trava, descrita no item 06 deste anexo GARANTIA: Garantia de no mínimo 12 meses.		
			Total dos Produtos		35.000,00

A partir da presente data, abre-se o prazo recursal de dois dias úteis, para eventual interposição de recursos acerca da presente decisão.

FREDERICO WESTPHALEN, 19 de Outubro de 2016

Presidente da Comissão