



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
TERMO DE REFERÊNCIA

1. **DO OBJETO**

1.1. As presentes especificações têm por objetivo definir o conjunto de elementos que orientarão o Registro de Preços para futura aquisição de materiais, equipamentos e insumos destinados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA/FW.

2. **DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS LICITADOS**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	200	pacote	ABAIXADOR DE LINGUA 12CM S/ SABOR C/ 100
2	100	frasco	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS
3	20	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mm COM TAMPA 100 UNI
4	20	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 20X55mm COM TAMPA 100 UNI
5	50	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7mm COM TAMPA 100 UNI
6	40	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8mm COM TAMPA 100 UNI
7	50	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm COM TAMPA 100 UNI
8	80	caixa	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12mm COM TAMPA 100 UNI
9	100	frasco	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM (77GL), 1000ML.
10	20	unidade	APARELHO PRESSÃO NÃO DIGITAL C/ ESTETOSCOPIO ADULTO
11	10	caixa	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM 100 UNIDADES
12	50	caixa	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM 100 UNIDADES
13	50	caixa	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES
14	50	caixa	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES
15	100	unidade	CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO ADULTO
16	50	frasco	DIGLICONATO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1L
17	10.000	unidade	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR, FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO, REGULADOR DE FLUXO, VÁLVULA DE AR E INJETOR LATERAL.
18	7.000	unidade	EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP ESTÉRIL - POLIFIX UNITÁRIO
19	30	caixa	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO COM 100 UNIDADES

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

20	200	pares	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6.5. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPTAIS, CONSULTÓRIOS E CLINICAS. CARACTERISTICAS; ESTÉRIL. A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL. . FORMATO ANATÔMICO. ANTIADERENTE. LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A.) ATÓXICA E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO
21	400	pares	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.0. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPTAIS, CONSULTÓRIOS E CLINICAS. CARACTERISTICAS; ESTÉRIL. A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL. . FORMATO ANATÔMICO. ANTIADERENTE. LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A.) ATÓXICA E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO
22	400	pares	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7.5. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPTAIS, CONSULTÓRIOS E CLINICAS. CARACTERISTICAS; ESTÉRIL. A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL. . FORMATO ANATÔMICO. ANTIADERENTE. LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A.) ATÓXICA E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO
23	100	pares	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8.0. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPTAIS, CONSULTÓRIOS E CLINICAS. CARACTERISTICAS; ESTÉRIL. A BASE DE LATEX DE BORRACHA NATURAL. . FORMATO ANATÔMICO. ANTIADERENTE. LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL. APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A.) ATÓXICA E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO
24	200	unidade	MÁSCARA OXIGÊNIO ADULTO C/ RESERVATÓRIO 2,10 M
25	100	unidade	MASCARA OXIGENIO INFANTIL c/RESERVATORIO 2,1M
26	100	unidade	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M <sup>2</sup> 10CM X 100M BOBINA
27	100	unidade	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M <sup>2</sup> 12CMX100M BOBINA
28	100	unidade	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M <sup>2</sup> 15CMX100M BOBINA .
29	100	unidade	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M <sup>2</sup> 20CM X 100M BOBINA
30	150	unidade	PAPEL TÉRMICO P/ ELETROCARDÍOGRAFO BOBINA 21CMX30M
31	50	caixa	SCALP Nº 21. DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES, RETIRADA DE SANGUE

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

			ARTERIAL OU VENOSO. COMPOSIÇÃO: TUBO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM PVC, AGULHA EM AÇO INOX, NISEL CURTO, TRIFACETADO, CAIXA COM 100 UNIDADES
32	70	caixa	SCALP Nº 23. DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇÕES, RETIRADA DE SANGUE ARTERIAL OU VENOSO. COMPOSIÇÃO: TUBO FLEXIVEL CONFECCIONADO EM PVC, AGULHA EM AÇO INOX, NISEL CURTO, TRIFACETADO, CAIXA COM 100 UNIDADES
33	500	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML. ESTÉRIL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO . CORPO TRANSPARENTE PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
34	3.000	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML. ESTÉRIL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO . CORPO TRANSPARENTE PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
35	6.000	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML. ESTÉRIL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO . CORPO TRANSPARENTE PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
36	15.000	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML. ESTÉRIL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO . CORPO TRANSPARENTE PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
37	4.000	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML. ESTÉRIL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO . CORPO TRANSPARENTE PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
38	100	unidade	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº 12
39	70	unidade	SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS
40	70	unidade	SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS
41	70	unidade	SONDA FOLEY Nº 20 2 VIAS
42	80	unidade	SONDA NASOENTERAL LONGA Nº 12
43	1.000	frasco	SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 1000ML
44	3.000	frasco	SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML
45	4.000	frasco	SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 250ML
46	10.000	frasco	SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 100ML

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

47	100	unidade	TESTE BIOLÓGICO INDICADOR P/ AUTOCLAVE
48	5	unidade	VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO E UM MANÔMETRO
49	5	unidade	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AR COMPRIMIDO 0 A 15 L/MIN COM FLUXÔMETRO E UM MANÔMETRO
50	50	pacote	WRAPSMANTA POLIPROPILENO (100%) 30CM X 30CM C/ 50
51	50	pacote	WRAPSMANTA POLIPROPILENO (100%) 50CM X 50CM C/ 50
52	100	frasco	ÁGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL SISTEMA FECHADO 1000ML
53	1.000	unidade	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL
54	5	unidade	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANAERÓIDE SOBRE RODÍZIO – PEDESTAL. ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM VISOR GRANDE DE 0 A 300 MMHG, CAIXA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, MOSTRADOR PLANO DE FÁCIL LEITURA, BASE DE FERRO FUNDIDO COM RODÍZIOS ANTI-RUIDO, HASTE DE SUPORTE EM METAL, ALÇA PARA TRANSPORTE, CESTA PARA BRAÇADEIRA, ESPIRAL EM PVC, PÊRA E VÁLVULA. COMPONENTES DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA
55	5	unidade	ASPIRADOR YANKAUER CURVO 27CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. AUTOCLAVÁVEL
56	3.000	unidade	ATADURA CREPOM 13 FIOS CM <sup>2</sup> , 6CM X 1,80M
57	200	unidade	ATADURA GESSADA BRANCA 10 CM, 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL.
58	200	unidade	ATADURA GESSADA BRANCA 15 CM, 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL.
59	200	unidade	ATADURA GESSADA BRANCA 20 CM, 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL.
60	240	unidade	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO NÃO ESTÉRIL 12CM X 1,0M
61	10	unidade	BANDEJA INOX 30X20X4CM. INDICADA PARA ACOMODAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS.
62	10	unidade	BALANÇA CORPORAL DIGITAL TRANSPARENTE ATÉ 200KG
63	01	unidade	<b>BALANÇA HOSPITALAR ANTROPOMÉTRICA DIGITAL.</b> CAPACIDADE 200 KG CARGA MÍNIMA 2 KG. GARANTIA DE 12 MESES.
64	02	unidade	BALANÇA PEDIÁTRICA ALMOFADADA 15 KG X 5G. GARANTIA DE 12 MESES.
65	10	unidade	BOTA DE UNNA BANDAGE 10,2CM X 9,14
66	5	unidade	BRACADEIRA PNI 1 VIA OBESO 33-47 CM EM SILICONE COM MANGUITO PARA MONITOR CARDIACO
67	5	unidade	BRACADEIRA PNI 1 VIA ADULTO EM SILICONE COM MANGUITO PARA MONITOR CARDIACO

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

68	5	unidade	BRACADEIRA PNI 2 VIAS OBESO 33-47 CM EM SILICONE COM MANGUITO PARA MONITOR CARDIACO
69	5	unidade	BRACADEIRA PNI 2 VIAS ADULTO EM SILICONE COM MANGUITO PARA MONITOR CARDIACO
70	5	unidade	CABO PARA BISTURI EM AÇO INOX 12 CM N 03
71	10	unidade	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA LARGO 10M . SARJADO NA COR BRANCA.
72	2	unidade	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM AÇO PARA OBESO. ESTRUTURA EM AÇO; DOBRÁVEL EM SISTEMA DUPLO X; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO DE PÉS REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E COM AJUSTE DE ALTURA; APOIO DE BRAÇOS ALMOFADADOS E REBATÍVEIS; FAIXA DE NYLON PARA APOIO CALCANHAR; PROTETOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" X 2" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS DE 24" COM PNEUS MACIÇOS, ANTI FURO; ARO DE IMPULSÃO EM ALUMÍNIO; GARFO EM AÇO; FREIOS BILATERAIS EM AÇO NAS RODAS TRASEIRAS; ENCOSTO COM PORTA PRONTUÁRIO; DIMENSÕES: 55X40X41 CM E 73 CM; CAPACIDADE DE PESO: 180 KG. GARANTIA DE 12 MESES.
73	2	unidade	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM AÇO PARA OBESO. ESTRUTURA EM AÇO; DOBRÁVEL EM SISTEMA DUPLO X; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO DE PÉS REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E COM AJUSTE DE ALTURA; APOIO DE BRAÇOS ALMOFADADOS E REBATÍVEIS; FAIXA DE NYLON PARA APOIO CALCANHAR; PROTETOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" X 2" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS DE 24" COM PNEUS MACIÇOS, ANTI FURO; ARO DE IMPULSÃO EM ALUMÍNIO; GARFO EM AÇO; FREIOS BILATERAIS EM AÇO NAS RODAS TRASEIRAS; ENCOSTO COM PORTA PRONTUÁRIO; DIMENSÕES: 55X40X41 CM E 73 CM; CAPACIDADE DE PESO: 140 KG. GARANTIA DE 12 MESES.
74	2	unidade	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA DOBRÁVEL . SUPORTA ATÉ 120KG; 3 EM 1: DOBRÁVEL, DESMONTÁVEL E SUPORTE DE COMADRE INCLUSO; MULTIUSO: HIGIENE, BANHO E USO SOBRE O VASO SANITÁRIO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA;ENCOSTO EM COURINO ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO PARA OS BRAÇOS ERGONÔMICO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA;QUATRO RODÍZIOS BLINDADOS GIRATÓRIOS E COM 2 TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS; GIRO DE 360°: FACILIDADE DE MOVIMENTO EM LOCAIS COM ESPAÇO REDUZIDO; FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK; POSSUIR CERTIFICADO ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.
75	3	unidade	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO. SUPERFICIE GIRATÓRIA,

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

			SEM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA, PESO MÁXIMO 135 KG, PARA USO HOSPITALAR
76	2	unidade	CANETA ELETROCIRURGICA AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELÉTRICO COMPATÍVEL COM O MODELO EMAI BP 150
77	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 2,0
78	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 2,5
79	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 3,0
80	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 3,5
81	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 4,0
82	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 6,5
83	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 7,0
84	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 7,5
85	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 8,0
86	5	unidade	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE Nº 8,5
87	2	unidade	CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM OXIMETRIA MARCA PASSO E DEA. DEVE POSSUIR ECG; DEA; DESFIBRILADOR, MARCAPASSO E OXIMETRIA. DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM LARGURA, 21,5 CM PROFUNDIDADE; 28,0 CM ALTURA. BATERIA TIPO NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA, 3H EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU NO MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 8 HORAS. DESFIBRILADOR: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARAMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. DESFIBRILADOR ADULTO/EXTERNA: ESCALAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,50,80,100,150,200,250,300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADAS A 50J COM PÁS INTERNAS OU INFANTIS. COMANDOS: BOTÃO LIGAR/DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. COMANDOSINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. CARDIOVERSÃO: < 60MS;PÁS: ADULTO E INFANTIL EXTERNAS E INTERNAS, MULTIFUNCIONAIS PARA MARCAPASSO, MONITORIZAÇÃO E DESFIBRILAÇÃO. EXTENSÃO MULTIFUNÇÃO. ECG: CABO DE ECG 3 OU 5 VIAS, CABO DE ECG 10 VIAS (OPCIONAL), PÁS EXTERNAS E PÁS MULTIFUNCIONAIS. ISOLAMENTO DO PACIENTE: A PROVA DE DESFIBRILAÇÃO; ECG TIPO CF; SpO2 TIPO CF. MARCAPASSO: MODOS: DEMANDA OU FIXO. AMPLITUDE: DE 5ma A 200ma ( resolução de 5 ma) PRECISÃO 10%. LARGURA DO PULSO: 20MS (+/- 1MS) FREQUENCIA: DE 30 ppm a 180 ppm (INCREMETOS DE 5 ppm),

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

			PRECISÃO +/- 2%. PERIODO REFRACTARIO: 340 ms (30 a 80 ppm). GARANTIA DE 12 MESES.
88	50	unidade	CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PARA OXIGÊNIO NEONATAL
89	10	unidade	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250ML, REGISTRADO NA ANVISA.
90	10	unidade	CUBA RIM 26X12X6 CM 750ML EM AÇO INOX
91	2	unidade	DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) DIGITAL PORTÁTIL. DETECTAR A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COM ALTA PERFORMANCE E SENSIBILIDADE. INDISPENSÁVEL PARA AVALIAR O BEM-ESTAR FETAL EM EXAMES DE ROTINA ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT), TELA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E BARRAS DE BATIMENTO, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA (ACOMPANHA O PRODUTO).
92	2	unidade	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. INDICAÇÕES DE VOZ E TEXTO PARA RCP;- FEEDBACK SOBRE A FREQUÊNCIA E A PROFUNDIDADE EM TEMPO REAL;- ANÁLISE DO PACIENTE EM APENAS 9 SEGUNDOS;- PAUSA PRÉ-CHOQUE: 12 SEGUNDOS; - POSSUIR INSTRUÇÃO PASSO A PASSO;- ALGORITOMO ESPECÍFICO PARA CRIANÇAS;- TELA MONOCROMÁTICA; - IMAGENS DE SALVAMENTO: ICONES GRÁFICOS;- MENOS CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO): VALIDADE DE 5 ANOS DO ELETRODO ADULTO;- ELETRODOS: CPR-D PADZ (ADULTO) E PEDI-PADZ II (PEDIÁTRICO); - VIDA ÚTIL: ADULTO: 5 ANOS / PEDIÁTRICO: 2 ANOS;- VIDA ÚTIL DA BATERIA EM ESPERA: 5 ANOS;- SOFTWARE DE GESTÃO; - VERIFICAÇÃO DE PRONTIDÃO: VERIFICAÇÕES VISUAIS;- CONECTIVIDADE IRDA;- EXPORTAÇÃO DOS DADOS DE ATENDIMENTO: IRDA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS AED PLUS;- ELETRODO DE PEÇA ÚNICA PARA USO ADULTO COM AED PLUS;- COM SENSOR REAL RCP HELP®, DEVE PERMITIR OBTER FEEDBACK DA PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES DA RCP EM TEMPO REAL;- PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS; INCLUIR :01

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

			DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AED PLUS;01 ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO CPR-D-PADZ - ZOLL (ORIGINAL); 01 UM PACK DE 10 BATERIAS DE LÍTIO 123A;01 UMA BOLSA DE TRANSPORTE.
93	50	unidade	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL N 01
94	50	unidade	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL N 02
95	10	unidade	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO N ° 28
96	10	unidade	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO N ° 30
97	10	unidade	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO N ° 32
98	10	unidade	DRENO DE TÓRAX COM RESERVATÓRIO N ° 34
99	100	unidade	EQUIPO MACROGOTAS FOTSENSÍVEL ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR, FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO REGULADOR DE FLUXO, VÁLVULA DE AR E INJETOR LATERAL.
100	50	unidade	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO INFUSOMAT COMPACT AIR IL B. BRAUM
101	5	unidade	ESCOVA PONTA DUPLA DE AÇO LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS
102	5	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR DE MESA OU PAREDE. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, PODE SER ADAPTADO À MESA E ACOMPANHA CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA SER FIXADO À PAREDE, PRODUTO LIVRE DE MERCÚRIO COM VISOR CLARO QUE PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, POSSUI TUBO EM ESPIRAL DE LONGO ALCANCE E COMPARTIMENTO TRASEIRO PARA ARMAZENAMENTO DA BRAÇADEIRA E PERA, MANGUITO E PERA LIVRES DE LÁTEX.
103	5	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. SISTEMA DE TUBO ÚNICO. TAMANHO ADULTO : 25 A 34 CM. RESISTENTE A QUEDA; MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO; ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO (CINZA); ATENDE AS NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS; CAPACIDADE DE ATENDER À ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTO, OFERECENDO RESULTADOS MAIS PRECISOS POR MUITO MAIS TEMPO.
104	5	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO. SISTEMA DE TUBO ÚNICO. TAMANHO ADULTO : 32 A 43 CM. RESISTENTE A QUEDA; MANÔMETRO GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO; ANEL DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO (CINZA); ATENDE AS NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS; CAPACIDADE DE ATENDER À ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTO, OFERECENDO RESULTADOS MAIS PRECISOS POR MUITO MAIS TEMPO. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA 67 MM COMPATÍVEL

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br





**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

			COM APARELHO EMAI BP 150
105	5	Unidade	ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE 100 MM COMPATÍVEL COM APARELHO EMAI BP 150
106	10	Unidade	EXTENSOR PLÁSTICO COM ROSCA PARA AR COMPRIMIDO
107	10	Unidade	EXTENSOR DE ASPIRAÇÃO SILICONADO, DESCARTÁVEL 2 METROS. TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA E DE SECREÇÃO OU PARA ADMINISTRAÇÃO DE GASES (OXIGÊNIO, AR). CONECTORES NAS EXTREMINADES PARA DAPTAÇÃO ÀS LINHAS DE VÁCUO OU FRASCOS COLETORES. TUBO EXTENSOR DE PVC ATÓXICO - SILICONIZADO. CONECTORES FLEXÍVEIS NAS EXTREMIDADES. ACABAMENTO EM PVC SILICONIZADA. COMPRIMENTO: 2 METROS. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. ESTÉRIL. ATÓXICO. APIROGÊNICO.
108	2	unidade	FOCO CLÍNICO HOSPITALAR . COM LÂMPADA DE LED E RODÍZIO É BIVOLT E PODE SER UTILIZADO COM LÂMPADAS LED DE 110V OU 220V.O FOCO CLÍNICO COM LÂMPADA LED É UM PRODUTO PROFISSIONAL INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIO E CLÍNICAS MÉDICAS.O SUPORTE DEVE POSSUI REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO CORRETO DO FOCO DA LÂMPADA, OS PARAFUSOS DE AJUSTE DEVEM SER DE FÁCIL FIXAÇÃO E PERMITIR UM GIRO DE 180 GRAUS DA CÚPULA,PERMITINDO QUE SEJA USADO DE QUALQUER LADO E ALTURA.COMPOSIÇÃO: FERRO; RODÍZIO;SOQUETE BIPINO GU10.
109	50	unidade	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMO 2,0
110	50	unidade	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMO 3,0
111	50	unidade	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMO 4,0
112	200	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 2,0 AGULHA 2
113	200	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 2,0 AGULHA 3
114	800	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 3,0 AGULHA 2
115	800	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 3,0 AGULHA 3
116	800	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 4,0 AGULHA 2
117	800	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 4,0 AGULHA 3
118	500	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 5,0 AGULHA 2
119	100	unidade	FIO DE SUTURA MONO NYLON 6,0 AGULHA 2
120	50	unidade	FIO DE SUTURA SEDA 3,0
121	50	unidade	FIO DE SUTURA SEDA 4,0
122	50	unidade	FIO DE SUTURA SEDA 5,0
123	50	unidade	FIO DE SUTURA VICRYL n ° 2.0
124	50	unidade	FIO DE SUTURA VICRYL n ° 3.0
125	50	unidade	FIO DE SUTURA VICRYL n ° 4.0
126	50	unidade	FIO DE SUTURA VICRYL n ° 5.0
127	10	unidade	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 0-15 LPM FEMEA COM

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

			REGISTRO NA ANVISA.
128	10	unidade	FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO. REGISTRO NA ANVISA
129	50	unidade	GARROTE ADULTO ENFERMAGEM PREMIUM. EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS QUE REQUEIRAM IMOBILIZAÇÃO OU GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL. TAMANHO ADULTO
130	5	unidade	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS. NEBULIZADOR/INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAIDAS, POSSUIR UM DESIGN MODERNO, PORTÁTIL E SILENCIOSO, BIVOLT AUTOMÁTICO. INDICADO PARA NEBULIZADOR EM CLINICA, CONSULTORIO, HOSPITAL, PRONTO-SOCORRO, AMBULATORIO. É INDICADO PARA USO PROFISSIONAL, PARA A NEBULIZAÇÃO EM AEROSSOL E TENDAS DE OXIGENIO. FUNCIONA COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO COM PISTÃO OSCILANTE, PROPORCIONANDO UMA INALAÇÃO CONTINUA LEVE. GARANTIA DE 12 MESES.
131	100	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 60 ML COM BICO
132	100	unidade	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 60 ML SEM BICO
133	50	unidade	SONDA FOLEY Nº 14 2 VIAS
134	10	unidade	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO
135	1.000	unidade	TAMPA LUER MACHO FÊMEA. INDICADA PARA VEDAR A VIA DE ACESSO (ENTRADA/SAÍDA) DE EXTENSÕES DE EQUIPOS, SERINGAS E CATETERES QUE DEIXARAM DE RECEBER A INFUSÃO DE SORO, ÁGUA OU DROGAS, COM ISSO, PROTEGE CONTRA INFECÇÃO.
136	10	unidade	TRENA ANTROPOMÉTRICA - COM RISCO CARDÍACO E IMC 150CM. TRENA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO INELÁSTICA E MALEÁVEL 150 CM DE COMPRIMENTO DISCO COM CÁLCULO DE IMC E REFERÊNCIA DE NORMALIDADE MEDIDA VISUAL DE RISCO PARA DCV ATRAVÉS DE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL INFORMAÇÃO VISUAL DE LADO MASCULINO E LADO FEMININO DA FITA RETRAÇÃO AUTOMÁTICA TRAVA DE FIXAÇÃO DA FITA GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 90GR COM CAIXA TAMANHO: CIRCUNFERÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 7,5 CM

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

			COR: BASE - PRATA E VERDE FITA - BRANCA COM DEMARCAÇÃO DE RISCO NAS CORES VERDE, LARANJA E VERMELHO.
137	5	unidade	KIT APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO + BRAÇADEIRAS 9,10,11 E 12. DEVE ESTAR INCLUSO 4 BRAÇADEIRAS UMA DE CADA MODELO: 1 BRAÇADEIRA PARA CRIANÇA (15 A 21CM – DIÂMETRO DO BRAÇO); 1 BRAÇADEIRA ADULTO ( 20 A 26 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO); 1 BRAÇADEIRA ADULTO ( 25 A 34 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO); 1 BRAÇADEIRA ADULTO OBESO ( 32 A 43 CM – DIÂMETRO DO BRAÇO); 1 MANÔMETRO COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA ( COM SELO DE APROVAÇÃO NO INMETRO); 1 PERA INSUFLADORA; 1 TUBO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE 5 ANOS; GARANTIA DO PRODUTO 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
138	5	unidade	LOCALIZADOR DE VEIAS LED PORTÁTIL. APARELHO DESTINADO A LOCALIZAR VEIAS - VENOSCÓPIO .UTILIZANDO-SE DA TÉCNICA DA TRANSLUMINAÇÃO CUTÂNEA QUE CONSISTE NA EMISSÃO DE FEIXES DE LUZ VERMELHA ATRAVÉS DE POTENTES LEDS, É PORTÁTIL E NÃO REQUER LIGAÇÃO A REDE ELÉTRICA, FUNCIONA APENAS A PILHA. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
139	50	unidade	MALHA TUBULAR 08 CM E 15M. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TEM POR FINALIDADE A IMOBILIZAÇÃO DE TRONCO E MEMBROS, PODENDO SER UTILIZADO EM ADULTOS, CRIANÇAS, E ORTOPEDIA EM GERAL.
140	50	unidade	MALHA TUBULAR 15 CM E 15M. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO. TEM POR FINALIDADE A IMOBILIZAÇÃO DE TRONCO E MEMBROS, PODENDO SER UTILIZADO EM ADULTOS, CRIANÇAS, E ORTOPEDIA EM GERAL.
141	5	unidade	MINI INCUBADORA. INDICADO PARA INCUBAR INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS. UTILIZADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. INCUBA DE 4 A 6 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE.
142	10	unidade	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL USO ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL. FORNECE LEITURAS DE SpO2 E FREQUENCIA CARDIACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ACOMPANHAR SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA;FORNECER LEITURA DE SPO2,

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

			<p>FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS- ACOMPANHAR BATERIA RECARREGÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA MÃO; MOSTRAR LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; APRESENTAR CURVA PLETISMOGRÁFICA; APRESENTAR TABELA DE TENDÊNCIA; TELA DE LCD BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; PERMITIR ARMAZENAMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.</p>
143	10	unidade	<p>OTOSCÓPIO. TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 2.5 V DE XENON, PROPORCIONAR LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES. AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES. LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX.</p>
144	10	unidade	<p>PAPAGAIO URINOL EM AÇO INOX 26CMX13 CM</p>
145	10	unidade	<p>REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL. REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODAS AS CONEXÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. BALÃO DE SILICONE 320 ML COM VÁLVULA POP-OFF. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DE SILICONE 900 ML. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 140 ML. RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O</p>
146	10	unidade	<p>REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) PEDIÁTRICO .REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. TODAS AS CONEXÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. PARA PACIENTES ENTRE 7 A 30KG. BALÃO DE SILICONE 550ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 320 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O.</p>

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

147	10	unidade	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO. REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PARA ADULTO E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO: 2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O;
148	10	unidade	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL PVC ADULTO 2500ML
149	10	unidade	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL PVC NEONATAL/PEDIATRICO 1000ML

### 3. JUSTIFICATIVA

3.1. A realização de processo de licitação deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade em dar aporte e condições de desenvolvimento do trabalho realizado na unidade de Pronto Atendimento – UPA.

3.2. A Unidade de Pronto Atendimento – UPA, faz parte da Política Nacional de Urgência e Emergência lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, a qual estrutura e organiza a rede de urgência e emergência do país, com o objetivo de integrar a atenção às urgências. A UPA desse município presta serviço de atendimento 24 horas emergencial para a população deste município sendo de suma importância a aquisição de tais itens para suprir as necessidades da população.

### 4. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

4.1. A entrega dos produtos e materiais deverá ser realizada nas quantidades, datas e horários previamente agendados, juntamente com a nota fiscal.

4.2. O local para entrega deverá na Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Rua Guararapes, 62, Bairro Fátima, Frederico Westphalen, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira.

4.3. O prazo de entrega dos materiais, não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados após da data de emissão da autorização de entrega, que poderá ser enviada por e-mail.

4.4. O recebimento dos materiais será efetuado pela Farmacêutica Responsável da empresa contratada Sra. Taísa Schlosser Romani e pelo Administrador da Unidade Sr. Jorge Piaia, ou ainda por servidor devidamente designado para esta função.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**4.5.** Qualquer ocorrência que impossibilitar a realização da entrega no prazo deverá ser justificada com antecedência a contratante, sob pena de aplicação das penalidades e multas previstas no contrato.

**4.6.** Além da entrega no local designado pelo contratante, deverá a contratada, também, descarregar os materiais no local indicado, comprometendo-se, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

**4.7.** A contratada ficará obrigada a substituir materiais recusados pelo contratante, observando que o mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

**4.8.** A contratada deverá apresentar no momento da entrega, comprovação de garantia de 12 (doze) meses para cada equipamento dos itens: 63, 64, 72, 73, 74, 87, 92, 130, 142.

**5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** São responsabilidades da contratada:

- a) atender às determinações da fiscalização do Município de Frederico Westphalen-RS e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto a entrega dos produtos;
- b) manter entendimento com o Município de Frederico Westphalen-RS, objetivando evitar interrupções ou paralisações durante a entrega dos produtos;
- c) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o item;
- d) responsabilizar-se pela procedência e qualidade dos produtos;
- e) o fornecedor assumir como exclusivamente seus os risco e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.;
- f) responsabilizar-se, também pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, preposto ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou a terceiros.
- g) fornecer o item cotado em estrita conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e anexo;
- h) entregar os produtos no prazo fixado;
- i) comunicar o Município, por escrito, eventuais atrasos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do prazo final de entrega;
- j) substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias os produtos recusados pelo Município;
- k) responsabilizar-se pelas despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, ambientais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir, sobre o objeto licitado;
- l) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

- m) não transferir a terceiros as obrigações assumidas;
- n) não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- o) assegurar a garantia do objeto licitado;

**6. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO**

**6.1.** São responsabilidades do Município:

- a) exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições;
- b) acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da contratada, podendo rejeitá-lo, mediante justificativa;
- c) fornecer as instruções necessárias à aquisição dos produtos e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- d) proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da contratada;
- e) indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos;
- f) atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- g) notificar a empresa em caso de irregularidades;
- h) a contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial utilizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de materiais até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

**7. DA FISCALIZAÇÃO**

**7.1.** nos termos do art.67 Lei nº 8.666. de 1993, fica designado o Administrador da Unidade Sr. Jorge Piaia, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**7.2.** a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei nº 8.666, de 1993.

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

7.3. o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**8. DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e recebimento da Nota Fiscal devidamente assinada pelo servidor responsável pelo recebimento.

8.2. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos materiais ou implicará em sua aceitação.

8.3 Deverá a contratada, apresentar o número da conta bancária para pagamento;

8.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do contrato administrativo, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**9. DA QUALIFICAÇÃO**

9.1. Declaração de que o prazo de validade dos materiais/insumos é de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos produtos;

9.2. Licença Sanitária estadual ou municipal, conforme o caso, ou documento que comprove sua dispensa;

9.3. Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante da licitação – AFE, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ativa e válida. Em se tratando de material ambulatorial, caso o proposto seja dispensando da AFE, deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou o produto de tal documento;

9.4. Certificado de Registro dos Produtos, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária, em se tratando de material ambulatorial – caso seja necessário o registro, o mesmo deverá ser apresentado sob pena de desclassificação do item solicitado, devendo ser apresentado preferencialmente numerado e destacado (grifado com marca texto), com o item na sequência numérica que está na proposta financeira (caso seja dispensado deverá ser apresentado cópia autenticada do ato que isentou o produto de tal documento).

**Observação: Será aceito protocolo de renovação de registro desde que atende ao previsto no art. 12, § 6 da Lei nº 6.360/76.**







**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS**

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

9.5. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou provado, que comprove a aptidão do licitante para atender o objeto licitado, devendo ser pertinente com as exigências constantes do edital e seus anexos.

  
Andrize Carla Poncio de Aguiar  
Sec. Municipal de Saúde  
Frederico Westphalen - RS

  
Jorge Piaia  
Administrador da UPA 24 HORAS



FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

[www.fredericowestphalen.rs.gov.br](http://www.fredericowestphalen.rs.gov.br)