

TERMO DE REFERÊNCIA

31/05/2023

Relação de material para realização de curativos especiais

Ata de Registro de Preço

OBS: Deve ser enviado amostra de todos os itens para ser avaliado pelos funcionários da Secretaria de Saúde de Ibiruba/RS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Justificativa:
01	CURATIVO DE ALGINATO COM AG Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera sustentadamente íons de prata na presença de exsudato proporcionando uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato é absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho: 15x15cm. Caixa com 10 unidades.	Empresa: Genial Produtos para limpeza LTDA - reprovada Justificativa: Reprovo o curativo em questão pois não se trata de uma hidrofibra, e sim de “curativo composto de partículas de alginato de cálcio com íons prata incorporado”, conforme sítio eletrônico da fabricante, disponível no link do catálogo online do produto. Empresa: Med POA Comercio de Material Hospitalar Ltda: reprovado Justificativa: O edital é claro quando solicita curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, ocorre que o curativo “Silver Care” não se trata de uma hidrofibra, mas de “Curativo estéril, não tecido, não aderente, composto de partículas de alginato de cálcio, extraídas das algas marinhas marrons, com prata, que absorve o exsudado da ferida e libera íons de prata na presença de fluido da ferida”. A hidrofibra traz benefícios como: <ul style="list-style-type: none">• Menor risco de maceração, pois, com a adição de carboximetilcelulose, há maior absorção vertical;• Menor risco de vazamento devido à maior capacidade de absorção pela adição de carboximetilcelulose;• Favorece a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um

		<p>gel macio. Importante salientar que todas as características exigidas em edital estão presentes no curativo.</p> <p>Empresa: Samyras aprovada .</p>
02	<p>CURATIVO DE ALGINATO COM AG Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera sustentadamente íons de prata na presença de exsudato proporcionando uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato é absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho :20X30 cm. Caixa com 5 unidades.</p>	<p>Empresa: Samyras aprovada</p>
03	<p>CURATIVO DE ALGINATO Cobertura de hidrofibra de carboxilcelulose e alginato de cálcio e rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel coeso e mantém a umidade no leito da ferida. Pode ser utilizado em feridas cavitárias. Tamanho: 15x15cm. Caixa com 10 unidades.</p>	<p>Empresa: Med POA Comercio de Material Hospitalar Ltda: reprovado</p> <p>Justificativa: curativos de alginato de cálcio e sódio, sendo que edital preconiza apenas cálcio. Este aspecto é fundamental pois o curativo solicitado em edital destina-se a feridas cavitárias, e neste tipo de lesão há tecidos viáveis como veias, artérias, tendões e ossos não podendo estes ficarem em exposição com curativos que contenham agentes desbridantes (sódio).</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
04	<p>CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA Curativo composto por espuma de poliuretano com tecnologia 3DFit, com bordas adesivas de hidroclóide. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva e indicativo de troca,</p>	<p>Não recebido amostras</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>

	<p>indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta exsudação. Tamanho: 15x15cm. Caixa com 10 unidades.</p>	
05	<p>CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE Curativo composto por uma camada auto-adesiva perfurada de silicone para ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional (3D), antibacteriano, impregnado com prata que é dispensada continuamente, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído e camada lock away para retenção do exsudato e que proporcionam o meio úmido ideal para cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da Empresa: , úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microorganismos. Tamanho 7,5x7,5cm Caixa com 10 unidades</p>	<p>Empresa: Kuractiva comercio e serviços LTDA Reprovada</p> <p>Justificativa: o curativo em questão, por não apresentar as características 3D e Lock away, essas características de curativos fornecem a capacidade de absorver, reter e se moldar ao leito da ferida, essas três características correspondem ao significado "3D".</p> <p>Quando citado a camada "lock away" na tradução significa "retenção". Ressalto que curativos de espuma necessitam apresentar retenção, pois as características das feridas crônicas como úlcera de perna de etiologia vascular e feridas de diabéticos.</p> <p>Essas características são necessárias para o bom funcionamento do curativo. O sistema tranca fluídos é uma característica importante, pois a espuma necessariamente precisa reter o exsudato sem extravasar para a borda da lesão, o extravasamento ocasiona maceração da borda da ferida. Borda da lesão macerada não permite a migração celular da pele perilesão no sentido do leito da ferida, não permitindo assim, a cicatrização.</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
06	<p>CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE Curativo composto por uma camada auto-adesiva perfurada de silicone para ajuste suave espuma de poliuretano tridimensional (3D), antibacteriano, impregnado com prata que é dispensada continuamente, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical,</p>	<p>Empresa: Med POA Comercio de Material Hospitalar Ltda: reprovado</p> <p>Justificativa: Curativo ofertado pela empresa Medpoa (Silicare), não atende o descritivo do edital pois trata-se de uma espuma de prata. Há outros quesitos no edital para concorrer essa amostra.</p>

	<p>sistema tranca-fluído e camada lock away para retenção do exsudato e que proporcionam o meio úmido ideal para cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da Empresa: , úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microorganismos. Tamanho 10x10cm. Caixa com 10 unidades.</p>	<p>Empresa: Samyras aprovada</p>
07	<p>CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE Curativo composto por uma camada auto-adesiva perfurada de silicone para ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional (3D), macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído e camada lock away para retenção do exsudato e que proporcionam o meio úmido ideal para cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão da Empresa: , úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microorganismos. Aplicação sem toque em 3 peças na cor turquesa para melhor posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 15x19cm. Caixa com 05 unidades.</p>	<p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
08	<p>CURATIVO SILICONE SEM PRATA Cobertura para tratamento e prevenção de lesões, composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, multicamadas de espuma de poliuretano, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, camada com sistema tranca-fluído e camada extra de retenção do exsudato e que proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano impermeável à água e bactérias. Tamanho 15x15 cm Caixa com 5 unidades</p>	<p>Empresa: Kuractiva comercio e serviços LTDA Reprovada</p> <p>Justificativa: Reprovo o curativo em questão por apresentar prata na composição, para curativos com prata existem outros lotes neste mesmo edital</p> <p>Empresa: Med POA Comercio de Material Hospitalar Ltda: reprovado</p> <p>Justificativa: não atende o descritivo do edital, pois não apresenta as três camadas de absorção “UMA CAMADA COM CAPACIDADE DE ABSORCAO SUPERIOR E VERTICAL, OUTRA CAMADA COM SISTEMA TRANCA-FLUIDO E CAMADA EXTRA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO” A importância dessas três camadas em feridas exsudativas é o que caracteriza o funcionamento do curativo, ou seja, absorção e retenção. Características efetivas de absorção e retenção, essenciais para o tratamento de lesões, pois quando uma cobertura não absorve e retém quantidades</p>

		<p>relevantes de exsudato, o leito da ferida se tornará excessivamente úmido e o exsudato poderá extravasar da cobertura para pele perilesão, desta forma ocorrerá maceração e conseqüente atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e aumento do tamanho a ferida.</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
09	<p>CURATIVO HIDROPOLÍMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO: estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesivo, bordas biseladas antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca-fluído para evitar vazamentos e maceração da pele, indicado para uso em feridas de média e alta exsudação. Tamanho 15x15cm. Caixa com 5 unidades.</p>	<p>Empresa: Genial Produtos para limpeza LTDA – reprovada</p> <p>Justificativa: Curativo Silbersoft não possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital.</p> <p>Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unha, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático.</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
10	<p>HIDROGEL: para desbridamento autolítico seletivo de feridas, em gel coeso, composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio, isento de sódio, em frasco com aplicador. Tamanho: 8 gramas.</p>	<p>Empresa: Genial produtos para limpeza-Cavidagel: reprovado</p> <p>Justificativa: conforme edital o produto deve conter carboximetilcelulose e alginato de cálcio em sua composição. Ocorre que o produto ofertado possui em sua composição propilenoglicol e carbômero, produtos estes que possuem potencial alergênicos. A isenção de produtos com potenciais alergênicos é importante, pois o curativo será utilizado em feridas crônicas que apresentam pele periferida sensível.</p> <p>Não menos importante o produto ofertado não apresenta coesão, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário,</p>

		<p>sendo necessárias reaplicações diárias ou mais de uma vez ao dia.</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
11	<p>CURATIVO HIDROCOLÓIDE: estéril, composto carboximetilcelulose e alginato de cálcio com membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade de Empresa: dora da ferida, bordas biseladas, sistema de aplicação sem toque e com sinal de troca. Tamanho: 15x15cm. Caixa com 5 unidades.</p>	<p>Med POA Comercio de Material Hospitalar Ltda: reprovado</p> <p>Justificativa: O curativo Hidrarage não está de acordo com descritivo. Para cumprir a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses nos pacientes diabéticos é necessário que seja aplicado a solução solicitada em edital. Principalmente com a porcentagem de ácido láctico adequada. Desta forma não é efetivo na prevenção da xerose (uma condição de pele seca muito comum em pessoas com pé diabético) e no tratamento da hiperqueratose. Amostra foi testado e constatada que não tem boa aderência</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
12	<p>CURATIVO HIDROCOLÓIDE: estéril, composto carboximetilcelulose e alginato de cálcio com membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade de Empresa: dora da ferida, bordas biseladas, sistema de aplicação sem toque e com sinal de troca. Tamanho: 10x10cm. Caixa com 10 unidades.</p>	<p>1. Genial produtos para limpeza LTDA - Pharma Alg</p> <p>O curativo em questão pois não possui alginato de cálcio e grade de Empresa: dora.</p> <p>A presença do alginato de cálcio aumenta a capacidade absorviva do curativo, a ausência deste componente diminuiu consideravelmente a absorção de exsudato tornando o curativo insuficiente em sua proposta de interação com exsudato ocasionando trocas mais frequentes devido a saturação. Sem a presença da grade de Empresa: dora não é possível acompanhar/inspecionar a evolução da lesão e o momento ideal para a troca do curativo, pois com a</p>

		<p>grade de Empresa: dora é possível acompanhar a saturação do curativo por cm².</p> <p>Empresa: Med Poa</p> <p>Justificativa: Não apresenta em sua composição o princípio ativo alginato de Calcio.</p> <p>O alginato de Cálcio tem como principal função a ação de hemostasia, fato este importante para o processo de cicatrização da ferida, pois nas fases de cicatrização, a fase inflamatória somente evolui mediante processo de hemostasia da ferida.</p> <p>Empresa: Samyras aprovada</p>
13	<p>CREME DESENVOLVIDO PARA PELE RESSECADA: para uso em pacientes com pé diabético, viscoso, não estéril, composto por água, 10% de ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmito de octila, estearato de glicerila, 4% ácido láctico, álcool estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Não contém conservante, corante ou perfume, e reduz o risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético. Tubo de 75 ml.</p>	<p>Empresa Genial produtos para limpeza LTDA - Hydrarage</p> <p>Justificativa: O curativo Hydrarage não está de acordo com descritivo.</p> <p>Para cumprir a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses nos pacientes diabéticos é necessário que seja aplicado a solução solicitada em edital. Principalmente com a porcentagem de ácido láctico adequada.</p> <p>Desta forma não é efetivo na prevenção da xerose (uma condição de pele seca muito comum em pessoas com pé diabético) e no tratamento da hiperqueratose.</p> <p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
14	<p>CURATIVO DE ESPUMA: composto de poliuretano de alta absorção não adesivo impregnado com partículas de ibuprofeno, dispensadas continuamente com absorção vertical e sistema tranca-fluido para evitar vazamentos e Empresa: ção de pele. Tamanho:15cmx15cm. Caixa com 5 unidades.</p>	<p>Empresa: Samyras: aprovada</p>

15	<p>CREME BARREIRA: Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas e secreções e efluentes de incontínências e estomias e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalin, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Tubo com 60ml.</p>	<p>1. Empresa: Genial Genial produtos para limpeza LTDA - Cold Cream: reprovado</p> <p>Justificativa: Ocorre que este produto não atende ao exigido em edital, não possuem em sua composição as substâncias que auxiliam na restauração do pH. Além disso o emoliente utilizado no produto Cold Cream tem como base ácidos graxos essenciais (óleo) e desta forma inviabiliza a restauração de pH em pacientes atendidos em ambulatório, devido ao risco de queimaduras quando expostos à luz solar ou em contato com tecido da vestimenta.</p> <p>Empresa: Fufamed - Reprovada</p> <p>Justificativa: Produto Dermamon ofertado pela empresa Fufamed, não repele a água/ secreções quando utilizado periferidas e região perineal, nota-se aumento de maceração nestas regiões após aplicação, formando barreira para migração de queratinócitos dificultando assim a cicatrização. Não forma filme efetivo, fato constatado pelo aumento da maceração. A presença de maceração na pele se enquadra em intercorrência perilesional desta forma com alterações alcalinicas de pH.</p> <p>Empresa: Samyras aprovada</p>
16	<p>SOLUÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO: Solução para higienização da área perilesional, peristomal e peri fístulas, não necessita de enxague, composta por detergente anfótero (cocoanfiacetato disódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabenos, fragrância e água purificada, regulador de PH. Frasco de 180ml.</p>	<p>Empresa: Samyras: aprovada</p>
17	<p>LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL: Loção hidratante corporal, sem cheiro, sem parabenos e sem petrolatos; com extratos naturais, óleos e manteigas vegetais, de fácil espalhabilidade e absorção que mantém ou recupera a hidratação do tecido, devolvendo sua capacidade de regeneração. Indicado para os casos de xerose medicamentosa e radiotermita.</p>	<p>Empresa: : lasmini: aprovada</p>

	Frasco de 250 g com válvula dosadora que entrega a dose uniforme.	

Responsável técnico pela análise das amostras:

1. Gabriela Zenatti Ely - Enfermeira
2. Thais Dalla Costa Sartori – Enfermeira