



Odontológica e Revenda.

CNPJ: 02966871/0001-90

IE 091/0212686

Rua Alvorada, nº49 – Passo Fundo/ RS

e-mail: assisttelmo@gmail.com /

vendas.assisttelmo@gmail.com

Téc.: (54) 99923.1067 / (54) 99162.9397

ORÇAMENTO	DATA 28/042025
-----------	----------------

CLIENTE:	Prefeitura Municipal	CNPJ: 87.564.381/0001-10
----------	----------------------	--------------------------

ENDEREÇO:	Rua Tiradentes	CEP: 95200-000
-----------	----------------	----------------

CIDADE:	Ibirubá - RS
---------	--------------

E-MAIL:	epidemio@ibiruba.rs.gov.br ou secretaria@ibiruba.rs.gov.br
---------	--

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO:	Autoclave
--------------	-----------

MARCA:	Digitale
--------	----------

MODELO:	2.1
---------	-----

Nº SÉRIE/LOTE:	H212519806SF
----------------	--------------

PATRIMÔNIO:	Patrimônio -013056
-------------	--------------------

Chamado

Autoclave não está esterelizando-Teste negativo

SERVIÇO	VALOR
---------	-------

Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central	
---	--

Teste com indicador químico e biológico e higienização	R\$ 750,00
--	------------

Observação

Troca do sensor de pressão e temperatura	R\$ 295,00
--	------------

Válvula solenoide emcurto	R\$ 235,00
---------------------------	------------

R\$ 1.280,00



Odontológica e Revenda.

CNPJ:02966871/0001-90

IE 091/0212686

Rua Alvorada, nº49 – Passo Fundo/ RS

e-mail:assisttelmo@gmail.com /

vendas.assisttelmo@gmail.com

Téc.: (54) 99923.1067 / (54) 99162.9397

ORÇAMENTO	DATA 28/04/2028
-----------	-----------------

CLIENTE: Prefeitura Municipal	CNPJ: 87.564.381/0001-10
-------------------------------	--------------------------

ENDEREÇO: Rua Tiradentes	CEP: 95200-000
--------------------------	----------------

CIDADE: Ibirubá - RS

E-MAIL: epidemio@ibiruba.rs.gov.br ou secretaria@ibiruba.rs.gov.br
--

	DESCRIÇÃO
EQUIPAMENTO:	Autoclave
MARCA:	Stermax
MODELO:	Stermax Extra 21 Litros 220v.
Nº SÉRIE/LOTE:	
PATRIMÔNIO:	Patrimônio -013056
Chamado	
Autoclave não estereliza- Teste negativo	

SERVIÇO	VALOR
Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central	
Teste com indicador químico e biológico e higienização	R\$ 750,00

Observação	
Terá que ser substituído o sensor de temperatura e válvula de depressão	
Válvula de escape de pressão	R\$ 380,00
Sensor de temperatura	R\$ 250,00
	R\$ 1.380,00



Calometria e Revisão.

CNPJ:02966871/0001-90

IE 091/0212686

Rua Alvorada, nº49 – Passo Fundo/ RS

e-mail:assisttelmo@gmail.com / vendas.

assisttelmo@gmail.com

Téc.: (54) 99923.1067 / (54) 99162.9397

ORÇAMENTO	DATA
-----------	------

CLIENTE:	Prefeitura Municipal	CNPJ:	87,567.381/0001-10
ENDEREÇO:	Rua Tiradentes	CEP:	95200-000
CIDADE:	Ibirubá- RS		
E-MAIL:	epidemio@ibiruba.rs.gov.br		

DESCRIÇÃO Reparo Executado

Concentrador de O2 - Everflo 5LPM- Reparo placa central -retirada defeito	
Alarme indicativo deficiência na pureza do O2.	R\$ 300,00

PEÇAS

Substituição do sistema filtrante areia zoolhita(4 carga)	R\$ 1.500,00
---	--------------

R\$ 1.800,00



JF SHOP PERSONALIZADOS

RUA MABILIO BERNARDON, N38 – PASSO FUNDO/RS

CNPJ 24.993.963/0001-00

Autoclave Digitale 21 Litros

Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central

Teste com indicador químico e biológico e higienização.....R\$ 1.350,00

Autoclave Stermax

Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central

Teste com indicador químico e biológico e higienizaçãoR\$ 1.580,00

Concentrador de Oxigênio Ever Flo

Reparo placa central -remoção defeito

Alarme indicativo deficiência na pureza do O2.R\$ 2.300,00

Obs. Peças inclusos.

TOTAL.....R\$ 5.230,00



Documento assinado digitalmente
GILMAR LUIZ ALVES CARDOSO JUNIOR
Data: 02/05/2025 12:07:53 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ServTécnica

Eletrônica

Autoclave Digitale 21 Litros

Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central

Teste com indicador químico e biológico e higienização.....R\$ 1.550,00

Autoclave Stermax

Revisão Geral- verificação sistema elétrico, válvulas e placa central

Teste com indicador químico e biológico e higienizaçãoR\$ 1.700,00

Concentrador de Oxigênio Ever Flo

Reparo placa central -remoção defeito

Alarme indicativo deficiência na pureza do O2.R\$ 2.600,00

Obs. Peças inclusos.

Total.....R\$ 5.850,00

SANTA CRUZ DO SUL 29 DE ABRIL DE 2025

Razão Social: Eletrônica Servtécnica LTDA

CNPJ: 09.621.981/0001-69.

Inscrição Estadual: 108/0159379.

Inscrição Municipal: 288700.

Endereço: Avenida Paul Harris, 712. Centro, Santa Cruz do Sul – RS

Fone: (051) 3711-2787

51 99706-0571

09.621.981/0001-69

ELETRÔNICA SERVTECNICA LTDA

AV. PAUL HARRIS, 712

PRIMEIRO APROXIO GRANDE - CEP 96200-000

SANTA CRUZ DO SUL RS