



**MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ  
DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**Memorando Interno 1752/2023**


**SS/AB**

Ibirubá/RS, 24 de agosto de 2023.

A/C Compras/Contabilidade

Ao cumprimentá-lo, solicitar dispensa de licitação para revisão geral de autoclave horizontal analógica de 60 litros pois não está ligando, está sem pressão e com vazamento. Este conserto é necessário e urgente para a esterilização dos materiais usados pelos odontólogos no atendimento aos pacientes. Em anexo orçamentos e documentação.

Atenciosamente,

  
Giovani Moacir Diesel  
Secretário Municipal da Saúde

Recebido em

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Visto*  
*Abel Lou*

RECEBIDO NO  
SETOR CONTÁBIL EM

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

MANHÃ  TARDE

ASSINATURA DO RECEBENTE



**ASSISTÉC. ELMO**  
BARBOSA & HOFFMANN LTDA

**Assistência Técnica Hospitalar,  
Odontológica e Revenda.**  
**CNPJ: 02966871/0001-90**  
**IE 091/0212686**

Rua Alvorada, Nº 49 - Passo Fundo/RS  
e-mails: assisttelmo@gmail.com / vendas.assisttelmo@gmail.com  
(51) 3311.3174 / Téc. • (51)99923.1067 / Vendas • (51) 99162.9397

### ORDEM DE SERVIÇO:

<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal	<b>CNPJ:</b>	87.564.381/0001-10
<b>ENDERECO:</b>	Rua Tiradentes	<b>CEP:</b>	98.200-000
<b>CIDADE:</b>	Ibirubá	<b>RESPONSÁVEL</b>	<u>Giovane</u>
<b>E-MAIL:</b>	pac@ibiurubá.rs.gov.br	<b>TELEFONE:</b>	

**DATA:** 25/07/2023

### EQUIPAMENTOS

<b>EQUIPAMENTO</b>	Autoclave Horizontal Analógica 60 Litros
<b>MARCA</b>	Digitaçe
<b>MODELO</b>	
<b>Nº SÉRIE/LOTE</b>	Sé Digital
<b>PATRIMÔNIO</b>	Sem Patrimônio

### CHAMADO:

Autoclave não liga, sem pressão e vazamento.

### SERVIÇO EXECUTADO:

Revisão Geral- Sistema elétrico, placa central, controlador de temperatura, e Válvula de pressão, e termostato.

### PEÇAS:

DESCRIÇÃO				VLR. UNITÁRIO
Teste indicador químico e biológico durante a esterilização e secagem				515,00
Peças				
Controlador de temperatura				490,00
Resistência 60 Litros 1600W				290,00
Válvula de pressão p/autoclave 60L				250,00
Termostato Bimetálico 330°C				150,00

**VALOR TOTAL 1.695,00**



SHB – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Rua: Sete de Setembro, N° 63 – centro

CEP: 99010-121

Passo Fundo/RS

CNPJ: 20.665.400/0001-23

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

I.E: 091/03341451

Orçamento: 25/07/2023

Válido por: 30 dias

**Prefeitura Municipal IBIRUBÁ-RS**

**Secretaria da Saúde**

**Secretária**

**Orçamento:**

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

REVISÃO E REPARO AUTOCLAVE DIGITALE HORIZONTAL 60LITROS ANALÓGICA, E TESTE COM INDICADOR QUÍMICO E BIOLÓGICO.....R\$ 600,00

PEÇAS:

CONTROLADOR DE TEMPERATURA.....R\$ 535,00

RESISTÊNCIA 1600W/220VOLTS.....R\$ 350,00

VÁLVULA DE PRESSÃO(AUTOCL. 60L).....R\$ 270,00

TERMOSTATO BIMETÁLICO 330°C.....R\$ 180,00

REVISÃO E REPARO AUTOCLAVE DIGITALE HORIZONTAL 60LITROS ANALÓGICA, E TESTE COM INDICADOR

TOTAL.....R\$1.935,00

FORMA DE PAGAMENTO

À VISTA (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO)

*Silvana*



JFSHOP.PERSONALIZADOS  
RUA MABILIO BERNARDON, N38 – PASSO FUNDO/RS  
CNPJ 24.993.963/0001-00

=====

**Prefeitura Municipal IBIRUBÁ-RS**  
**Secretaria da Saúde**  
**Secretária**

**Orçamento:**

**25/07/2023**

**Revisão e reparo autoclave Digitale Horizontal**  
**60Litros analógica, e teste com indicador**  
**Químico e biológico.....R\$ 680,00**

**Peças:**

**Controlador de temperatura.....R\$ 560,00**  
**Resistência 1600W/220volts.....R\$ 330,00**  
**Válvula de pressão(Autocl.. 60L).....R\$ 260,00**  
**Termostato Bimetálico 330°C.....R\$ 165,00**

**Total.....R\$ 1.995,00**



JFshop.personalizados  
Gilmar C. Junior  
CPF: 025.643.930-39

*Gilmar C. A. Junior*