



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) Nº 05/2024
(Art. 12, Inciso VII, Lei Federal nº 14.133/2021)
Licitações e Contratações Diretas

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela solicitação: Janaina C. de Pelegrin

E-mail: saúde@rodeiobonito.rs.gov.br

Telefone: (55) 3798-1155

1. DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos médicos e materiais didáticos/pedagógicos, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodeio Bonito/RS.

2. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

Altíssima

Justificativa: A presente contratação tem a necessidade de atender as demandas contínuas da Secretaria, portanto, destaca-se a importância da realização do fornecimento dos materiais solicitados, para uso em ações de prevenção, em caráter de emergência.

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

Material de Consumo

Material Permanente/Equipamento

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

No que tange a presente contratação, está se justifica pela necessidade de suprir as demandas de uso da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rodeio Bonito/RS, a fim de garantir o bom funcionamento de seus departamentos integrados, uma vez que os itens relacionados são de uso contínuo, utilizados no atendimento dos trabalhos desenvolvidos aos nossos munícipes, tendo em vista que teremos agilidade na prestação de serviços à comunidade deste município.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com o presente processo licitatório, atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Rodeio Bonito/RS, cujas demandas são contínuas, portanto, destaca-se a importância da realização do fornecimento dos materiais solicitados, para uso em ações de prevenção, ainda atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de emergência. Portanto é notório a importância da aquisição dos itens acima especificados.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES



Av. do Comercio, 196| CEP: 98360-000
Fone:55 3798 1155 | fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	<p>Bisturi eletrônico bp100 plus analógico (eletrocautério) com controle digital e independente das potências para corte, blend e coagulação; alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra; saídas totalmente isoladas; teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos; pedal contra penetração nociva de água; ventilação por convecção natural; permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessório específico</p> <p>POTÊNCIA DE SAÍDA Corte: 100W Carga: 500 Ohms Blend: 60W Carga: 500 Ohms Coagulação: 40W Carga: 500 Ohms</p> <p>FREQUÊNCIA Corte: 450 kHz Senoidal</p> <p>Características Técnicas: Modelo BP100 Plus Analógico Anvisa - 80052640008 Alimentação Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Chave seletora) - 50/60Hz; Peso 2,6 kg; Altura 14,4 cm Largura 23,0 cm x Profundidade 23,5 cm Garantia: 01 Ano pelo fabricante Temperatura de operação 0 a +50°C Umidade relativa 15 a 90% (operação)</p> <p>Kit Eletrodos 1-Eletrodo tipo bola 2,1mm reto 1-Eletrodo tipo bola 2,1mm curvo 1-Eletrodo tipo alça 3,5mm reto 1-Eletrodo tipo alça 3,5mm curvo 1-Eletrodo tipo alça 5,5mm reto 1-Eletrodo tipo alça 5,5mm curvo 1-Eletrodo tipo agulha fina reto 1-Eletrodo tipo agulha fina curvo 1-Eletrodo tipo agulha reto 1-Eletrodo tipo agulha curvo</p>	UN	01
02	<p>Oftalmoscópio OMNI 3000 LED, iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem, leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, clip de desligamento automático, alimentação através de Pilhas alcalinas tipo AA, cabeça em ABS resistente a impactos, óptica selada a prova de poeira, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado, lâmpada 2.5v de led, seleção de 5 aberturas, com filtro verde. Garantia mínima de 1 ano.</p>	UN	04



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

03	<p>Monitor Multiparamétrico M12: ECG de 3/5/6 derivações, bateria recarregável de íons de lítio, SpO2, TEMP, Dupla Temperatura (Apenas M12), PR, RESP, NIBP, ETCO2(S/SENSOR).</p> <p>Adequado para todos os tipos de pacientes: adulto, pediátrico e neonato. Tela de 12"; a) Design Ergonômico com alça oculta e espaço para armazenar acessórios; b) Ajustar o brilho automaticamente conforme a luz ambiente; d) Design sem ventoinha reduz o risco de contaminação cruzada. Interconectividade WIFI e HL7. Dados de tendência: Até 18:00h, resolução mínima de 10min.; Eventos de Alarme de Parâmetros: Até 3000 eventos; Eventos de Arritmia: 3000 eventos de ARR e com a onda associada; Medidas de PNI: Até 2400 Grupos; Ondas Holográficas: Até 72 horas; Parâmetros de medição: SpO2 Oximetria de pulso, Tempo de Resposta: <8s; Faixa de medição: 0% até 100%; Precisão: 70% até 100% +-3%; PNI- Pressão Arterial Não Invasiva; Faixa de insuflação do manguito: 0 até 300 mmHg.; Precisão: Estático +- 3 mmHg.; ECG - Derivações: 3, 7 e 12 derivações Faixa de FC: Faixa de medição 0 até 350 bpm; Precisão: 1bpm +-1% ou +-1 bpm; TEMP Temperatura (pele e esofágico); Faixa de medição 0° até 50°C; Precisão: 0,1°C; Bateria interna recarregável de íon de lítio > 4 horas.</p>	UN	03
04	<p>Endoscópio Digital Otoscópio Câmera Ouvido Celular Tablet Hd modelo digital, tecnologia de luz led, alimentação por bateria, tipo de lâmpada e lente: led; com câmera, contendo 1 otoscópio, 3 espéculos, 6 colheres de orelha, cabo USB, conexão wifi e garantia mínima de 3 meses.</p>	UN	06
05	<p>Laserpulse Portátil Aparelho de Laserterapia e LED terapia com:</p> <p>01 Fonte de alimentação 5.2 VDC 2A; 01 Óculos de proteção operador - 200nm a 1200nm; 01 Cabo conector de interlock; 01 Munhequeira para ILIB.</p>	UN	01
06	<p>Caneta de laser probe 5 led infravermelho: O probe 5 é composto por Laser Vermelho com comprimento de onda de 904nm e potência de 200mW. Design moderno, anatômico e botão de disparo no próprio aplicador. Para uso no equipamento Laserpulse Portátil - Aparelho de Laserterapia e LEDterapia.</p> <p>Itens Inclusos: 01 Probe 5 - Laser Vermelho 904nm para Novo Laserpulse Portátil.</p> <p>Especificações Técnicas: Probe 5 - Laser Vermelho 904nm para Novo Laserpulse Portátil; Comprimento de onda: 904nm;</p>	UN	01



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	<p>Espectro: visível; Potência: 200mW; Densidade de energia: 14,3 a 214,3 J/cm²; Energia total: 1 a 15 J; Área de contato: 0,07cm²; Modo: contínuo e pulsado; Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz.</p> <p>Ficha Técnica: Espectro: Visível; Densidade de energia: 14,3 a 214,3 J/cm²; Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1 Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz; Potência: 200mW; Área de Contato: 0,07cm²; Comprimento de onda: 660nm; Modo: Contínuo e pulsado. Energia: 1 a 15 J; Dimensões (CxLxA) 10.0 x 10.0 x 10.0 cm; Peso Kg: 0.195.</p>		
07	<p>Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato com argola, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade, acompanha bolsa exclusiva. Braçadeira confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção; Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC; Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção; Acompanha Certificado de Verificação do manômetro. Tamanho: Adulto Medida da Braçadeira: 52,8 x 14 cm Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm Tamanho Manguito: 12 x 22 cm Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro.</p>	UN	15
08	<p>Desfibrilador automático externo de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do Desfibrilador automático externo de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente, com compensação à impedância do paciente. Configuração segundo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) Diretrizes 2005 da American Heart Association (2005 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2005 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; Possuir interface para</p>	UN	03



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

<p>auxílio do socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar (RCP); Com tela de cristal líquido que exibe mensagens de texto em português, número de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP; Configurada para exibir o traçado de ECG; Avaliar através dos eletrodos o ritmo cardíaco do paciente e quando necessário, na presença de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular de alto risco, carrega automaticamente e solicita ao socorrista que pressione o botão para choque quando necessário. A energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; Possuir um eletrodo em peça única, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente, com validade de até quatro anos, com sensor que detecta a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a RCP; Auxiliar o socorrista a realizar a RCP de forma eficaz através de Comandos de: Voz com expressões "compressões boas" e/ou "comprima mais forte"; Sinal sonoro para orientar o socorrista na frequência de 100 compressões por minuto; Tela de cristal líquido, que indica a profundidade da compressão, número de choques realizados e relógio com tempo decorrido da assistência ao paciente; Configurado para utilização de eletrodo pediátrico (pacientes de 1 à 8 anos). Quando utilizado eletrodo pediátrico, o desfibrilador emite mensagem para o socorrista que o eletrodo utilizado é para uso pediátrico, e passa a utilizar algoritmo especial, diferente do adulto, para interpretação das arritmias, de forma a se adequar às rápidas frequências dos corações das crianças e disponibilizar nível de energia adequado de choque; A tampa da unidade pode ser utilizada como suporte para abertura das vias aéreas; Possuir memória interna que permite armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados: Traçado de ECG, sequência de choques, profundidade de compressões na RCP, data e relógio. Os dados podem ser baixados por meio de uma porta infravermelho padrão, encontrada em computadores e computadores de mão. O software em português para livre instalação e poder ser baixado pela Internet; utilizar baterias com capacidade para 300 choques em carga máxima, ou durabilidade de até cinco anos no modo de espera; executar automaticamente autotestes periódicos avaliando a funcionalidade e calibração do equipamento, do eletrodo, da carga das baterias, de forma que demonstrem estar o equipamento sempre apto para uso. Indicador visual que mostra sinal verde, que informa que a unidade está pronta para uso. O sinal vermelho informa que unidade está sem condições de uso, sendo necessário acionar a assistência técnica. Quando as baterias estiverem com</p>		
--	--	--



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	carga inferior a 20%, além do sinal vermelho, um comando de voz continuamente solicita a troca das baterias. Equipamento resistente a entrada de água, poeira, batidas e queda. Garantia de 01 (um) ano para o equipamento. Assistência técnica nacional. Registro na ANVISA. Certificado de Conformidade INMETRO. Acessórios que devem acompanhar o Desfibrilador Externo Automático (DEA): Jogo de baterias, sem chumbo, com capacidade de 300 choques ou autonomia de até 5 anos em modo espera; Eletrodo de peça única com sensor para RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente; Bolsa para transporte; manual do administrador em português; manual do usuário em português; Eletrodo de uso pediátrico.		
09	Concentrador de oxigênio 5LPM Tubo de conexão umidificador/concentrador Filtro (já instalado) Nível de ruídos 45 dBA Fluxo por litro até 5 litros Pressão de saída 5,5 psi Concentração de Oxigênio: 93% ± 3% de 0,5 a 5l/min Modo de Fluxo contínuo de 0,5 a 5l/min Com alarme sonoro e luzes indicadoras Manual de instruções em português.	UN	03
10	Bola de Fisioterapia Overball: Material: PVC. Inclui inflador. Produto reforçado. Diâmetro: 20cm.	UN	02
11	Kit Faixa elástica thera band intensidade leve, média e forte. Kit composto por 3 faixas elásticas com diferentes intensidades que auxiliam na coordenação motora, aumentam a resistência muscular, além de trabalhos de prevenção e reabilitação. Produzido 100% de látex, com 3 intensidades (intensidade: leve, médio e forte).	UN	05
12	Kit Halteres Fisioterapia 0.5 Kg (meio Quilo) + 1kg + 2kg Kit contendo 1 par de halter 1kg 1 par de halter 0.5 meio kg 1 par de halter 2 kg Formato redondo, pegada anatômica, marcação do peso em baixo relevo, 100% emborrachado.	UN	03
13	Caneleira / tornozeleira de peso 0,5kg (par): Produzido em tecido emborrachado de alta resistência, enchimento em grão de ferro, costuras reforçadas, regulagem e fechamento em velcro.	UN	02



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

14	Caneleira / tornozeleira de peso 1kg (par) Produzido em tecido emborrachado de alta resistência, enchimento em grão de ferro, costuras reforçadas, regulagem e fechamento em velcro.	UN	02
15	Aparelho de alta frequência portátil. Equipamento de Alta Frequência totalmente portátil com controle de intensidade na própria caneta aplicadora. Deverá conter: 01 Aparelho; Manual de Instruções; 01 Eletrodo de Vidro Esférico “Cebolão” pequeno; 01 Eletrodo de Vidro Cauterizador; 01 Bolsa HTM para acondicionamento e transporte. Especificações Técnicas Tecnologia de operação microcontrolada; Correntes: Alta Frequência Canal: 01 Canal Modo: Contínuo; Intensidade: 12 Kvolts; Frequência portadora: 1.500Hz; Timer: 1 a 20 min; Chave seletora 120V/220V (BiVolt).	UN	01
16	Mini Pedal cicloergômetro fisioterapia portátil digital. Medidas do equipamento fechado: 32cm de altura 20cm de largura 40cm de comprimento Dobrável. Não produz ruídos, estrutura metálica com acabamento em pintura Eletrostática; pedais com tiras em borracha – prendem os pés ou mãos com segurança e conforto, confeccionado em Aço carbono Material de alta qualidade; Regulagem de força – que é acionada por aperto, possui contador digital de giros, tempo de exercício e calorias queimadas; Acompanha: chave de aperto, proteções nos pedais para evitar que os pés escapem durante o exercício e manual de instruções. Equipamento feito em aço carbono com contador digital.	UN	01
17	Cabo de ECG de 10 vias tipo garra para aparelho eletrocardiógrafo. Cabo com 10 vias e rabichos coloridos; Pino em forma de Garra; Produto resistente, seguro e com registro na Anvisa	UN	01
18	Eletrodo Descartável ECG Adulto - Pacote com 50 un.	UN	10
19	Brinquedo didático de madeira formas geométricas coloridas de encaixe, com no mínimo 12 peças.	UN	02



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

20	Cozinha infantil de brinquedo completa contendo: 1 Cozinha Infantil; 2 Panelas; 2 Copos; 2 Pratos; 4 Talheres; 1 Concha; 1 Escumadeira; 1 Colher; 1 Espátula.	UN	01
21	Frutinhas de brinquedo com velcro educacional: Material Principal: Plástico e velcro; Materiais duráveis e não-tóxicos, livre de BPA; Tamanho aproximado de cada frutinha: 6-10cm (varia conforme o modelo); Conjunto com mais de 10 frutinhas diferentes: maçã, banana, uva, morango, abacaxi, laranja, pera, pêssago, limão, cereja, melancia e kiwi; Cada frutinha é composta por duas partes que se unem com velcro, simulando o corte de frutas de verdade; Brinquedo educativo que auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, reconhecimento de cores, formas e texturas, além de incentivar o brincar de faz de conta e a criatividade das crianças; Faixa etária: 3 anos ou mais.	UN	01
22	Brinquedo Infantil Bloco de Montar encaixe (CAIXA INCLUSA) - 150 Peças Grandes Blocos de montar incluindo rodinhas e eixos para a montagem de carrinhos, trenzinho, etc. Cores: Sortidas Rodinhas: Sortidas Tamanho: variado Composição: Plástico	UN	01
23	Jogos De Tabuleiro 6x1: Xadrez; Damas; Ludo; Trilha; Jogo da Velha e Resta 1.	UN	01
24	Jogo educativo infantil de trilha Faixa etária: 5 anos ou mais.	UN	01
25	Jogo da memória infantil em MDF com figuras infantis e com no mínimo 24 peças.	UN	02
26	Jogo de cartas tipo uno original c/112 cartas.	UN	01
27	Kit quebra cabeças com no mínimo 6 quebra cabeças em Madeira ou MDF com figuras infantis.	UN	01
28	Blocos de montar magnéticos bolas e bastões brinquedos com no mínimo 100 peças, incluso bolsa de embalagem de armazenamento.	UN	01
29	Kit Instrumentos musicais infantil: violão; pandeiro; flauta; tambor e guitarra.	UN	01
30	Brinquedo De Encaixe Didático Animais peças em madeira ou MDF animais sortidos; com no mínimo 7 peças.	UN	02
31	Jogo de boliche brinquedo infantil:	UN	01



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

	Conjunto completo com 10 pinos 30cm e 2 bolas de 5cm de diâmetro; Material 100% plástico.		
32	Kit com 04 Livros de histórias infantis sensoriais com diferentes histórias. Capa dura.	UN	06
33	Carrinhos de fricção de brinquedo diferentes modelos e tamanhos de aproximadamente 20 a 30cm cada.	UN	04
34	Kit Massa de Modelar Soft com 6 Potes De 150g cada cores sortidas; produto a base de amido; não tóxico.	UN	02
35	Pacotes de balões Tam. 09 redondos coloridos pacote c/50un cada.	UN	20
36	Kit 24 Bolha de Sabão em embalagem plástica muito resistente com ilustração dos temas em cores vivas e de alta resolução. Pote contendo 50 ml de líquido para fazer bolhas. Dimensões: Altura: 10 cm Diâmetro 3,5 cm Circunferência 10 cm.	UN	01
37	Abaixador de língua com aroma e sabor; modelo animal pacote c/40un cada; produzido em plástico atóxico, produto descartável; embalado individualmente e higienizado.	UN	10
38	Kit Infantil Mesa com Duas Cadeiras dobráveis: com bordas arredondadas, estampa infantil e estrutura de aço resistente; as cadeiras e mesa são dobráveis, facilitando o transporte e armazenamento. com pés emborrachados, oferece estabilidade em diferentes superfícies.	UN	01
39	Espelho retangular com moldura de madeira 1,60mx60cm.	UN	01
40	Jogo Pula macaco infantil Dimensões e Peso: Altura com embalagem: 35 cm Largura com embalagem: 7 cm Comprimento com embalagem: 29 cm Peso com embalagem: 52 g	UN	01
41	Jogo pula pirata infantil tamanho grande, contendo: 1 barril; 1 pirata e 16 adagas.	UN	01
42	Jogo educativo infantil cilada	UN	01
43	Relógio de parede led digital grande com termômetro Alimentação: 220V Diâmetro 36cm Formato: retangular Acompanha fonte Manual de instrução	UN	01
44	Aspirador de secreção bivolt 1,3L. Possui proteção antibacteriana microban.	UN	02



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

Características do produto: portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; ideal para absorver líquidos e secreções em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e qualquer outra que necessite da função. 01 aspirador; 01 frasco de 1,3l com tampa; 01 mangueira de silicone; 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 tampa do recipiente 01 conjunto com 3 filtros de ar; 01 extensão; 01 manual de instruções.		
---	--	--

8. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

A aquisição anteriormente mencionada possui natureza de bens comuns, de acordo com o Decreto Municipal nº 4.352/2023.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar documentos e informações que comprovem a capacidade de realizar o objeto do presente processo licitatório, a título de habilitação, que se dividem nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 em:

I - Jurídica;

II - Técnica;

III - Fiscal, social e trabalhista;

IV - Econômico-financeira.

9. PRAZO DE ENTREGA:

Prazo de Execução /Entrega: imediata ou em até 30 (trinta) para equipamentos e 15 (quinze) dias para os materiais didáticos/pedagógicos contados da ordem de fornecimento, devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, para que esse acompanhe a entrega.

10. LOCAL DE EXECUÇÃO/ ENTREGA

(X) **Local único:** A entrega dos produtos, deverá ser feita no seguinte endereço: Rua Júlio de Castilhos, nº 745, bairro Centro, na cidade de Rodeio Bonito/RS, Secretaria de Saúde.

11. DETALHAMENTO DA DESPESA E RECURSO

Origem do Recurso

(X) Próprio

12. RECURSO ORÇAMENTÁRIO



Av. do Comercio, 196| CEP: 98360-000
Fone:55 3798 1155 | fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

Fonte do Recurso: 4500 - 4505

Projeto/Atividade: 2137 - 1138

Elemento de Despesa: 33903014000000 – 33903036000000 – 44905208000000

13. PESQUISA DE PREÇOS

As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços. A Lei nº 14.133/2021 exige a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração, por esses motivos:

(X) Foi realizada pesquisa de preços pelo requisitante para atender o objeto especificado neste documento, conforme documentos anexos, sendo o valor estimado de **R\$ 86.205,85** (oitenta e seis mil e duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme art. 18, §1º, Inciso VI, da Lei nº 14.33/2021.

14. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER CONTRATADO O OBJETO

IMEDIATA, destaca-se a importância da realização do fornecimento dos materiais solicitados, para uso em ações de prevenção, em caráter de emergência.

15. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA DEMANDA

(X) Não

16. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO

Nome: Janaina C. de Pelegrin

Cargo: Secretária de Saúde

E-mail: saúde@rodeio bonito.rs.gov.br

17. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA – SETOR REQUISITANTE/DEMANDANTE

Submeto o presente Documento de Formalização de Demanda para avaliação.

Rodeio Bonito/RS, 05 de junho de 2024.

Responsável pela elaboração do TR
Camila Da Silva

Secretária de Saúde
Janaina C. de Pelegrin

18. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Após criteriosa análise do objeto a ser contratado, assim como sua adequação ao interesse público municipal, cujas especificidades restaram devidamente comprovadas e cumpridas neste Documento de



Av. do Comercio, 196| CEP: 98360-000
Fone:55 3798 1155 | fax: 55 3798 1184
E-mail: administracao@rodeio bonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

Formalização de Demanda, **DEFIRO** o pedido e **DETERMINO** a contratação do objeto constante neste documento termo por:

LICITAÇÃO

Encaminhe-se este expediente à Assessoria/Procuradoria Geral do Município para fins de verificar o cumprimento dos requisitos legais deste procedimento, circunstância em que este órgão poderá realizar as recomendações e ajustes necessários para, em seguida, ser encaminhado para formalização do processo de contratação.

Atentem-se os órgãos que sucederem este expediente para a prioridade de contratação indicada neste DFD, o qual resta **HOMOLOGADO**.

Rodeio Bonito, RS ____/____/2024.

Paulo Duarte
Prefeito Municipal