



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

PUBLICADO NO MURAL DE AVISOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL  
Rodeio Bonito - RS

De 17/08/18

A \_\_\_\_\_  
maiores

**EDITAL DE PREGÃO Nº 30/2018**

**Município de Rodeio Bonito - RS**

**Edital de Pregão Presencial nº 30/2018**

**Tipo de julgamento: menor preço por item**

**Processo nº 79/2018**

**Edital de pregão para Aquisição Ventilador Pulmonar Eletrônico Microprocessado, indicado para uso em terapia intensiva para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, para a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social do Município de Rodeio Bonito RS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RODEIO BONITO**, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, **que às 8h30min, do dia 31 de agosto do ano de 2018**, no departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito RS, localizada na Avenida do Comércio, 196, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Administração Municipal, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisição de Ventilador Pulmonar para o Município de Rodeio Bonito RS, descrito no item 01 (objeto), processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 2014/2007, de 23 de maio de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93.

**1 - DO OBJETO:**

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamento para o Município de Rodeio Bonito RS, de acordo com as especificações a seguir:

Um Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para assistência ventilatória de pacientes Adulto, Pediátricos e Neonatos, para ventilação invasiva e não invasiva; indicado para terapia intensiva; montado em pedestal com rodízios e freio; Nacional; Modos Ventilatórios: Ventilação com volume controlado (assistido/controlado); Ventilação com pressão controlada (assistido/controlado); Volume controlado com pressão regulada; Pressão de Suporte (PSV); Pressão de Suporte + Volume Corrente Garantido; Ventilação com Pressão Bifásica; Ventilação mandatória intermitente sincronizada. Ventilação não invasiva. Modos Ventilatórios neonatais: Ventilação com pressão controlada (assistido/controlado); Pressão de Suporte (PSV); Ventilação Ciclado por Tempo com Pressão Limitada; CPAP Nasal. Especificação técnica: Sensibilidade para disparo espontâneo que abranja a faixa de -0,5 a -12 cmH<sub>2</sub>O por pressão e



PREFEITURA DE

**RODEIO BONITO**

Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000

Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184

[licitacao@rodeio bonito.rs.gov.br](mailto:licitacao@rodeio bonito.rs.gov.br)