

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026

Processo Administrativo Nº 785/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DOUGLAS GOMES MACIEL

Data de Publicação: 06/08/2026 10:20:30

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 19.900,00

Descrição: Mesa Ginecológica Elétrica com Foco Clínico e Mocho Mesa ginecológica elétrica destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos em consultórios, ambulatórios, clínicas e hospitais. Equipamento dotado de sistema elétrico para regulagem de altura, proporcionando maior conforto à paciente e ergonomia ao profissional de saúde. Possui estrutura metálica de alta resistência, leito estofado revestido em material impermeável e de fácil higienização, encosto com regulagem de inclinação, pernas anatômicas ajustáveis, bandeja coletora em aço inoxidável, suporte para papel descartável e demais acessórios necessários ao atendimento ginecológico. O conjunto deverá ser fornecido com foco clínico em LED para iluminação da área de exame e mocho ergonômico com regulagem de altura. 4. Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios) Mesa ginecológica com acionamento elétrico para regulagem de altura; Estrutura confeccionada em aço carbono ou aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Capacidade mínima de carga de 180 kg; Leito estofado com espuma de alta densidade; Revestimento em material impermeável, resistente e de fácil higienização; Encosto com regulagem de inclinação; Pernas anatômicas, acolchoadas, com regulagem de altura, abertura e posicionamento; Bandeja coletora removível em aço inoxidável; Suporte para rolo de papel descartável; Sapatas niveladoras ou rodízios com sistema de travamento, conforme modelo do fabricante; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica local (127/220 V ou bivolt); Foco clínico de LED com haste flexível e iluminação adequada para exames; Mocho ergonômico com regulagem de altura por sistema pneumático, assento estofado e base estável. 5. Desempenho e Funcionalidades Regulagem elétrica suave e silenciosa da altura; Facilitar o posicionamento da paciente durante exames e procedimentos; Proporcionar estabilidade estrutural durante a utilização; Permitir limpeza e desinfecção rápida das superfícies; Oferecer iluminação adequada por meio do foco clínico em LED; Garantir conforto e ergonomia ao profissional por meio do mocho com ajuste de altura. 6. Segurança e Ergonomia Estrutura resistente e estável; Bordas e superfícies sem cantos vivos; Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo; Sistema elétrico protegido contra sobrecarga, conforme especificações do fabricante; Estofamento confeccionado com materiais atóxicos e de fácil higienização

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / ALF-MEG AC02/E	19.900,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	MEDPEJ / MEDPEJ	19.900,00
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	PRÓPRIA / PRÓPRIO	19.800,00
VS COSTA E CIA LTDA	GIGANTE CE9000G / GIGANTE CE9000G	19.900,00
OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	Olsen / Gineco + Opcionais	58.700,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MEDPEJ / CG7000 N	19.900,00
DORAMEL	LZA / ELETRICA	18.898,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 3.125,55

Descrição: COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Processador: Intel Core i5 de 10ª geração ou superior, ou equivalente AMD Ryzen 5 Memória RAM: mínimo de 8 GB Armazenamento: SSD de 256 GB ou superior Tela: 15,6", resolução mínima Full HD (1920x1080) Placa de vídeo: integrada ou dedicada básica compatível com softwares de escritório Sistema operacional: Windows 11 Professional ou equivalente Conectividade: Wi-Fi 802.11 ac/ax, Bluetooth 5.0 ou superior Portas: mínimo de 2 USB-A, 1 USB-C, saída HDMI, entrada para fone/microfone e câmera; Teclado: padrão ABNT2, com teclado numérico integrado (quando aplicável); Bateria: autonomia mínima de 6 horas; Peso: máximo de 2,0 kg Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Autor	Marca/Modelo	Valor
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	HQ / NHJ-W11H-CI72	3.380,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	3.124,00

LOTE 3

Item: 1	Quant.: 2	Unidade: UN	Val. Ref.: 413,35
----------------	-----------	-------------	-------------------

Descrição: Biombo Hospitalar Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Biombo hospitalar com, no mínimo, 03 (três) faces articuladas; Estrutura tubular em aço carbono ou aço inoxidável; Acabamento em pintura eletrostática a pó ou material resistente à corrosão; Painéis confeccionados em tecido hospitalar, lona impermeável, PVC ou material equivalente de fácil limpeza; Rodízios com giro de 360° para movimentação, sendo desejável sistema de travamento; Dobradiças resistentes que permitam abertura e fechamento das faces; Dimensões compatíveis com uso hospitalar, garantindo privacidade ao paciente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	RENASCER / RN	890,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / ALF B3T	413,00

LOTE 4

Item: 1	Quant.: 3	Unidade: UN	Val. Ref.: 561,00
----------------	-----------	-------------	-------------------

Descrição: Balança Pediátrica Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança eletrônica pediátrica; Capacidade mínima de 15 kg; Divisão de leitura (resolução) máxima de 5 g ou 10 g, conforme capacidade do equipamento; Concha anatômica confeccionada em material resistente, atóxico e de fácil higienização; Display digital de fácil visualização; Função Tara; Função de retenção (Hold) ou estabilização automática da pesagem; Desligamento automático para economia de energia, quando aplicável; Alimentação por rede elétrica, bateria recarregável ou sistema bivolt automático, conforme fabricante; Base antiderrapante que proporcione estabilidade durante o uso, Possibilitar utilização da função Tara para pesagem com mantas ou outros acessórios; garantir estabilidade da medição mesmo com pequenos movimentos da criança, Concha com formato anatômico para acomodação segura do paciente; Estrutura estável e resistente ao uso contínuo; Superfícies lisas, sem arestas cortantes e de fácil higienização, Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. Possuir aprovação e/ou certificação do INMETRO para instrumentos de pesagem, exigida pela legislação vigente; atender à regulamentação metrológica aplicável aos instrumentos de pesagem não automáticos destinados à área da saúde; possuir certificação de segurança elétrica, quando aplicável

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	BK / BB25	980,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	560,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	BALMAK / balança pediátrica especificações técnicas	2.044,80
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	LIDER / LD230 BABY	561,00

LOTE 5

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 875,00
----------------	-----------	-------------	-------------------

Descrição: BALANÇA DIGITAL Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: balança digital para pacientes; Capacidade: mínimo de 200 kg; Divisão mínima: 100 g (0,1 kg) Plataforma: ampla, antiderrapante e resistente a impactos Material da plataforma: aço inox ou alumínio com revestimento antiderrapante; Display: digital, fácil leitura, com luz de fundo opcional Funções adicionais: tara automática, desligamento automático, indicativo de bateria baixa; Alimentação: bateria recarregável ou pilhas AA, com autonomia mínima de 6 horas contínuas Estrutura: resistente e estável, com pés ajustáveis Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Atender às normas da ANVISA e regulamentações aplicáveis a equipamentos médicos e hospitalares Estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes). Ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	MICHELETI / MIC200	875,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	874,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	BALMAK / balança digital especificações técnicas mí	3.929,41
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	LIDER / P300M	875,00

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 915,00

Descrição: MACA SEM RODINHAS Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura: confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó Leito: estofado, revestido em courvin ou material sintético impermeável, lavável e resistente a desinfetantes hospitalares Espuma: densidade mínima D-28 Cabeceira: regulável por sistema manual (cremalheira ou similar) Posição: fixa, com cabeceira reclinável 5. Dimensões Aproximadas: Comprimento: mínimo de 1,80 m Largura: mínimo de 0,55 m Altura: entre 0,70 m e 0,80 m 6. Capacidade de Carga: Suporte mínimo de 150 kg distribuídos uniformemente Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	SN / MR	915,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / ALF-MEC AC02	915,00
E-LEVEN GROUP LTDA	Caumaq Ltda / CM 1000	915,00
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	PRÓPRIA / OLI126	915,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	MM / MM	915,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 141,00

Descrição: ESCADA 2 DEGRAUS Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Número de degraus: 2 Material: alumínio ou aço com pintura eletrostática, resistente à corrosão Degraus: superfície antiderrapante, com altura uniforme e segura Capacidade de carga: mínimo 150 kg Estrutura: estável, com pés antiderrapantes ou niveladores Peso máximo da escada: 6 kg Dimensões aproximadas: altura 40 cm, largura 40 cm, profundidade 50 cm (aproximadas; validar necessidade)

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	SN / E2	141,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / ALF E2D	141,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	BP / BP	141,00
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	HOSP / ESC2	130,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 649,00

Descrição: Mesa Escrivania em L Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios) Formato em "L"; Tampo confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm; Revestimento melamínico BP ou equivalente, resistente a riscos e umidade; Bordas revestidas em fita de PVC ou ABS; Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó ou estrutura em painel de madeira de igual resistência; Sapatas niveladoras para compensação de irregularidades do piso; Dimensões compatíveis com uso administrativo, com comprimento mínimo de 1.500 mm em um dos lados e profundidade mínima de 600 mm; Capacidade para suportar equipamentos e materiais de escritório de uso contínuo; Cor neutra, conforme especificação do órgão contratante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do produto. OBS: Montagem por conta do fornecedor no local.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	KROLL / SM	995,00
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / REF. 014	900,00
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	PRÓPRIA / M.150	1.260,00

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 255,50

Descrição: Reanimador Manual (AMBU) Infantil com Máscaras nº 0, 1 e 2 Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Reanimador manual infantil reutilizável ou descartável, conforme especificação do órgão contratante; Balão auto inflável confeccionado em silicone grau médico ou material equivalente de alta resistência; Capacidade compatível com uso pediátrico; Reservatório de oxigênio com capacidade compatível com o equipamento; Conector para rede de oxigênio; Válvula unidirecional de baixa resistência; Válvula limitadora de pressão (pop-off), quando aplicável; Máscaras faciais anatômicas nos tamanhos nº 0, nº 1 e nº 2; Componentes desmontáveis para limpeza e desinfecção, quando reutilizável; Conexões compatíveis com os padrões internacionais para equipamentos de ventilação manual; Produto isento de látex, quando aplicável. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Balão auto inflável infantil; 01 Reservatório de oxigênio; 01 Conjunto de válvulas; 01 Máscara facial nº 0; 01 Máscara facial nº 1; 01 Máscara facial nº 2; manual de instruções em português; certificado de garantia.

Autor	Marca/Modelo	Valor
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	SAFTI / INFANTIL	190,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	254,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FARMATEX / reanimador manual (ambu) infantil com más	255,50
DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	VITALGOLD / x	255,00

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 980,00

Descrição: ARMÁRIO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura: aço carbono ou aço laminado com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão; Portas: metálicas, com fechadura de segurança e chaves inclusas; Prateleiras: reguláveis, suportando mínimo de 15 kg cada; Dimensões aproximadas: altura 180 cm, largura 80 cm; profundidade 40 cm (aproximadas; validar necessidade local); Pés: ajustáveis ou niveladores,

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	RUSTIKA / 407	980,00
ALFA LICITAÇÕES LTDA	MOVEIS SC / SC02P	980,00
J BORELLA & BORELLA LTDA	PROPRIA / AM03	980,00
CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	PROPRIA / ARMC80	980,00
HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	PROPRIA / A402/40	980,00

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 72,00

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: esfigmomanômetro aneróide portátil Manguito: adulto padrão (circunferência braquial entre 22 cm e 32 cm) Material do manguito: nylon ou poliéster resistente, fácil de higienizar Válvula de liberação de ar: precisa e ajustável Manômetro: leitura clara, escala de 0 a 300 mmHg Bolsa de insuflação: borracha resistente e durável Ponteira de conexão: metálica ou plástica resistente Certificação: dispositivo calibrado e aferido conforme normas técnicas Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 (um) esfigmomanômetro aneróide adulto 01 (um) manguito adulto 01 (uma) bolsa de transporte Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Conformidade: O equipamento deverá: Atender às normas da ANVISA aplicáveis a instrumentos de medição clínica; estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes); ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	71,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREMIUM / esfigmomanômetro adulto especificações técnica	212,16
DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	PREMIUM / x	72,00
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	PREMIUM / ADULTO	70,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 280,50

Descrição: Mocho Hospitalar . Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Assento anatômico, estofado com espuma de alta densidade; Revestimento em material impermeável, resistente e de fácil limpeza; Regulagem de altura por pistão a gás (sistema pneumático) ou mecanismo de desempenho equivalente; Base com, no mínimo, cinco apoios para maior estabilidade; Rodízios de duplo giro, resistentes ao uso contínuo; Estrutura em aço com acabamento cromado ou pintura eletrostática de alta resistência; Regulagem de altura com acionamento por alavanca; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Materiais resistentes aos produtos utilizados na limpeza e desinfecção hospitalar.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	PRÓPRIA / 600.GIR.MOCHO.S/E	280,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	P.M. / OPERATIVA	460,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	BP / BP	280,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	RENASCER / mocho hospitalar . especificações técnicas m	1.292,80
ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	ALFRS / REF. 048	500,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.243,00

Descrição: CADEIRA DE RODAS DE OBESO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Estrutura em aço carbono ou material de alta resistência, com reforço estrutural; Pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo; Assento e encosto acolchoados, com espuma de alta densidade; Revestimento em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização; Largura do assento ampliada (mínimo de 60 cm); Braços fixos ou removíveis, reforçados; Capacidade mínima de carga: 200 kg; Pés com ponteiros antiderrapantes ou sapatas niveladoras; Estrutura estável, sem risco de tombamento. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	HIDROLIGHT / HD	1.690,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	1.242,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ORTOBRAS / cadeira de rodas de obeso especificações técni	7.433,60
DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	DELLAMED / x	1.243,00
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	PROLIFE / PL	1.230,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 875,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Descrição: Balança Antropométrica com Estadiômetro Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança antropométrica eletrônica com estadiômetro acoplado; Capacidade mínima de 200 kg; Divisão (resolução) máxima de 50 g até 100 kg e 100 g acima de 100 kg, ou superior em precisão; Plataforma em material resistente, com superfície antiderrapante; Display digital de fácil visualização; Função Tara e/ou Zero; Estadiômetro com faixa mínima de medição de 95 cm a 200 cm; Resolução do estadiômetro de, no máximo, 0,5 cm; Alimentação por rede elétrica, bateria ou sistema bivolt automático, conforme fabricante; Estrutura resistente e adequada ao uso contínuo em serviços de saúde. Plataforma ampla, estável e antiderrapante; Estrutura resistente ao uso contínuo; Bordas arredondadas e acabamento sem arestas cortantes; Estadiômetro com cursor de fácil deslizamento e leitura; Materiais resistentes aos produtos de limpeza e desinfecção utilizados em serviços de saúde; Equipamento projetado para proporcionar segurança ao paciente e ergonomia ao operador. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. Possuir aprovação e/ou certificação do INMETRO para instrumentos de pesagem, quando exigida pela legislação vigente; atender à regulamentação metrológica aplicável aos instrumentos de pesagem utilizados na área da saúde; Possuir certificação de segurança elétrica, quando aplicável; ser fabricado com materiais resistentes e adequados ao uso em estabelecimentos assistenciais de saúde; estar em conformidade com as normas brasileiras de ergonomia, segurança do trabalho e demais regulamentações técnicas aplicáveis.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	MICHELETTI / MIC200	875,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	874,50
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	LIDER / P300C	875,00
J & M ESPIGARES GESTAO E SUPRIMENTOS LTDA	cf edital / cf edital	875,00

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 17,00

Descrição: Cabo de Bisturi nº 03 Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Cabo de bisturi tamanho nº 03; fabricado em aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade; Compatível com lâminas de bisturi nº 10, 11, 12, 15, 15C e demais lâminas compatíveis com cabo nº 03; Acabamento sem rebarbas, imperfeições ou arestas cortantes; Superfície resistente à corrosão e ao desgaste; Empunhadura anatômica ou antiderrapante para maior segurança durante o uso; Instrumento reutilizável e compatível com processos de limpeza, desinfecção e esterilização em autoclave; Identificação permanente do fabricante e/ou tamanho do instrumento, quando aplicável.

Autor	Marca/Modelo	Valor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITAL / cabo de bisturi nº 03 especificações técnicas	17,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 271,00

Descrição: Kit de Instrumentos Cirúrgicos Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Instrumentais confeccionados em aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade; Acabamento polido ou fosco, livre de rebarbas, trincas, porosidades ou imperfeições; Resistência à corrosão e ao desgaste; Compatibilidade com processos de limpeza, desinfecção e esterilização em autoclave; Articulações com funcionamento suave, preciso e sem folgas excessivas; Instrumentos identificados pelo fabricante, quando aplicável; Estojo ou bandeja para acondicionamento dos instrumentos, quando previsto. Composição mínima sugerida do kit: 01 Cabo de bisturi nº 03; 01 Tesoura cirúrgica reta; 01 Tesoura cirúrgica curva; 01 Porta-agulhas; 02 Pinças anatômicas; 02 Pinças dentem de rato; 04 Pinças hemostáticas (retas e/ou curvas); 01 Estojo ou bandeja para acondicionamento. A composição poderá ser ajustada conforme a especialidade médica ou a necessidade do órgão contratante.

Autor	Marca/Modelo	Valor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITAL CASSIFLEX ABC AÇONOX / kit de instrumentos cirúrgicos especificações	970,40

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 89,77

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Tipo: esfigmomanômetro aneroide, portátil, Manguito: tamanho obeso (circunferência braquial entre 42 cm e 50 cm); Material do manguito: nylon ou poliéster resistente, fácil de higienizar Válvula de liberação de ar: precisa e ajustável; Manômetro: leitura clara, com escala de 0 a 300 mmHg; Bolsa de insuflação: borracha resistente e durável; ponteira de conexão: metálica ou plástica resistente; Certificação: dispositivo calibrado e aferido conforme normas técnicas Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 (um) esfigmomanômetro aneroide para obesos 01 (um) manguito tamanho obeso 01 (uma) bolsa de transporte Manual de instruções em português 8. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. 9. Conformidade: O equipamento deverá: Atender às normas da ANVISA aplicáveis a instrumentos de medição clínica; estar em conformidade com normas técnicas brasileiras (ABNT, IEC ou equivalentes); ser adequado para uso seguro em unidades de saúde

Autor	Marca/Modelo	Valor
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	PREMIUM / BR20D	85,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	89,75
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREMIUM / esfigmomanômetro obeso especificações técnicas mín	268,64

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 115,34

Descrição: Dispositivo para Medidas Antropométricas Tipo Histerômetro Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Histerômetro para uso ginecológico; confeccionado em aço inoxidável cirúrgico ou material médico equivalente; Superfície lisa, resistente à corrosão e de fácil higienização; Escala graduada para medição da profundidade uterina; Graduação de fácil visualização e leitura; Ponta com acabamento adequado para uso ginecológico, proporcionando segurança durante a inserção; Estrutura resistente e compatível com processos de limpeza, desinfecção e esterilização; Comprimento compatível com a finalidade de medição uterina; Instrumento reutilizável, quando aplicável.

Autor	Marca/Modelo	Valor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GOLGRAN COLLIN 28CM / dispositivo para medidas antropométricas tipo hist	268,64

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 695,00

Descrição: Oftalmoscópio Direto Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Oftalmoscópio direto portátil; Sistema de iluminação por LED ou tecnologia equivalente de alta eficiência; Controle de intensidade luminosa; Sistema óptico com lentes de correção e ajuste de foco; Faixa de dioptrias adequada para exames oftalmológicos; Conjunto de aberturas/aperturas para diferentes avaliações (ex.: feixe, círculo, semicírculo, estrela ou equivalentes); Filtro ou recurso para redução de reflexos, quando aplicável; Cabo e cabo com alimentação compatível com o modelo fornecido; Empunhadura anatômica para melhor controle durante o exame; Estrutura resistente e adequada ao uso clínico. Itens Inclusos (fornecimento obrigatório): 01 Oftalmoscópio direto completo; Cabo ou sistema de alimentação compatível; Fonte/carregador ou conjunto de baterias, quando aplicável; Estojo ou embalagem para transporte e armazenamento, quando aplicável; manual de instruções em português; certificado de garantia. 8. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	694,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	MD / MD	694,00
DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MD / , 2,5V, OMNI XENON	695,00
VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA	MD Omni 3000 OF / MD Omni 3000 OF	695,00
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	MD / OMNI	680,00

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 24,98

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Descrição: Cuba de Uso Hospitalar Redonda-Capacidade 200 ml Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Cuba hospitalar em formato redondo; Capacidade aproximada de 200 ml; Confeccionada em aço inoxidável ou material médico-hospitalar equivalente de alta resistência; Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas ou imperfeições; resistente à corrosão; fácil higienização e desinfecção; compatível com processos de esterilização, quando aplicável; Bordas com acabamento adequado para segurança durante o manuseio; Dimensões compatíveis com a capacidade especificada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	BZ / BZ	24,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTINOX / cuba de uso hospitalar redonda- capacidade 200 ml	316,80

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 284,00

Descrição: Maleta Educativa Montessori Sensorial Infantil ? Menina/Menino Maleta educativa infantil baseada na metodologia Montessori, destinada ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, sensoriais e de coordenação de crianças. Conjunto composto por materiais e atividades lúdicas que estimulam percepção tátil, raciocínio lógico, criatividade, concentração, coordenação motora fina e autonomia infantil. A maleta deverá possuir estrutura portátil, resistente e organizada, permitindo armazenamento e transporte dos componentes educativos. Indicada para uso em ambientes escolares, brinquedotecas, unidades de atendimento infantil e atividades pedagógicas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	ML / SM	284,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	280,00

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 78,50

Descrição: Brinquedo Educativo de Formas Geométricas Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Brinquedo educativo com peças de formas geométricas variadas; Composto por peças com diferentes formatos, tais como círculo, quadrado, triângulo, retângulo e outras formas compatíveis; Peças confeccionadas em material resistente, seguro e adequado ao público infantil; Material atóxico, livre de substâncias nocivas; Acabamento arredondado, sem pontas ou bordas cortantes; Peças com cores variadas para estímulo visual; tamanho das peças compatível com a faixa etária indicada; Resistente ao manuseio infantil contínuo; Fácil limpeza e higienização; Embalagem adequada para armazenamento das peças.

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	78,50
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CARLU 1072 / brinquedo educativo de formas geométricas especifi	78,50
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	ML / BQ	78,50

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 54,00

Descrição: Blocos de Encaixe Infantil Educativo Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Conjunto de blocos de encaixe educativos; Peças confeccionadas em material resistente, atóxico e adequado ao público infantil; Blocos com diferentes formatos, cores e possibilidades de montagem; Sistema de encaixe firme e compatível entre as peças; Acabamento arredondado, sem pontas ou bordas cortantes; Peças com tamanho adequado à faixa etária indicada; Resistência ao uso contínuo e ao manuseio infantil; Superfície lisa, lavável e de fácil higienização; Embalagem ou recipiente adequado para armazenamento das peças.

Autor	Marca/Modelo	Valor
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CARLU 1841 / blocos de encaixe infantil educativo especificaçõe	176,22

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 409,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Descrição: Kit de Avaliação Física Composição do kit: 01 Trena antropométrica inelástica com comprimento mínimo de 2 metros; 01 Adipômetro (plicômetro) para avaliação de dobras cutâneas; 01 Fita antropométrica para perímetros corporais; 01 Paquímetro antropométrico, quando aplicável; 01 Estadiômetro portátil ou outro instrumento para medição de estatura, quando previsto; 01 Maleta, bolsa ou estojo organizador.

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	409,00
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AVANUTRI / kit de avaliação física composição do kit: 01 tren	1.475,20

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 624,00

Descrição: Balança de Bioimpedância Especificações Técnicas Mínimas (requisitos obrigatórios): Balança eletrônica com tecnologia de bioimpedância; Capacidade mínima de pesagem de 150 kg; Plataforma resistente e antiderrapante; Display digital de fácil visualização; Medição de peso corporal; Análise de composição corporal por bioimpedância; Funções mínimas: percentual de gordura corporal, massa muscular, água corporal e IMC, quando aplicável; Memória para usuários ou identificação de perfis, quando aplicável; Alimentação por bateria, pilhas ou fonte elétrica, conforme modelo; Sistema de medição com precisão compatível com uso profissional; Estrutura resistente ao uso contínuo; manual de operação em português. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. 9. Conformidade: O equipamento deverá: Possuir regularização, registro ou cadastro junto aos órgãos competentes, quando aplicável; Atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis aos equipamentos de medição e avaliação corporal; possuir certificação de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética, quando aplicável; apresentar identificação do fabricante, modelo e informações técnicas do produto; atender aos requisitos de qualidade, segurança e desempenho previstos na legislação vigente; estar em conformidade com as normas brasileiras de ergonomia e segurança do trabalho aplicáveis ao equipamento

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	019/2026 / 019/2026	623,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	ML / SM	624,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA

Horário: 27/08/2026 10:01 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2bfca8f0bc8459fba61275ec976340e.pdf>

Horário: 27/08/2026 10:02 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3de5fd75dc3d480291c87ec2730371d1.pdf>

Horário: 27/08/2026 10:02 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3574f84f59de42d1af80377886fe3ea3.pdf>

Horário: 27/08/2026 10:03 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/16c220fc587f4520a018d96a9e6e4ce9.pdf>

CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA

Horário: 27/08/2026 10:12 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8244d4b0c79b414d8498ada5ca4dcd15.pdf>

Horário: 27/08/2026 10:13 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e3f34d37d644b22858b62c65e7a013e.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS