

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETO

Lava louças em inox, capacidade de 34 litros, painel de comando eletrônico frontal, acionamento automático da lavagem com fechamento do capô e ampla abertura do capô;
EQUIPAMENTO DE LAVAGEM E TERMODESINFECÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, de uso permanente para uso no setor de CME, conforme relatório técnico da vigilância sanitária, após inspeção no local, para equipar o local conforme as normativas e assegurar a segurança do paciente quanto a desinfecção dos materiais médico – hospitalar.

2) PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

2.1) AQUISIÇÃO DE BENS

2.1.1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE

Equipamentos/ Materiais Permanentes				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
EQUIPAMENTO DE LAVAGEM E TERMODESINFECÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. DUAS PORTAS <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE: 287 LITROS. • COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO. PROJETADA E CONSTRUÍDA CONFORME NORMA ISO 15.883-01-02-03-05. <ul style="list-style-type: none"> • EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA PROGRAMÁVEL DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS, ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) BOMBAS DOSADORAS.	R\$ 313.110,00	R\$ 398.500,00	R\$388.000,00	R\$ 366.536,66
LAVA LOUÇAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO FRONTAL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA LAVAGEM, COM FECHAMENTO e AMPLA ABERTURA DO CAPÔ. CAPACIDADE DO TANQUE 34litros. TENSÃO 220V.	R\$ 35.000,00	R\$ 38.500,00	R\$ 32.000,00	R\$ 35.166,00

TEMPERATURA 55°C A 65°C (LAVAGEM) E 80°C A 90°C.				
---	--	--	--	--

3) LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Endereço
Hospital Municipal DR. Aderbal Schneider	1	Rua Passo Real, nº 09. Bairro CEEE, Salto do Jacuí, RS. CEP 99440-000

3) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Fabricio Nogueira Lorenzi
CPF 961.427.740 - 87

5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisório será realizado com a simples conferência física do aparelho, junto com a nota fiscal, realizado pelo FISCAL do CONTRATO e equipe capacitada e o recebimento definitivo, no prazo de 30 dias a contar do recebimento provisório. O teste definitivo será realizado por empresa especializada em manutenção preventiva de equipamentos eletromédicos.

6) DOS ORÇAMENTOS

Declaro que:

- i) realizamos pesquisa de preços no mercado para a confecção deste Termo de Referência, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região;
- ii) os valores unitários inseridos neste Termo de Referência integram os orçamentos obtidos através da pesquisa de preço de mercado supramencionada; e
- iii) esses orçamentos ficarão à disposição da concedente e dos controles interno e externo pelo período de cinco anos, contados da publicação da decisão referente ao julgamento das contas dos administradores responsáveis pelo convênio.

Salto do Jacuí, 06 de novembro de 2023

Prefeito Municipal / Representante Legal da Entidade