



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Salto do Jacuí

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária, na busca pelo aprimoramento das atividades do HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, faz-se necessário a locação de UM CARRO DE ANESTESIA COMPLETO, COM CAPNÓGRAFO E MONITOR, para atender as demandas cirúrgicas conforme contratualização com o SUS.

Considerando que o Hospital Municipal de Salto do Jacuí possui um contrato com o SUS que estabelece a realização de 10 (dez) procedimentos cirúrgicos mensais, de média complexidade, além de um contrato com o Município de Jacuizinho, no qual estabelece a realização de 2 procedimentos cirúrgicos mensais.

Considerando que os pacientes cirúrgicos selecionados para serem atendidos no Hospital Municipal Dr Aderbal Schneider são através do Sistema de Regulação do Estado (GERCON), e após a primeira consulta com o cirurgião fica determinado ou não que a cirurgia poderá ser realizada nesse Hospital, atendendo a demanda clínica do paciente com as condições em que o Hospital oferece. E após avaliação do cirurgião, a médica anestesista determina o tipo de anestesia, se fazendo assim necessário, por muitas vezes, a anestesia geral, a qual necessita o aparelho (carro) de anestesia.

Considerando que para a correta assistência ao paciente é necessário oferecer uma cirurgia segura, ao profissional médico e ao paciente, com as condições básicas para a técnica recomendada.

E ainda considerando que o carro de anestesia modelo, que foi adquirido em 2020, através de licitação, começou a apresentar alguns problemas e foi encaminhado a assistência técnica especializada em Porto Alegre a dois meses, sem solução do problema até o momento. O mesmo será encaminhado ao fabricante, pela própria assistência, para realizar o conserto, conforme e-mail em anexo.

Sendo assim, é evidente a necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento para a população de Salto do Jacuí.

Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes
Prefeito Municipal de Salto do Jacuí



Porto Alegre, 27 de Outubro de 2023

À Prefeitura Municipal de Salto de Jacuí.

Parecer técnico referente ao equipamento **APARELHO DE ANESTESIA NOVITECH TESIA 3000** de número de série **63**.

Defeito constatado:

Em junho de 2023 foi enviado para a empresa **TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** pertencente ao **CNPJ 11.196.906/0001-40**, o equipamento **APARELHO DE ANESTESIA NOVITECH TESIA 3000** de número de série **63**, pertencente ao **HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER** de **CNPJ 89.658.025/0001-90**.

O aparelho em questão, foi submetido a uma pressão de ar elevada, além do indicado pelo fabricante, fazendo com que suas válvulas pneumáticas do módulo rotâmetro fossem danificadas, acarretando em vazamentos e prejudicando o funcionamento do manômetro de ar. Além disso, o aparelho de anestesia também apresentou erro de comunicação entre o IHM (Interface Homem Máquina) e o módulo ventilatório, impossibilitando a realização do auto teste.

Após a visita dos técnicos da empresa fabricante NOVITECH, foi passado a lista de peças que deveriam ser trocadas para garantir o bom funcionamento do equipamento. Foram elas:

- PLACAS I2C – 02 unidades. (Realizam a comunicação IHM – Módulo Ventilatório).
- VALVULA DO ROTAMETRO DE OXIGÊNIO – 01 unidade. (Válvula do equipamento danificada).
- VALVULA DO ROTAMETRO DE AR – 01 unidade. (Válvula do equipamento danificada).
- MANOMETRO PARA O AR – 01 UNIDADE (Manômetro do equipamento danificado).
- LINHAS PROXIMAIS – 01 UNIDADE (Linhas proximais do equipamento danificadas).

Com a chegada das peças, foi realizado, pelo técnico da empresa TELEMEDSUL, a troca e a realização dos testes. O equipamento permaneceu com o erro de vazamento no módulo de rotâmetro e devido a isso continuou não passando no auto teste.

Sendo assim, entramos em contato com a empresa fabricante NOVITECH e foi nos recomendado o envio do módulo para a empresa.

O módulo rotâmetro foi enviado para NOVITECH em 18 de Outubro de 2023. Aguarda-se o retorno para dar-se prosseguimento ao caso.

DocuSigned by:

Luana Flores

8BEE9F08C12A4EB...

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL