



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2022

Às 09:00 horas do dia 23 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 041/2022 de 11/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 896/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00023/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de câmara de conservação de vacinas, hemoderivados, kit reagentes, termolabeis e sangue, para atender a demanda da farmácia básica municipal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Câmara Conservação

Descrição Complementar: Câmara Conservação Capacidade Armazenagem: 504 L, Tipo Gabinete: Vertical ,
Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16.316,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000 .

Histórico

Item: 1 - Câmara Conservação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/11/2022 13:53:33
	Marca: PROPRIO						
	Fabricante: PROPRIO						
	Modelo / Versão: PROPRIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLABEIS E SANGUE – com as seguintes características: • Capacidade de armazenamento de 510 litros úteis; • 05 prateleiras; • Controle de temperatura c/indicação no painel através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete; • Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário; • Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados; • Homogeneização da temperatura através de sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara; • Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura; • Possuir módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha. • Confirmação na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; Iluminação interna de Luz Led resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta; • Memória com registros criptografados das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado; • Relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel; • Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados; • Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel, com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável); • Possuir baixo consumo e ultra silencioso, com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a); • Possuir degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; • Porta de alta resistência, com fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema anti-embaçante em modelos com vidro duplo ou triplo; • Limpeza e durabilidade, do gabinete interno em aço inoxidável, que garante assepsia, evitando a corrosão e facilitando a manutenção da câmara. COM REGISTRO ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
27.074.498/0001-93	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.300,0000	R\$ 16.300,0000	22/11/2022 16:05:47
	Marca: PRÓPRIA						

Fabricante: REVIMEDIC

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLABEIS E SANGUE, com as seguintes características mínimas:  Capacidade de armazenamento de 500 litros úteis;  05 prateleiras;  Controle de temperatura c/ indicação no painel através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete;  Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário;  Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados;  Homogeneização da temperatura através de sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara;  Pannel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura;  Possuir módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha.  Confirmação na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; Iluminação interna de Luz Led resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta;  Memória com registros criptografados das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado;  Relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel;  Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados;  Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel, com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável);  Possuir baixo consumo e ultra silencioso, com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a);  Possuir degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura;  Porta de alta resistência, com fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema anti-embacante em modelos com vidro duplo ou triplo;  Limpeza e durabilidade, do gabinete interno em aço inoxidável, que garante assepsia, evitando a corrosão e facilitando a manutenção da câmara.

Porte da empresa: ME/EPP

78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	1	R\$ 16.300,0000	R\$ 16.300,0000	22/11/2022	17:08:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versão: 504 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 504 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 504 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 504 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 504 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembacante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com prateleiras removíveis e ajustáveis,

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E	Não	Não	1	R\$ 16.300,0000	R\$ 16.300,0000	22/11/2022	17:22:02
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

COMERCIO
LTDA

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT 1100/560

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLABEIS E SANGUE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 LITROS ÚTEIS; 05 PRATELEIRAS; CONTROLE DE TEMPERATURA C/INDICAÇÃO NO PAINEL ATRAVÉS DE UM SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE; TEMPERATURA PRÉ-AJUSTADA ENTRE 2°C A 8°C, PERMITINDO ALTERAÇÃO SE NECESSÁRIO; EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÉM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA; PAINEL EXTERNO COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB, POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE TEMPERATURA; POSSUIR MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS REALIZADOS POR MEIO DE SENHA CONFIRMAÇÃO NA ABA OPCIONAIS AS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE UPGRADE; ILUMINAÇÃO INTERNA DE LUZ LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO; RELATÓRIOS (CRYPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL; EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS; ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL, COM ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHA EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA E BATERIA BAIXA (QUANDO POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL); POSSUIR BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO, COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO (LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A); POSSUIR DEGELAMENTO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA; PORTA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO, PUXADOR ANATÔMICO E SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE EM MODELOS COM VIDRO DUPLO OU TRIPLO; LIMPEZA E DURABILIDADE, DO GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE GARANTE ASEPSIA, EVITANDO A CORROSÃO E FACILITANDO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/560 CAPACIDADE INTERNA: 560 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	22/11/2022 14:16:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF610.500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLABEIS E SANGUE, com as seguintes características: • Capacidade de armazenamento de 500 litros úteis; • 05 prateleiras; • Controle de temperatura c/indicação no painel através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete; • Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário; • Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados; • Homogeneização da temperatura através de sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantêm a temperatura homogênea em toda a câmara; • Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura; • Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros realizados por meio de senha. • Confirmação na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; Iluminação interna de Luz Led resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta; • Memória com registros criptografados das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado; • Relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel; • Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados; • Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel, com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável); • Possui baixo consumo e ultra silencioso, com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a); • Possui degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; • Porta de alta resistência, com fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador anatômico e sistema anti-embacante em modelos com vidro duplo; • Limpeza e durabilidade, do gabinete interno em aço inoxidável, que garante assepsia, evitando a corrosão e facilitando a manutenção da câmara.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	33.554.685/0001-77	23/11/2022 09:00:02:180
R\$ 16.300,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:00:02:180
R\$ 16.300,0000	78.589.504/0001-86	23/11/2022 09:00:02:180
R\$ 16.300,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:00:02:180
R\$ 16.000,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:00:02:180
R\$ 15.840,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:10:37:033
R\$ 15.841,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:11:16:857
R\$ 15.824,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:14:05:753
R\$ 15.800,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:14:33:590
R\$ 15.784,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:14:58:597

R\$ 15.785,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:15:11:463
R\$ 15.765,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:15:28:973
R\$ 15.766,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:15:45:640
R\$ 15.749,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:16:03:567
R\$ 15.730,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:16:55:070
R\$ 15.714,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:17:58:513
R\$ 15.690,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:18:24:523
R\$ 15.674,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:18:47:420
R\$ 15.650,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:19:04:583
R\$ 15.634,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:19:28:267
R\$ 15.635,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:19:49:827
R\$ 15.600,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:20:13:863
R\$ 15.584,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:20:38:597
R\$ 15.550,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:21:06:017
R\$ 15.534,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:21:45:180
R\$ 15.500,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:21:51:740
R\$ 15.484,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:22:14:237
R\$ 15.485,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:22:31:450
R\$ 15.450,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:22:38:757
R\$ 15.451,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:22:41:753
R\$ 15.434,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:22:59:520
R\$ 15.400,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:23:15:917
R\$ 15.384,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:23:31:397
R\$ 15.385,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:23:50:867
R\$ 15.350,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:23:52:297
R\$ 15.351,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:24:06:470
R\$ 15.334,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:24:10:733
R\$ 15.335,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:24:15:477
R\$ 15.300,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:24:18:227
R\$ 15.301,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:24:24:753
R\$ 15.284,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:24:33:993
R\$ 15.250,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:24:42:610
R\$ 15.310,0000	78.589.504/0001-86	23/11/2022 09:24:44:547
R\$ 15.234,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:24:56:977
R\$ 15.200,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:25:01:313
R\$ 15.100,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:25:17:583
R\$ 15.101,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:25:20:763
R\$ 14.990,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:25:24:360
R\$ 14.991,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:25:29:080
R\$ 14.900,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:25:33:480
R\$ 14.850,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:25:49:220
R\$ 14.800,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:25:55:967
R\$ 14.801,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:26:01:400
R\$ 14.750,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:26:07:883
R\$ 14.700,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:26:16:883
R\$ 14.650,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:26:21:613
R\$ 14.651,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:26:30:373
R\$ 14.600,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:26:31:140
R\$ 14.550,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:27:10:860
R\$ 14.500,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:27:22:433
R\$ 14.450,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:27:29:047
R\$ 14.400,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:27:36:967
R\$ 14.350,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:27:43:983
R\$ 14.300,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:27:50:803
R\$ 14.250,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:27:54:220
R\$ 14.200,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:28:04:080
R\$ 14.150,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:28:11:807
R\$ 14.100,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:28:19:503
R\$ 14.000,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:28:35:333

R\$ 14.001,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:28:44:337
R\$ 13.900,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:28:44:580
R\$ 13.850,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:28:58:607
R\$ 13.800,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:29:08:163
R\$ 13.750,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:29:13:457
R\$ 13.700,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:29:21:500
R\$ 13.650,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:29:38:547
R\$ 13.600,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:29:47:917
R\$ 13.550,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:29:57:533
R\$ 13.500,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:30:04:237
R\$ 13.501,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:30:10:057
R\$ 13.450,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:30:15:040
R\$ 13.400,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:30:21:370
R\$ 13.350,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:30:34:867
R\$ 19.990,0000	33.554.685/0001-77	23/11/2022 09:33:29:437
R\$ 9.500,0000	81.618.753/0001-67	23/11/2022 09:34:44:573
R\$ 10.900,0000	27.074.498/0001-93	23/11/2022 09:35:54:873
R\$ 11.900,0000	04.470.103/0001-76	23/11/2022 09:35:55:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 09:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 09:34:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	23/11/2022 09:34:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 13.350,0000 e R\$ 13.501,0000.
Encerramento	23/11/2022 09:39:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	23/11/2022 09:39:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 09:49:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 10:05:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Aceite de proposta	23/11/2022 10:28:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000.
Habilitação de fornecedor	23/11/2022 11:10:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/11/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 09:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 09:34:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13.350,0000 e R\$ 13.501,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:32 do dia 23/11/2022.
Sistema	23/11/2022 09:39:33	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.500,0000, R\$ 10.900,0000 e R\$ 11.900,0000.
Sistema	23/11/2022 09:39:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 09:42:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/11/2022 09:46:39	Bom dia, senhores fornecedor

Pregoeiro	23/11/2022 09:47:22	Encerrada a fase de lances. Dando prosseguimento, daremos início a fase de aceitação das propostas comerciais
Pregoeiro	23/11/2022 09:49:41	Senhor Fornecedor, solicito ao vencedor da fase de lances, que envie a proposta comercial atualizada no prazo máximo de duas horas, conforme item do edital, sob pena de desclassificação, através de anexo. Ainda informo que não serão aceitos documentos fora do sistema
Sistema	23/11/2022 09:49:48	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/11/2022 10:05:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/11/2022 10:29:23	senhor fornecedor a proposta foi aceita e serão analisados os documentos de habilitação.
Pregoeiro	23/11/2022 11:09:53	senhor fornecedor, informo que após análise da documentação, a empresa foi considerada habilitada no certame. em breve será aberto prazo para apresentação de intenção interposição de recurso administrativo. Agradeço pela atenção de todos os participantes presentes
Sistema	23/11/2022 11:10:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/11/2022 11:10:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/11/2022 às 11:40:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/11/2022 08:31:40	
Abertura da sessão pública	23/11/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/11/2022 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/11/2022 09:42:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/11/2022 11:10:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/11/2022 11:10:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/11/2022 às 11:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:41 horas do dia 23 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GEOVANI MERLADETE DE PAULO MINUSSI
Pregoeiro Oficial

ANA RITA VARGAS
Equipe de Apoio

JOCENIR DURGANT SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

