

Assunto: **Fwd: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -
PE/90020/2026 - São Vicente do Sul - RS - Prazo:
12/03/2026 09:00**



De: <pregoeiro@saovicentadosul.rs.gov.br>
Para: licitacao <licitacao@saovicentadosul.rs.gov.br>
Data: 06/03/2026 13:34

- image003.png (~8 KB)
- Resposta pedido de esclarecimento P.E. 90.020.pdf (~3.2 MB)
- Resposta dimensões Item 7 P.E. 90.020.pdf (~75 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE/90020/2026 - São Vicente do Sul - RS - Prazo: 12/03/2026 09:00

Data:06/03/2026 13:24

De:pregoeiro@saovicentadosul.rs.gov.br

Para::daila@coremedrs.com.br

Boa tarde,

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado pelo setor demandante.

Informo, de forma sucinta, que o **item 14 permanecerá inalterado**, em razão das justificativas técnicas apresentadas pelo setor responsável. Ressalta-se que, em observância ao princípio da razoabilidade, não cabe a este Pregoeiro definir o que atende ou não às necessidades do hospital, especialmente diante da ausência de conhecimento técnico específico sobre o objeto. Dessa forma, adota-se o subsídio técnico apresentado pelo setor demandante.

Quanto ao **item 7**, considerando a hipótese levantada acerca da estrutura física já existente na repartição, foi sugerido por este Pregoeiro — e posteriormente aceito pelo hospital — o ajuste nos parâmetros dimensionais, passando a serem aceitas as seguintes medidas máximas: **largura de até 29 cm, comprimento de até 19 cm, altura de até 32 cm e peso bruto de até 5.000 g.**

A medida visa **evitar eventual direcionamento do certame e ampliar a competitividade**, ao mesmo tempo em que se adequa à realidade física da estrutura existente no hospital.

Maurício Biscaino de Paula

Agente de Contratação - Portaria 696/2025.

08000004377 Ramal 221 Setor de Licitações

Em 03/03/2026 13:33, daila@coremedrs.com.br escreveu:

Boa Tarde, Prezada Comissão!

Interessados em participar do referido pregão, solicitamos esclarecimento conforme segue abaixo, item 7 e 14:

Item 7 Monitor

Esclarecimentos

O certame apresenta descrição dúbia solicitando equipamento pré configurado num primeiro momento, em seguida descrevendo a possibilidade de inclusão de módulos, característica esta de monitores modulares. Vide:

de treinamento da equipe. Ser pré-configurado para monitoramento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Permite atualização simplificada com integração imediata de módulos adicionais ao conectar fisicamente ao sistema, sem necessidade de reconfiguração manual. Indicado para uso em hospitais, prontos atendimentos e unidades móveis. Possuir

Solicitamos confirmação de o monitor ofertado deve ser modular ou pré-configurado.

O certame solicita as seguintes dimensões: Largura: 29 cm, Comprimento: 19 cm, Altura: 32 cm, Peso bruto: 5.000 g. Estas características não contribuem para qualidade da monitoração, parâmetros ofertados, usabilidade, segurança dos pacientes ou usuários. Assim sendo esta exigência é demasiada excludente, limitando a participação de fabricantes com característica de construção que não influenciam a qualidade técnica do monitor.

Por estes motivos solicitamos aceite de monitores com dimensões e peso divergentes dos descritos.

Item 14 - eletrocardiógrafo

Esclarecimentos

O certame solicita função grade que possibilita o uso de bobina de fax e interface para modem, permitindo transmissão e recepção do ECG por fax quando aplicável. Estas características direcionam o certame para equipamento Bionet, mais especificamente Cardiocare 2000, registro ANVISA 80070210004. Encaminho em anexo manual para comprovação.

Destaco que a ao imprimir grade a chance de erro entre alinhamento da grade e ondas do exame aumenta, assim como o desgaste da impressora.

O eletrocardiógrafo Ritmus 1200 possui 12 canais, utiliza papel milimetrado termossensível, possui porta RJ45 e software para comunicação com computador, através de porta USB.

Visando o respeito à livre concorrência, solicitamos aceite da tecnologia ofertada.

Grata!

Daila Pazini

Comercial

daila@coremedrs.com.br

Rua Domingos Martins, 360 – Loja 1 - Canoas/RS

coremedrs.com.br



image003.png

~8 KB