



preventiva e corretiva em equipamentos , com os respectivos periféricos pertencentes à São Vicente do Sul. Os serviços a serem executados, assim como ferramentas e materiais a serem utilizados, deverão seguir as orientações do manual do fabricante. As manutenções preventivas, pré-agendadas, de 06 em 06 meses), como limpeza geral, lubrificação dos mecanismos, regulagem, drenagem dos compressores, verificação de vazamentos, verificação dos acionamentos de comando, lubrificação de peças de mão, troca de óleo quando necessário, verificação de mangueiras, verificação da fiação elétrica, relés e componentes eletroeletrônicos, realização de ajustes e teste funcional completo de cada equipamento para uso, fornecer peças , assim como todo o material necessário à execução do serviço. As manutenções corretivas serão realizadas de acordo com as necessidades e chamados a serem realizados através de e-mail, sendo que os mesmos deverão ser atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Os defeitos encontrados nas manutenções preventivas serão corrigidos a cargo da contratada.

A cada 06 (seis) meses deverá ser feita uma inspeção nos equipamentos no sentido de conservação geral, lâmpadas dos refletores, retentores, conexões, filtros, diafragmas, anéis, rings, válvulas pneumáticas, buchas arruelas, fios, graxas, óleos lubrificantes e componentes como placas eletrônicas, bombas de óleo e controladores, pintura, oxidação, trincas de solta, parafuso, ressecamento das mangueiras, sendo que a contratada deverá possuir as respectivas correções.

Caberá à contratada fornecer material de consumo: graxa, óleo lubrificante, estopa ou trapo, pincel, etc., e todo o equipamento e ferramentas necessárias para realização dos consertos, testes e medições que se fazem necessários para a correta operação e manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos. As visitas de manutenção preventiva e corretiva com os serviços e peças deverão ser registradas em formulário próprio com três vias no mínimo, uma para a Equipe de Manutenção, outra para o Setor e a terceira via para controle da contratada, todas conferidas pela pessoa responsável do Setor e pelo técnico de manutenção. Os técnicos da contratada terão livre acesso, aos aparelhos para execução dos serviços, desde que acompanhados por funcionários designados. Estão incluídas no preço do contrato todas as despesas legais e fiscais com funcionários da contratada, mão de obra, bem como transporte, estadias, etc. Caso exista a necessidade de substituição de peças, as mesmas estarão inclusas nos valores contratados, e serão substituídas a partir da constatação do defeito. A contratada deverá executar imediatamente os serviços. Nos casos em que equipamentos danificados não tenham a possibilidade de correção, deverá a empresa contratada apresentar Laudo de Condenação devidamente fundamentada e assinado por responsável técnico devidamente credenciado pela empresa.

FERRAMENTAS E EPI: Caberá à contratada fornecer todo o equipamento e ferramentas para a realização dos consertos, testes e medições que se fizerem necessários para a correta operação e manutenção corretivas e preventivas dos equipamentos. Todos os equipamentos de proteção



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | individual (EPI'S) e ferramentas necessárias à realização dos serviços serão de obrigação da Contratada. | | | |
| | <p>Unidades Basicas de Saúde:</p> <p>Posto Central:</p> <p>Balança Adulto: 03 Balança Pediatrica: 03 Esfigmomanometro: 15 Ecodopler Fetal Portatil: 05 Detector fetal de mesa digital:01 Unid Centrifuga de laboratorio: 01 Unidade Mesa Ginecologica eletrica c/ foco de led: 01 Unidade. Cadeira odontológica: 02 Unidades (01 sem instalar) Destiladora: 03 Unidades Mocho odontologico: 01 Unidade Compressor de ar 2HPc/reservatório Schultz MSa1/25 Bem 10786 (01 Unidade) Compressor de ar 40 Litros bem 21068: (02 Unidade) RX 01 Unidade Bomba à vácuo: 01 Autoclave de mesa digital 60 litros Bem 20105- 01 Unid Autoclave Stermax Bem 20055: 01 unidade Fotopolimerizador: 01 Unidade Incubadora DE INDICADOR BIOLÓGICO: BIOTECNOLOGIA/CLEAN UP MINI CLEAN (02 unid.) Ultrasson c/jato: 01 Unidade SELADORA MANUAL GRAU CIRÚRGICO DE MESA: BEM 19943: 02 Unidades Nebulizador : 02 Unidades</p> <p>Unidade Lauro Prestes:</p> <p>Mocho odontologico: 01 Unidade Cadeira Odontologica: 01 Unidade Ultrasson c/jato: 01 Unidade Contra-ângulo odontológico:01Unidade Caneta Odontológica, alta rotação: 01 Unidade</p> | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>PEÇA RETA, uso odontológico, rotação máxima: 20.000 rpm, tipo de broca: fg standard, sistema intra giratório, com instalação: 01 Unidade Fotopolimerizador: 01 Unidade Bomba à vácuo: 01 unidade RX 01 Unidade Autoclave Stermax-bem 20056: 01 Autoclave Horizontal LD plus21 litros -bem20783: 01 Destiladora: 01 Unidades Incubadora DE INDICADOR BIOLÓGICO: BIOTECNOLOGIA/CLEAN UP MINI CLEAN (01 unid.) Sonar portatil : 02 Balança Adulto: 01 unidade Balança Pediatrica: 01 unidade Nebulizador marca G tchec :01 UM Aparelho TEENS- 01 UN</p> <p>VILA RICA: SELADORA de pedal: 01 Unidade Mocho odontologico: 01 Unidade Cadeira Odontologica: 01 Unidade Contra-ângulo odontológico:01Unidade Caneta Odontológica, alta rotação: 01 Unidade PEÇA RETA, uso odontológico, rotação máxima: 20.000 rpm, tipo de broca: fg standard, sistema intra giratório, com instalação: 01 Unidade Fotopolimerizador: 01 Unidade Bomba à vácuo: 01 unidade RX: 01 Unidade Destiladora: 01 Unidades Fotopolimerizador: 01 Unidade Incubadora DE INDICADOR BIOLÓGICO: BIOTECNOLOGIA/CLEAN UP MINI CLEAN (01 unid.) Bomba à vácuo: 01 Unidade Destiladora: 01 Unidades Fotopolimerizador: 01 Unidade Sonar portatil : 01 Unidade Nebulizador marca G tchec :01 Un Autoclave Stermax-bem 20056: 01 Unidade Autoclave Horizontal LD plus21 litros -bem20783: 01 Unidade</p> | | | |
|--|--|--|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Compressor de ar odontológico Motomil -bem 20050: 01 unidade</p> <p>Loreto: Compressor de ar odontológico Motomil -bem 20050 Cadeira odontologica Completa: 01 Unidade Mocho odontologico: 01 Unidade</p> <p>HOSPITAL: Quantidades: Balança Adulto: 02 Balança recém-nascido Filizola 20 kg : 01 unidade. Oxímetro adulto e infantil: 05 (marcas nelcor,dixtal,medical)</p> <p>Compressor de ar marca motomil: 01 unidade Autoclave 75 Litros: 01 Destiladora de água : 01 Unidade Cama hospitalar eletrica marca hospital med: 02 unidades Maca sala de emergência marca Hastd: 01 unidade Cama hospitalar fawler lastro chapa: 20 unidades SELADORA de pacotes marcas Plus: 01Unidade Aspirador de secreção e fluidos marca aspira max: 07 unidades</p> <p>Eletrocardiograma marca cardio care: 01 unidade. Focos marca MDPJ : 02 unidades Berço aquecido marca Olidel cz:01 unidade Detector fetais digitais: 02 unidades Nebulizador marca G tchec :16 Desfibrilador (DEA) MARCA Instramed: 02 unidades. Monitor Cardiaco marca Comen: 01</p> | | | |
|---|--|--|--|



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>HOSPITAL: Quantidades: Balança Adulto: 02 Balança recém-nascido Filizola 20 kg : 01 unidade. Oxímetro adulto e infantil: 05 (marcas nelcor,dixtal,medical) Compressor de ar marca motomil: 01 unidade Autoclave 75 Litros: 01 Destiladora de água : 01 Unidade Cama hospitalar elétrica marca hospital med: 02 unidades Maca sala de emergência marca Hastd: 01 unidade Cama hospitalar fawler lastro chapa: 20 unidades SELADORA de pacotes marcas Plus: 01 Unidade Aspirador de secreção e fluidos marca aspira max: 07 unidades</p> <p>Eletrocardiograma marca cardio care: 01 unidade. Focos marca MDPJ : 02 unidades Berço aquecido marca Olidel cz:01 unidade Detector fetais digitais: 02 unidades Nebulizador marca G tchec :16 Desfibrilador (DEA) MARCA Instramed: 02 unidades. Monitor Cardiaco marca Comen: 01</p> | | | |
| | | | | |