

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 100015/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 24 de Agosto de 2020.

BERRY DO BRASIL LTDA

Rua Gustavo Henrique Meerson, 70 - Pq Ind. III

Solicitante: Caio Moreno

CEP: 13213-186 – Jundiaí/SP

Material: Laminado 25 gsm Não Respirável

Data de entrada: 13/08/2020

Hora de entrada: 13:31

Embalagem: Sacos Plásticos de PE + Envelope

Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Não aplicado

Lote: 46961/p

Composição: Não Tecido de Polipropileno + Polietileno

Gramatura: Não Tecido 10g/m² + Polietileno 15g/m²

Quantidade de Camadas: 2 camadas

Cor: Branco

Tamanho: Não aplicado

Fabricante: Berry do Brasil Ltda

N° do Produto: 01

Data da Fabricação: 13/07/2020

Data de Validade: 12 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana.