





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

30

| Nº 02/2025  |   | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA   |  |
|---|---|--|--|
| <b>Data:</b><br>04/02/2025  | <b>Setor Solicitante:</b> SECRETARIA DE SAUDE-<br><b>Responsável pela solicitação:</b> Paola Sturza<br><b>E-mail:</b> admhospital@saovicentodosul.rs.gov.br<br><b>Telefone Fixo:</b> 0800-000-4377 <b>Ramal:</b> 309  |  |  |
| <b>Material:</b><br>( ) Consumo<br>( ) Permanente<br>( x ) Serviços |   |  |  |
| <b>Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:</b>             | <b>Responsável Técnico:</b> Cássia Weiss<br><b>Telefone:</b> 08000004377 ramal 309  |  | <b>Previsão de Consumo:</b><br>Imediato  |
|   | <b>Objeto</b>   | <b>Departamento / Coordenação</b>  | <b>Secretário(a):<br/>Nome do Secretário</b>   |
| <b>Fiscal do Contrato:</b><br>Cássia Weiss                          | Qualificação térmica, de desempenho, de instalação e de operação de autoclave fabricante BS equipamentos indústria e comércio ltda, modelo 7,5 AUTOCLAVE DE MESA DIGITALE, programações INSTRUMENTAL EMBALADO 127°C, PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO 121°C e TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121°C no Hospital São Vicente Ferrer na cidade de São Vicente do Sul - RS. | 04/02/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.<br><br><br>Assinatura e carimbo | 04/02/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.<br><br><br>Secretário de Saúde<br>Assinatura e carimbo |
| <b>Gestor Do Contrato:</b><br>Gabriella Zuquetto                    |   |  |  |

**JUSTIFICATIVA** É exigido pela RDC Nº 15 de 15 de março de 2012 que dispõe sobre requisitos de boas práticas para processamento de produtos para saúde e dá outras providências no art. 37 que seja realizada qualificação de instalação, de operação e de desempenho dos equipamentos utilizados na esterilização de produtos para a saúde com periodicidade mínima anual.

Considerando que o Hospital São Vicente Ferrer é um serviço essencial e precisa prezar pelas normativas em saúde é necessário contratualizar tal serviço em caráter de urgência no momento para regularizar a situação atual do centro de materiais que não possui qualificação da autoclave válida no momento.

Para as próximas competências será encaminhado pedido de licitação de empresa para prestar esse serviço.



Destaca-se, portanto, conforme descrito acima a necessidade de contratação do serviço.

| I. | Material Especificado   | Q  | UN | Preço Unit.     | Total           |
|----|---|----|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Qualificação térmica, de desempenho, de instalação e de operação de autoclave fabricante BS equipamentos indústria e comércio ltda, modelo 7,5 AUTOCLAVE DE MESA DIGITALE, programações INSTRUMENTAL EMBALADO 127°C, PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO 121°C e TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 121°C no Hospital São Vicente Ferrer na cidade de São Vicente do Sul - RS. | 01 | UN | R\$<br>5.000,00 | R\$<br>5.000,00 |