



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nº 46/2025		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
Data: 28/10/2025		Sector Solicitante: SECRETARIA DE SAÚDE Responsável pela solicitação: Gilda Almeida E-mail: saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 319		
Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços				
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Telefone:		Previsão de Consumo: URGENTE	
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário	
Fiscal do Contrato: Chistiane Manfio	<i>O objeto da presente aquisição de INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.</i>	28/10/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.  Gilda Nunes de Almeida Oficial Administrativo Portaria nº 139/2023 Assinatura e carimbo	28/10/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  Secretária de Saúde Assinatura e carimbo	
Gestor Do Contrato: Gabriella Zuquetto				
JUSTIFICATIVA: Aquisição em caráter de urgência de estesiômetro justifica-se a compra deste produto em virtude de novos indicadores de Saúde atrelados a política de saúde pública em Saúde de Doenças Crônicas não transmissíveis, Oxímetro aquisição devido à grande crescente de casos gripais e bronquiolite infantil, Aspirador/ Sugador necessário para ter nas UBS para suporte pré-hospitalar em intercorrências. Quantidade mínima para sanar a urgência sendo que será adquirido mais quantidade via licitação, devido aos tramites da licitação, não tem como esperar a conclusão.				
I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	Estesiometro monofilamento semmes-weinstein laranja 10g	03	UN	
2	Oxímetro Pediátrico Display OLED dual color (cor dupla) com visor rotacional ajustável em 6 direções;	06	UN	



	Desliga automaticamente em aproximadamente 8 segundos; Recarregamento via USB; Beep e aviso sonoro ajustáveis com menu de configurações. Tipo: Pulso (Tipo Dedo) Uso: Pediátrico (até 12 anos) Display: OLED Dual Color Alimentação: Bateria de Lítio (Carregamento através de cabo USB) Tamanho: 44mm x 28,3mm x 26,5mm (Aproximadamente) Diâmetro do Dedo: A partir de 6mm COM REGISTRO NA ANVISA			
3	Aspirador/sugador, uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Capacidade do recipiente: 1 litro. Características técnicas: bivolt – através de chave seletora, sistema compressor tipo pistão oscilante, válvula automática de nível contra transbordamentos, vácuo máximo entre 18 e 21 pol/hg, vazão: 15 l/min. Potência: 75w; 1/10hp;1/10cv Procedência: nacional	03	UN	