





Nº 26/2025		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 03/06/2025	Sector Solicitante: SECRETARIA DE SAÚDE Responsável pela solicitação: Gilda Almeida E-mail: saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 319		
Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Telefone:		Previsão de Consumo: URGENTE
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Jucele Siqueira Cristian Jeferson	Contratação de empresa exclusiva manutenção preventiva, câmaras conservadoras de medicação e vacinas da marca ELBER.	03/06/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	03/06/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Gestor Do Contrato: Gabriela Zuquetto			
		 Gilda Nunes de Almeida Oficial Administrativo Portaria nº 139/2023 Assinatura e carimbo	 Gabriella da Silva Zuquetti Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 536/2024 Secretária de Saúde Assinatura e carimbo
JUSTIFICATIVA: O presente termo, tem como objeto a necessidade de manutenção preventiva semestralmente conforme, exigência da 4ª Coordenadoria de Saúde, de acordo com os critérios da legislação, garantindo a qualidade dos insumos, evitando possíveis problemas e perda da qualidade dos medicamentos e vacinas ocasionando desperdício., Desta forma, faz-se necessário contratação de empresa exclusiva especializada para realizar estas manutenções, com vista a evitar que tais apresentem defeitos. A contratação se faz necessária ainda, para suprir as necessidades de manutenção e conserto da Farmácia Municipal e Sala de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde.			



I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DA CÂMARA DE VACINAS, DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, COMPREENDENDO LIMPEZA E INSPEÇÃO COMPLETA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E MECÂNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS, TESTE DE VEDAÇÃO DAS PORTAS, RELATÓRIO DETALHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS.	1	SVÇO	

