



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2025**

Ao(s) Dezenove dia(s) do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, às Nove Horas, nas dependências da Secretaria Municipal da Fazenda, reuniu-se , pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº de 30/12/1899, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo nº 96/2025, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 18/2025 o qual visa a Registro de preços visando a contratação futura para aquisições de câmara para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Taquari/RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: II – Formulário de Proposta Comercial, parte integrante do edital.. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
LEV INDUSTRIAL LTDA	Jardel Baron Estevão

Dando prosseguimento, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
LEV INDUSTRIAL LTDA	Jardel Baron Estevão	Maravilha - SC

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - Câmara para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, com capacidade interna de no mínimo 1000 litros, com as seguintes especificações mínimas:

- **GABINETE EXTERNO:** construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão;
- **GABINETE INTERNO:** construídos em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética com contra-portas de acrílico. Ventilação interna através de micro-ventiladores para homogeneização da temperatura, com desligamento quando da abertura da porta, dotados de iluminação com acionamento automático ou temporizado;
- **ISOLAMENTO TÉRMICO** - Em poliuretano injetado de alta densidade, isento de CFC (clorofluorocarboneto);
- **PORTAVERTICAL:** em vidro duplo, com sistema anti-embaçamento, abertura vertical, com vedação através de perfil magnético, dotada de puxador anatômico;
- **REFRIGERAÇÃO:** através de compressor hermético, isento de CFC, placa evaporadora ou ar forçado com sistema de degelo automático. Termostato de segurança para baixa temperatura;
- **PAINEL DE COMANDO:** Painel dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital de temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensores tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para: refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura ambiente externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível de carga das baterias. Menu para visualização dos parâmetros controlados. Equipada com quatro sensores, sendo um para leitura



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

digital da temperatura, imerso em solução de glicerol, outro diretamente no ar para controle do compressor de frio, um terceiro captando a temperatura ambiente da sala e um quarto, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente.

- FAIXADE TRABALHO: Entre 2°C e 8°C com set point em 4,0 °C – Travado entre 3,5 °C e 5,5°C.
- SISTEMA DE SEGURANÇA: Todas as câmaras dotadas de termostato de segurança. Este acessório deverá estar instalado em paralelo com o controlador da câmara e assumir automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio, sempre que houver falha no comando eletrônico;
- ALARMES: temperatura baixa, temperatura alta, porta aberta, falta de energia elétrica, sistema de emergência em atividade, nível de carga de bateria, ambas com tecla de inibição para silenciar o buzzer.
- REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque.
- SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA: Baterias seladas, com recarregador automático e indicação do nível de carregamento no painel. O painel eletrônico de controle da câmara deve possuir bateria selada com autonomia para 48 horas e recarregador automático;
- OUTROS:
 - Software de Gerenciamento: Data-logger que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento via internet.
 - Kit chave na porta.
 - Calibração via RBC (Rede Brasileira de Calibração).
 - Controlador de temperatura com sistema P.I.D.
 - Controlador de energia elétrica.
 - Tensão: 220Volts.
 - Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada.
 - Registro do produto na ANVISA.

Empresa: 2020819 - LEV INDUSTRIAL LTDA	
Proposta Inicial: 19.150,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 19.150,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura do envelope nº 02 - Documentação da Empresa vencedora no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em impugnar o presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica deste Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para que, querendo, proceda com a Homologação e Adjudicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Pregoeiro
Portaria Nº de 30/12/1899

EQUIPE DE APOIO



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA, 1790
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38
Setor de Licitações

ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA
FUNCIONARIO PUBLICO

STEFANI DA SILVA SANTOS
FUNCIONARIO PUBLICO

EMPRESAS PARTICIPANTES:

Jardel Baron Estevão
LEV INDUSTRIAL LTDA