

Você está logado como: **ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA - Comprador** 9:56[Envie um WhatsApp](#)

Dúvidas e Esclarecimentos

Número: 018/2025**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico**Número do Processo Interno:** 018/2025**Situação:** Fechado / Publicado**Tratamento Diferenciado:** Ampla Competição**Casas Decimais:** Duas Casas**Data de Publicação:** 24/07/2025 11:46**Abertura das Propostas:** 07/08/2025 09:00**Limite para Impugnação:** 04/08/2025 23:59**Limite para Recebimento de Propostas:** 07/08/2025 08:30**Início das Propostas:** 24/07/2025 13:00**Limite para Impugnação:** 04/08/2025 23:59**Edital:** 1 download efetuado**Órgão:** Prefeitura Municipal de Taquari**Unidade de Compra:** Prefeitura Municipal de Taquari**Município/UF:** Taquari/RS

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços visando a contratação futura para aquisições de câmara para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Taquari/RS, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no Anexo: II - Formulário de Proposta Comercial, parte integrante do edital.

[Questões Levantadas por Fornecedores](#)

Olá. Precisa de ajuda?



Data	CNPJ/CPF	Fornecedor	Assunto	Situação	Ações
01/08/2025 - 16:20:35	81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Complemento de descritivo	Não Respondido	

Dúvida:

Falta de informações sobre opcionais: O presente Edital está sendo publicado e licitado como equipamentos de saúde, portanto, queremos solicitar que seja analisado e informado corretamente no descritivo e o mesmo seja readequado trazendo informações mais objetivas, como serão questionadas abaixo:

- 1) O que deve compor o equipamento? Prateleiras ou Gavetas? Quantidade mínima?
- 2) Equipamento não precisa ter alarmes de emergência ?
- 3) Se acabar a luz, como fica? A Câmara irá se desligar automaticamente, pois não tem nenhum opcional mencionado no certame.

Ausência de Exigência de Sistema de Emergência para Armazenamento de Vacinas trecho do edital apresentado não solicita nenhum tipo de segurança para manter o controle de temperatura o equipamento refrigerando por sistema de emergência em caso de falta de energia convencional. Esse sistema é essencial e obrigatório para que não ocorra imprevistos, como perda e a má conservação de, por exemplo, imunobiológicos ou hemoderivados, visto que se trata de um sistema importante e indispensável para a conservação dos mesmos em falta de energia convencional. Esse sistema é adequado para garantir a manutenção da temperatura ideal em caso de falta de energia elétrica conforme menciona a RDC nº 197/2017 da ANVISA, que regulamenta o serviço de vacinação, estabelece que as câmaras de vacinação devem contar com sistemas que garantam a manutenção da temperatura durante falhas no fornecimento de energia elétrica, seja através de baterias ou geradores.

Riscos e Implicações da Ausência de Sistema de Emergência: A falta de um sistema de emergência adequado, como baterias ou geradores, pode comprometer a integridade das vacinas e outros produtos armazenados, caso haja queda de energia no local de armazenamento. A RDC nº 197/2017 é clara ao especificar que as câmaras frigoríficas para vacinas devem ser equipadas com sistemas capazes de manter a temperatura adequada, garantindo a segurança e eficácia dos produtos, especialmente em situações de emergência. No entanto, o descritivo do edital, conforme redigido, não exige esse tipo de sistema de emergência, que são cruciais para a segurança do material armazenado. Isso pode resultar em um produto completamente vulnerável a falhas no fornecimento de energia elétrica, colocando em risco a qualidade e a eficácia das vacinas armazenadas. A necessidade de Readequação do Edital para Garantir a Segurança do Investimento, pois como fabricantes responsáveis e preocupados com a segurança e eficácia dos produtos adquiridos pelo município, gostaríamos de alertar que o edital, da forma como está redigido, não solicita os sistemas de segurança adequados para o armazenamento de vacinas. A ausência de exigências para monitoramento de temperatura, alarmes de falha de energia e sistemas de emergência, como baterias ou geradores, pode levar a sérios riscos à saúde pública, especialmente no caso de falhas no fornecimento de energia elétrica.

Portanto, solicitamos que o descritivo do edital seja revisado e adequadamente ajustado para incluir as exigências previstas pela RDC nº 197/2017, de modo a garantir que as câmaras de vacinação estejam equipadas com sistemas de emergência adequados e tecnologia suficiente para atender às necessidades de segurança, eficácia e

armazenamento de vacinas.

Como fabricantes e preocupados com que vosso órgão faça um investimento compatível com sua necessidade, alertamos que os descritivos do edital não solicitam nenhum tipo de sistema de Segurança, alarmes, registro de temperatura de forma eletrônica e inviolável, muito menos sistema de EMERGÊNCIA afim de manter as Câmaras ligadas em caso de falta de energia elétrica convencional conforme menciona RDC 197/2017 DA ANVISA. A RDC em questão deixa claro necessidade de um sistema capaz de manter o funcionamento desse tipo de equipamento podendo ser no próprio produto ou através de Geradores na unidade, mantendo a integridade do material de alguma forma. Da forma que o descritivo está apresentado podemos parar o entendimento com um produto sem SISTEMA DE EMERGÊNCIA, ou seja, um equipamento completamente vulnerável as adversidades da queda de energia elétrica. Prevendo que vosso município faça um investimento justo a vossa necessidade, solicito que seja verificado o descritivo e informado se o mesmo realmente atende a todas as necessidades de segurança, tecnologia e armazenamento necessárias para uma concorrência.

Mais uma vez reforçando que esse tipo de equipamento não são produtos de PRATELEIRA, como uma geladeira residencial.

Aguardamos retorno em tempo hábil.

Resposta REQUERIDO

Ainda restam 5000 caracteres.

Salvar

| Total de Registros: 1

Questões Levantadas por Cidadãos (Solicitações Externas)

Data	Assunto	Situação	Ações
--	Não foram levantadas questões por cidadãos para esse processo	--	--

Relatório de Dúvidas

Pedido de Esclarecimento por Outros Meios

Voltar