

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2024.

Para:

Prefeitura Municipal de Tio Hugo
Pregão Eletrônico Nº. 21/2024
PROCESSO No 2024.00310069

PROPOSTA COMERCIAL

-216 Material Hospitalar Ltda. – ME

CNPJ: 15631700/0001-21

Inscr. Estadual: 096/3484397

Inscr. Municipal: 604.748.2.3

Endereço: Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. – CEP: 90850-170

-Responsável Legal para assinatura de Propostas, Declarações e Contratos:

Alexandre Pires Belem, Sócio/Gerente – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

-Dados Bancários: Banco do Brasil S/A. - Ag.: 353-7 - C/C: 31895-7

Item 01: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. Características mínimas: Iluminação LED - iluminância de 28.000 lux a uma distância de 300 mm; Haste Flexível, permitindo ajustes no ângulo para uma iluminação mais precisa durante o exame, pedestal estável, revestido com pintura epóxi a 250°C, com 04 rodízios. Altura ajustável entre 1'10 cm e 150 cm, alimentação Bivolt Automática 220V 60 Hz, sem a necessidade de ajuste manual, vida útil mínima 50.000 horas. Manual de instruções. Garantia mínima de 01 ano.

Qtd.: 01 und.

Marca/modelo: Medicate 500L

Preço unitário: R\$ 435,00

Item 02: CARRO DE CUR.ATICO COM BALDE E BACTA DE INÓX. Especificações: Armação tubular, tampo e prateleira em Chapa inox; pés com rodízio de 3"; varandas e suporte para balde e bacia inox; balde de 05 litros em alumínio; bacia de 03 litros em alumínio; Dimensões mínimas Externas: Comprimento: 133 cm; Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm

Qtd.: 01 und.

Marca/modelo: MM

Preço unitário: R\$ 1.230,00

Item 04: DETEGTOR FETAL PORTAL DIGITAL EsPEctFrcAções rÉcHrcls: - Alimentação do equipamento: Portátil; - Carregador: Tomada com cabo micro USB 5V x 1a; - Autonomia máxima da bateria:300 minutos; - Potência máxima de consumo: 4VA. - Potência máxima do áudio: 1000 mW. - Saída para fone de ouvido; - Porta USB para transferência da dados e carga na bateria; - Interface com tela LCD TFT colorida - Tela numérica e tela gráfica para acompanhamento em tempo real do batimento cardíaco fetal, menu de configurações e parâmetros do status de funcionamento. - Controle digital de Volume 09 níveis; - Faixa do registro de FHR - 50-240 bpm; - Sinal de alarme ajustável Bradicardia (80-120 bpm) e traquicardia (140-190 bpm); - Frequência de trabalho: 2 MHz +- 10o/o; - Diâmetro máximo do foco ultrassônico 50mm; - Profundidade do feixe ultrassônico 200mm; - Potência ultrassônica < 5mW/cm2; - Transdutor 2 MHz IP68; - Transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração; - Suporte lateral pra suporte do transdutor/ - Dimensões aproximadas 135x 117 x 33mm; Embalagem deve conter: 01 Monitor

216 Material hospitalar Ltda. - ME

CNPJ: 15631700/0001-51

Rua Grão Pará, 216 – Porto Alegre – RS. CEP: 90850-170

E-mail: contato@materialhospitalar216@outlook.com



Material Hospitalar

Doppler; - 01 Frasco de gel ultrassônico 100 gr. - 01 Manual de instruções; - 01 Alça para transporte; - 01 Bóia para armazenamento; - 01 Bateria Li-Polímetro 3,7V. - Garantia mínima 1 ano.

Qtd.: 01 und.

Marca/modelo: MD 200D

Preço unitário: R\$ 539,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

-Prazo de entrega: Conforme Edital.

-Responsável legal: Alexandre Pires Belem, Sócio/Gerente – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

-Representante Legal do Proponente: Alexandre Pires Belem, Sócio/Gerente – CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, obrigações, entre outros.

Alexandre Pires Belem – Sócio/Gerente –
CPF: 638162880-49 – RG: 1049421223