

Rio Grande do Sul
Município de Tio Hugo
Rua Venezuela, 285
C.N.P.J. 04.207.638/0001-59
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020

Ao(s) Vinte e Nove dia(s) do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Vinte, às Nove Horas e Trinta Minutos, nas dependências da SALA DE LICITAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO, sito à Rua Venezuela, 285, nesta cidade de Tio Hugo, reuniu-se a MARIA ELISABETE PICOLI, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 2 de 02/01/2019, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 34/2020, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 8/2020. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	MARIO CESAR MATOS PINHEIRO	37761897034
DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	ALDAIR DIEGUES SOBREIRA	19987528015
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ISMAEL FILIPPI AGAZZI	02680375076
MEDICALL WAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CLEVERTON RENATO ONAZAR	62334018015

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:


RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	MARIO CESAR MATOS PINHEIRO	Lagoa Santa - MG
DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	ALDAIR DIEGUES SOBREIRA	Ribeirão Preto - SP
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ISMAEL FILIPPI AGAZZI	Aratiba - RS
MEDICALL WAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CLEVERTON RENATO ONAZAR	Curitiba - PR

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas. Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - ULTRASOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRASESOFÁGICA

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal – possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e



Rio Grande do Sul
Município de Tio Hugo
Rua Venezuela, 285
C.N.P.J. 04.207.638/0001-59
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia de no mínimo 12 meses.

Empresa: 18737 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA

Proposta Inicial: 100.000,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 94.250,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 94.050,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 93.750,000

Empresa: 18738 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO

Proposta Inicial: 94.350,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 94.150,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 93.950,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 93.550,000

Item: 2 - CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR COM MARCAPASSO E DEA

Sistema Desfibrilador com monitor de tamanho compacto, com tela de 7 polegadas com visualização de dados de ajuste de terapias elétricas disponíveis, como a desfibrilação, a desfibrilação sincronizada, a desfibrilação externa automática, além de informações de medidas e formas de onda de sinais vitais e tendência; Tecnologia bifásica de desfibrilação com compensação de energia; Escalonamento de valores de descarga entre 1 e 360 joules; Autonomia de bateria: monitoração: até 2,5 horas; Desfibrilação: até 100 choques de 360j; Marcapasso: até 2 horas. Peso: unidade principal: até 4,7 kg; Bateria: 0,5 kg; Conjunto de pás externas: 0,8 kg. Configuração fornecida: ECG, Rrespiração e Marcapasso (demanda e fixo). de no mínimo 12 meses.

Garantia

Empresa: 14946 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA



Rio Grande do Sul
Município de Tio Hugo
Rua Venezuela, 285
C.N.P.J. 04.207.638/0001-59
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Proposta Inicial: 25.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 25.300,000

Empresa: 18729 - MEDICALL WAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Proposta Inicial: 31.000,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 31000.00000


Empresa: 18736 - SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQ	
Proposta Inicial: 25.500,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 25500.00000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, a Empresa Maxi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda foi declarada Habilitada no Certame. A Empresa Dental Alta Mogiana Comercio de Produtos Odontológicos Ltda, foi considerada Inabilitada no certame, por não apresentar os seguintes documentos: Certidão Negativa Municipal, Federal, FGTS e Álvara Sanitário. Desta forma abre-se o prazo recursal de 03(tres) dias úteis, conforme trata a Lei 10.520 e Lei 8.666/93.

Dando prosseguimento e aceito o preço proposto da licitante vencedora e habilitada de valor mais baixo, com seu respectivo item.


RELAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA

ITEM 02 - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP.	1,00	25.300,00	25.300,00
---	---	------	-----------	-----------


MARIA ELISABETE PICOLI
Pregoeiro
Portaria Nº 2 de 02/01/2019

EQUIPE DE APOIO


MARIA ELISABETE PICOLI
Auxiliar Administrativo


Fernanda Vivian Moraes
Agente Administrativo


Marcos Bonacina
Contador

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	MARIO CESAR MATOS PINHEIRO
DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	ALDAIR DIEGUES SOBREIRA



Rio Grande do Sul
Município de Tio Hugo
Rua Venezuela, 285
C.N.P.J. 04.207.638/0001-59
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ISMAEL FILIPPI AGAZZI
MEDICALL WAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CLEVERTON RENATO ONAZAR
SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQ	

plac. d. l. p.

Onazar